

Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
LP-919044992-143-2019
"SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO ESTATAL"**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:30 horas del día 10 de Septiembre del 2019, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. Piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitante e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-143-2019 referente a la Adquisición de "Sustancias Químicas y Material de Laboratorio para el Laboratorio Estatal", de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo; **Miembros del Comité con Voz:** representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la C.P. Erika Yadira González Gómez, **como área usuaria:** el Biólogo Efrén Jaramillo Reyna y la Q.C.B. Gloria Jasso De la Peña, representantes del Laboratorio Estatal; **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales; la *Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme*, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el C.P. *Felipe Manuel Flores Martínez*, Representante del Titular de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-143-2019



Nuevo León
LA ROSA
MONTERREY

Maletreros 520 Cte., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 Tel: (81) 8130-7000
www.nl.gob.mx



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

En uso de la palabra el **C.P. Aarón Serrato Araoz**, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presentes: **DM LAB, S.A. DE C.V.**, representada por el **C. José Luis Paredes Méndez**.

Acto seguido se procedió a la lectura de las dudas presentadas por los licitantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR CONVOCATORIA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARÁMETRO/ DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DM LAB, S.A. DE C.V.	ANEXO 2	Anexo 2, formato de proposición técnica	¿Solicito a la convocante nos aclare si en el apartado descripción es la corta del reactivo?	No es correcta su apreciación, en el formato de propuesta técnica anexo 2, se deberá incluir la descripción completa y especificaciones de las sustancias y materiales ofertados.
2	DM LAB, S.A. DE C.V.	ANEXO 13	Punto 4 del anexo 13, currículum de la empresa, donde manifieste la capacidad técnica, describiendo la infraestructura administrativa, la descripción de las instalaciones, maquinaria, equipos y demás elementos técnicos necesarios para el objeto de la presente convocatoria, así como una relación de las principales operaciones de ventas de los últimos 12 meses. Incluir manifestación de ser proveedor del suministro de sustancias químicas y materiales de laboratorio, que demuestre experiencia en instituciones de salud públicas o privadas, enfatizando su infraestructura física, capacidad de distribución y de recursos humanos y el listado de vehículos con que cuenta.	¿Solicito a la convocante nos aclare si es necesario mostrar copias de factura de las principales operaciones de venta de los 12 últimos meses o basta con incluir una relación escrita de estas? ¿y cuantas operaciones de venta hay que incluir?	No es necesario presentar copia de facturas, basta con incluir una relación de las principales operaciones de ventas de los últimos doce meses en cuanto a cantidad no se establece un requerimiento mínimo, serán las que el licitante considere necesarias y suficientes.
3	DM LAB, S.A. DE C.V.	ANEXO 13	punto 12 del anexo 13, los licitantes que deseen participar en el presente concurso deberán presentar cuando menos dos cartas en original, emitidas por clientes en hoja membretada de estos; en las cuales estipule que han prestado un buen servicio en la venta de sustancias químicas y material de laboratorio como los requeridos en esta licitación, mismas que la convocante se reserva el derecho de verificar. Para su participación en el presente evento.	¿Solicito a la convocante, nos aclare, si dichas cartas serán de alguna dependencia de los servicios de salud de nuevo león? ¿o de cualquier otra dependencia del sector público o privado distinta a esta?	Pueden ser de cualquier cliente del sector salud (sector público o privado)
4	DM LAB, S.A. DE C.V.	ANEXO 13	punto 19 anexo 13, en cumplimiento a lo dispuesto en las reglas 5.2 y 5.3 de las "reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados suscritos por los estados unidos mexicanos", publicadas en el diario oficial de la federación el 28 de diciembre de 2010, los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta, un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad que: i.- los bienes de origen nacional cumplan con lo establecido en las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y	¿Tomando en cuenta que los bienes que ofertamos son de origen importado, solicito a la convocante nos aclare si dichos anexos no aplican? ¿únicamente aplicaría el anexo 9b bienes de origen importado?	Se deberá presentar el anexo 9, 9-a o 9-b de acuerdo al origen de los bienes ofertados.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-143-2019

PÁGINA 2 de 6



[Handwritten signature]



Servicios de Salud O.P.D. de Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO


GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

	<p>entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme al formato del "anexo 9", o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, citados en el numeral 1, utilizando el formato del anexo "9-a", ii.- los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda, conforme al formato del anexo "9-b".</p>	<p>Solicitamos a la convocante nos permita ofertar lector con características semejantes o mayores a las que describen. dimensiones anchura: 34,7 cm profundidad: 18,9 cm altura: 13,4 cm peso 2,6 kg (fuente de alimentación incluida) temperatura ambiente funcionamiento: de 15 °c a 35 °c (de 59 °f a 95 °f) almacenamiento: de -30 °c a 60 °c (de -22 °f a 140 °f) humedad relativa del 20 % al 80 % (sin condensación a la temperatura de funcionamiento) suministro de energía equipo básico con adaptador de ca: 100-240 v ca, 50/60 hz, máx. 1,0 a (detección automática, categoría de sobrevoltaje i) equipo básico sin adaptador de ca: 24 v cc consumo modo de espera: aprox. 12 va modo operativo: máx. 30 va microplacas todas las microplacas de 96 pocillos con fondo transparente (planas, con forma de c, u y v; incluyendo microplacas de pocillos de tiras) que están conforme a los siguientes estándares: ansI/sbs 1-2004; ansI/sbs 2-2004; ansI/sbs 3-2004; ansI/sbs 4-2004 grado de polución 2 método de desecho residuos contaminados p/4100 microplate reader - especificaciones de medición tiempo de medición longitud de onda individual: < 15 segundos longitud de onda doble: < 20 segundos filtros instalados 405, 450, 492, 550 y 620 nm resolución 0,0001 od exactitud: 450, 492 nm 0,000 - 2,000 od: ≤ (1,0 % + 0,010 od) * 2,000 - 3,000 od: ≤ (1,0 % + 0,005 od) * precisión: 450, 492 nm 0,000 - 2,000 od: ≤ (0,5 % + 0,005 od) * 2,000 - 3,000 od: ≤ (1,0 % + 0,005 od) * linealidad: 450, 492 nm 0,000 - 2,000 od: ≤ 1 % 2,000 - 3,000 od: ≤ 1,5 % precisión de la longitud de onda del filtro longitud de onda central ± 2 nm ancho de banda del filtro al 50 % de transmisión: 10 ± 2 nm fuente de luz led interfaz del ordenador usb 1.1 / 2.0 * mejor o igual que x % del valor de medición más el valor de correspondiente memoria mínimo: 512 mb recomendada: 1024 mb cpu mínima: pentium iii o atom recomendada: pentium iv</p>	<p>No se acepta su solicitud, debido a que el equip que propone no especifica las características de cabezal de lectura, no cumple con los tiempos de medición solicitados, así como tampoco con e rango de linealidad, se solicita de 400 a 750 nm, y propone 450,492 nm, y tampoco menciona la compatibilidad del analizador con la impresora.</p>
<p>5 DM LAB, S.A. DE C.V. 1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA</p>	<p>Numeral 1.2.3 condiciones de entrega, para las partidas 1.2.3, 143, 144 y 145, solicitan equipo a comodato con las siguientes características, equipo: lector de absorbanza de microplacas, características del equipo: cabezal de lectura.-12 mediciones, 1 canal de referencia, fuente de luz.-lámpara de halógeno de 20w, rango de medición 0-4.0 o.d., linealidad (400-750 nm), rango de longitud de onda 405, 450, 550, 492, 620 nm, velocidad de lectura cinética 5 segundos, simple 6 segundos y dual 8 segundos, ancho de banda.-10 nm, precisión (492 nm) mejor que ±1% y ±0,010 od, resolución 0,001 abs, agitación lineal, compatibilidad de impresora pcl3/epson</p>		

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-143-2019

ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Nuevo León
LA REVISTA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

			resolución mínima: 1024 x 600 recomendada: 1280 x 1024 puertos usb mínimos: 1 (usb 2.0 o superior) recomendados: 2 (usb 2.0 o superior) sistema operativo windows™ 7 impresora cualquier impresora compatible con windows™ 7
--	--	--	--

DUDAS TÉCNICAS:


1	DM LAB, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	Partida 2 clave 800814048.00. Sistema inmunoenzimático para la detección de anticuerpos del virus de la hepatitis c (anti vch) en suero y plasma por medio de antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. equipo completo con controles y reactivos suplementarios para múltiples de 12, equipo para 96 pruebas	Podemos ofertar equipo que detecte anticuerpos y además detecte antígeno de la cápside, ya que está característica de detección del antígeno disminuye en un 70% el período de ventana	Si se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	DM LAB, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	Partida 35 clave 4018880150.00. Prueba de hemaglutinación para la determinación cualitativa y cuantitativa de anticuerpos contra treponema pallidum. equipo para 100 pruebas	Solicitan equipo con 100 pruebas en una cantidad de 6 equipos. solicito a la convocante el poder ofertar equipo con 200 pruebas y entregar el equivalente al número de pruebas (3 equipos con 200 pruebas)	No se acepta su solicitud, se deberá ofertar equipo con 100 pruebas de acuerdo a lo solicitado, por as requeriendo la operación de la unidad aplicativa.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, a inquietud del licitante presente se precisaron las características del equipo a que se refiere la duda administrativa No. 3 así como que se requerirá presentar el registro sanitario correspondiente.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones se llevará a cabo el día 18 de Septiembre del 2019 a las 11:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 10:40 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.




Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-143-2019

MAQUINARIOS 520-Che. Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000
 www.nl.gob.mx



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO


GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA		LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL		C.P. ERIKA YADIRA GONZÁLEZ GÓMEZ	
REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (ÁREA USUARIA)		BIÓLOGO EFREN JARAMILLO REVNA	

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-915044992-143-2019

[Handwritten signatures and initials]



Servicios de Salud O.P.D. Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (ÁREA USUARIA)	Q.C.B. GLORIA JASSO DE LA PEÑA	
---	--------------------------------	--

DELANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	
REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
	DM LAB, S.A. DE C.V.	
	C. JOSÉ LUIS PAREDES MÉNDEZ.	

Acto de Junta de Adaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-143-2019

AVANQUE EN LA INDEPENDENCIA
MATERIQUES 520 Ore. Zona Centro, Monterrey, N.L. CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000
www.mlgob.mx

