

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**

LP-919044992-162-2019

“SUMINISTRO DE OSTEOSÍNTESIS, ENDOPRÓTESIS Y ARTROSCOPIA”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:30 horas del día 09 de Enero del 2020, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er Piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-162-2019** referente a la Contratación del “**SUMINISTRO DE OSTEOSÍNTESIS, ENDOPRÓTESIS Y ARTROSCOPIA**”, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. **Aarón Serrato Araoz**, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. **Roberto Carlos Rodríguez Lastra**, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo; **Miembros del Comité con Voz:** la Representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, C.P. **Karina Laredo López**, como área usuaria: el Dr. **Samuel Casas Espinoza**, representante del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, el Dr. **Marco Antonio Ascacio Solís** representante del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil y el Dr. **Francisco Velázquez Alegre**, representante del Hospital General de Cerralvo; **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el Lic. **Fidel Moctezuma Carrillo**, Subdirector de Recursos Materiales, la Lic. **Leyla Esthela Montalván Tueme**, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el C.P. **Felipe Manuel Flores Martínez**, Representante del Titular de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asiste el C. **César Aguilar Guajardo** en calidad de observador.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-162-2019

PÁGINA 1 de 8

En uso de la palabra el C.P. Aarón Serrato Arroz, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente: **MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., representada por la C. María de la Luz López Hernández.**

Acto seguido se procedió a la lectura de las dudas presentadas por los licitantes las cuales son las siguientes:

DUDAS TÉCNICAS					
NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 5 ALAMBRE GUÍA PARA TORNILLO CANULADO DE 1.5 MM DE DIÁMETRO, PARA PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. PIEZA.	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 1.1MM X 38MM?	SÍ, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
2	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 71 TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 20.0 MM A 73.0 MM, INCLUIE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS.	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 3.5 O 4.0?	SÍ, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA CANULADO
3	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 72 TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITANIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INIERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE. DIÁMETRO: 7 MM A 8 MM LONGITUD: 20 MM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 23MM EN DIÁMETROS DE 7,8,9,10 Y 11MM?	SÍ, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
4	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 73 TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITANIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INIERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE. DIÁMETRO: 7 MM A 8 MM LONGITUD: 25 MM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 23MM EN DIÁMETROS DE 7,8,9,10 Y 11MM?	SÍ, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 75 TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACIÓN DE TITANIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INIERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE. DIÁMETRO: 9 MM A 10 MM LONGITUD: 20 MM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 23MM EN DIÁMETROS DE 7,8,9,10 Y 11MM?	SÍ, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044997462-2019

PÁGINA 2 de 8

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE INSUMOS Y ALMACÉN

6	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 76 TORNILLO CANULADO CILÍNDRICO DE INTERFERENCIA EN ALFACIÓN DE TITANIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACIÓN DEL INERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE. DIÁMETRO: 9 MM A 10 MM LONGITUD: 25 MM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 23MM EN DIÁMETROS DE 7,8,9,10 Y 11MM?	SÍ, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
7	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 80 TORNILLO CANULADO DE TITANIO PARA FIJACIÓN TRANSVERSA EN LA PLASTIA DE LIGAMENTO SEMITENDINOSO	¿NUESTROS PRODUCTOS PARA ESTE TIPO DE FIJACIÓN SE LLAMAN RIGIFIX 27MM PARA FIJACIONES DE HUESO Y 3,3MM PARA FABRICADO DE PLA (ÁCIDO POLILACTICO) ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR LOS QUE NOSOTROS TENEMOS?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
8	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 105 PLACA RECTA QUIRÚRGICA	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE QUE TIPO DE PLACA, ESPECIFICACIONES Y USO DE ESTA.	SE ELIMINA EL RENGLÓN 105
9	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 117 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO CANULADO PARA FÉMUR DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 9 MM, 10 MM, 11 MM, 0,12 MM,(4) PERNOS PARA CLAVO DE FÉMUR BLOQUEADO 5,0 MM/5,5 MM. DIAM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR CLAVOS DE TITANIO?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
10	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 118 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO CANULADO PARA TIBIA DE ACERO INOXIDABLE, DIÁMETRO 9 MM, 10 MM, 11 MM, 0,12 MM, PERNOS PARA CLAVO DE TIBIA BLOQUEADO 4,5 MM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR CLAVOS DE TITANIO?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
11	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 119 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO CANULADO PARA HUMERO DE ACERO INOXIDABLE, DIÁMETRO 7 MM O 9 MM, PERNOS PARA CLAVO DE HUMERO BLOQUEADO 4,00 DD DIAM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR CLAVOS DE TITANIO?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
12	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 120 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO DE RECONSTRUCCIÓN PARA FÉMUR DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 10 MM O 11 MM, PERNOS PARA CLAVO BLOQUEADO DE RECONSTRUCCIÓN FÉMUR 5,0 MM DIAM	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR CLAVOS DE TITANIO?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
13	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	RENGLÓN 140 TORNILLO SUJETADOR	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE QUE TIPO DE PLACA, ESPECIFICACIONES Y USO DE ESTA.	SE ELIMINA EL RENGLÓN 140

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992/62-2019

Matamoros 520 Ote..
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

■ n.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

14	MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-B EQUIPO DE ARTROSCOPIA QUE DEBE SER INCLUIDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	REGLÓN 35, CLAVE: 607220746, PLACA REABSORBIBLE DE POLIACRATO PARA TORNILLOS DE 1.5 MM. PLACA EN X, GROSOR 0.8 MM, 4 AGUEROS.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INCLUIR TAMBÍEN EQUIPO DE NEUROMONITORIO, EQUIPO DE ABORDAJE O EQUIPO DE ABORDAJE Y SERVICIO DE DRIL NEUMÁTICO O ELÉCTRICO PARA MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DEL MÉDICO.	EN CASO DE REQUERIRSE EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE NEUROMONITORIO, EQUIPO DE ABORDAJE O SERVICIO DE DRIL NEUMÁTICO O ELÉCTRICO SERÁ CONTRATADO POR LA CONVOCANTE DE MANERA INDEPENDIENTE A LA PRESENTE LICITACIÓN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APPLICABLE.
15	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLÓN 105, CLAVE: 5047550004, PLACA RECTA QUIRÚRGICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LA DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIÓN DE LA PLACA QUIRÚRGICA	SE ELIMINA EL REGLÓN 35
16	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	REGLÓN 140, CLAVE: 5378650062, TORNILLO SUJETADOR	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LA DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIÓN DE ESTE TORNILLO	SE ELIMINA EL REGLÓN 105
17	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A		SE ELIMINA EL REGLÓN 140	

GENERALLES

- 1.- Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se precisa que las Partes de las Propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designa la Convocante y los Licitantes presentes, serán únicamente las que se contengan en el formato de propuesta Técnica y el Formato de Oferta Económica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.
- 2.- Se precisa que el presupuesto asignado para la presente licitación es con cargo a los siguientes datos presupuestales: recurso del tipo de presupuesto 110101 FASSA, programa 020508, partida 25401.
- 3.- En este acto y de conformidad con el Artículo 59 fracción II inciso e) de la ley se indica que el o los contratos que se deriven de la presente licitación serán contratos abiertos.

Una vez concluida la lectura de las preguntas y generales con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que hubieran formulado ninguna pregunta al respecto.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-162-2019

PÁGINA 4 de 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 17 de Enero del 2020 a las 13:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 11:39 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO	
NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-62-2019

PÁGINA 5 de 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

MIEMBROS DEL COMITÉ CONVOCÓ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. KARINA LAREDO LÓPEZ	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" (ÁREA USUARIA)	DR. SAMUEL CASAS ESPINOZA	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA)	DR. MARCO ANTONIO ASCACIO SOLÍS	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CERRALVO (ÁREA USUARIA)	DR. FRANCISCO VELÁZQUEZ ALEGRE	


DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL


INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-162-2019

PÁGINA 6 de 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHÉLE MONTALVÁN TUEME	
REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	

LICENCIAS	NOMBRE	FIRMA
MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	C. BERTHA ALICIA MORALES ACOSTA	
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	C. MARÍA DE LA LUZ LÓPEZ HERNÁNDEZ	

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-162-2019

PÁGINA 7 de 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

OBSERVADOR	NOMBRE	FIRMA
	C. CESAR AGUILAR GUAJARDO	

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-162-2019

PÁGINA 8 de 8

Mataornos 520 Ote.
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000


 nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

