

**Servicios de Salud O.P.D.**  
**Nuevo León**  
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA  
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL  
 LP-919044992-150-2018  
 "EQUIPO MÉDICO"**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:30 horas del día 21 de noviembre del 2018, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018** referente a la Adquisición de "Equipo Médico", de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el **C.P. Acón Serrato Araoz**, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto: el Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra**, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz: como representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la C. P. Erika Yadira González Gómez, como área usuaria: el Ing. David Edel Pérez Garza** adscrito a la Dirección de Hospitales y los Drs. Fidel Cisneros Rivera y Cuauhtémoc Gutiérrez Maldonado, representantes del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, **Invitados Permanentes, todos de este Organismo: el Lic. Fidel Moctezuma Carrillo**, Subdirector de Recursos Materiales; la **Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme**, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el **C.P. Felipe Manuel Flores Martínez**, Representante del Titular de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018



**Nuevo León**  
 LA ESTRELLA DEL NOROCCIDENTE

Marlancos 520 Ote. Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000  
 www.nlgob.mx



**Servicios de Salud O.P.D.**  
**Nuevo León**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

En uso de la palabra el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando

Acto seguido se procedió a la lectura de las dudas presentadas por los licitantes las cuales son las siguientes:


**DUDAS ADMINISTRATIVAS**

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A DE C.V.	1.1.14		PUNTO 1.1.14 ALTA O APERTURA DE ESTABLECIMIENTO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INGRESAR EL COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LAS INSTALACIONES EN MONTERREY. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ ANEXAR A SU PROPUESTA TÉCNICA ALTA O APERTURA DE ESTABLECIMIENTO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON DOMICILIO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, N.L.
2	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A DE C.V.	1.2		PUNTO 1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS MÉDICOS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLÍE EL TIEMPO DE ENTREGA A 45 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE REQUIERE CONTAR CON LOS EQUIPOS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
3	DURFA, S.A. DE C.V.	1.1.11	4 A LA 13	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVENTE NOS INDIQUE SI PARA ESTE EVENTO, ES CORRECTO ENTENDER QUE POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REFIERE A LOS DERIVADOS DE ALGÚN DEFECTO DE FÁBRICA. YA QUE POR SER ELECTRÓNICOS Y ÓPTICAS, UNA DESCOMPOSTURA POR MAL MANEJO NO SERÍA CUBIERTO, PERO LOS AJUSTES Y CALIBRACIONES NECESARIAS, SERÁN CUBIERTAS EN EL PLAZO DE GARANTÍA. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
4	DURFA, S.A. DE C.V.	1.2.1	4 A LA 13	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, QUE LOS BIENES QUE SOLICITAN SON PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN (EUA Y ALEMANIA), MOTIVO POR EL CUAL REQUERIMOS DE UN TIEMPO MÍNIMO DE 60 DÍAS PARA LA ENTREGA TOTAL DE LOS EQUIPOS	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE REQUIERE CONTAR CON LOS EQUIPOS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018

LA NUEVA INDEPENDENCIA  
Mataderos 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000  
www.rti.gob.sln





**DUDA TÉCNICAS**


NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 3 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A QUE LA ALTURA MÁXIMA DE LA CONSOLA NO ES UNA CARACTERÍSTICA ESENCIAL Y ADEMÁS QUE MI REPRESENTADA LO CUMPLE CABALMENTE, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO CON UN DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE +/- 53 CM LO QUE PERMITIRÁ UNA VERSATILIDAD ÓPTIMA EN EL EQUIPO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
2	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 4 PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE SE SOLICITA EN ESTE PUNTO PODRÁ SER REFERENCIADO COMO PANEL DE CONTROL CON UNA ROTACIÓN DE +/- 45 GRADOS YA QUE SUPERA LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
3	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 5 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE CON FINES EXCLUSIVAMENTE DE REFERENCIACIÓN NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO TECLADO DESLIZABLE COMPLETAMENTE ALFANUMÉRICO CON AJUSTE DIGITAL DE BRILLO INTEGRADO EN EL PANEL DE CONTROL YA QUE ES EQUIVALENTE ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
4	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 6 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE SE ACEPTE OFERTAR UN MONITOR DE 21.5 PULGADAS HD LED CON UNA RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR, DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA MÍNIMA NO AFECTA LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
5	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE LO SOLICITADO NO GENERA NINGUNA VENTAJA CLÍNICA YA QUE NUESTRO EQUIPO PERMITE LA ROTACIÓN DEL PANEL DE CONTROL DE +/-45 GRADOS, UN AJUSTE DE ALTURA Y ADEMÁS UN DESPLAZAMIENTO DE 120 GRADOS LO QUE PERMITE PONER EL EQUIPO EN CUALQUIER POSICIÓN ASÍ QUE ENTENDEMOS QUE OFERTARLO DE ESA MANERA ESTARIAMOS CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO YA QUE ES EQUIVALENTE ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
6	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 11 PREGUNTA: EL SOLICITAR FORMATO CUÁDRUPLE NO GENERA MAYOR IMPACTO EN EL DIAGNÓSTICO YA QUE NO EXISTEN APLICACIONES EN LOS QUE SEA INDISPENSABLE POR LO QUE ENTENDEMOS SE NOS PERMITIRÁ OFERTAR DUAL O DUPEX Y TRIPLEX EN TIEMPO REAL ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTAR DUAL O DUPEX Y TRIPLEX EN TIEMPO REAL, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
7	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 12 PREGUNTA: DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ENTENDEMOS QUE PODREMOS OFERTAR COMO IMÁGENES ARMÓNICAS CON 3 NIVELES, GANANCIA, INVERSIÓN DE PULSOS O RESOLUCIÓN Y PENETRACIÓN YA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018

LA NUEVA INDEPENDENCIA


Matamoros 520 Ote. Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000  
www.nl.gob.mx






8	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 13 PREGUNTA: DEBIDO A QUE EXISTE UNA DIFERENCIA EN LOS TÉRMINOS DE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON FINES EXCLUSIVAMENTE DE REFERENCIACIÓN YA QUE ESTO SE REFIERE A LA POTENCIA DEL HAZ SE PERMITA OFERTAR COMO LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA POTENCIA TRANSMITIDA YA QUE SU USO ES PARA LOS FINES REQUERIDOS ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
9	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 14 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDO A LA DIFERENCIA DE TERMINOLOGÍA Y A QUE NO ES POSIBLE OFERTAR DE MANERA LITERAL LO SOLICITADO SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO CAMBIO DE FRECUENCIAS DOPPLER ASÍ COMO EL NÚMERO DE FOCOS YA QUE ESTO PERMITA HACER UN CAMBIO ENTRE LA PENETRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN AREA ESPECIFICA Y ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
10	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 16 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA ESTE PUNTO DEBIDO A QUE ES MUY BÁSICO SE DEBA OFERTAR 10 NIVELES DE PERSISTENCIA Y 51 NIVELES O PASOS DE RECHAZO DE IMAGEN O MAYOR EN MODO B ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
11	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 17 PREGUNTA: DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SE LLAMA DE DIFERENTES MANERAS POR LO QUE ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE PODRÁ REFERENCIAR COMO "TECNOLOGÍA QUE PERMITE EXTRAORDINARIA SENSIBILIDAD Y RESOLUCIÓN ESPACIAL EN LOS FLUJOS LO QUE DA UNA VISUALIZACIÓN DIRECTA EN LOS ECOS DE LA SANGRE Y AMPLIFICA EL ANCHO DE BANDA, RESOLUCIÓN Y LOS CUADROS DE LA DINÁMICA DE LA SANGRE DISPONIBLE TAMBIÉN EN FLUJOS LENTOS" DEBIDO A QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
12	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 18 PREGUNTA: LO SOLICITADO ES MUY BÁSICO POR LO QUE ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR HASTA 30 MAPAS U OPCIONES DE FONDO EN COLOR DOPPLER YA QUE SUPERA LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
13	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 19 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDO A LA DIFERENCIA DE TERMINOLOGÍA SE PERMITA OFERTAR COMO COMO TRIPLEX EN TIEMPO REAL CON MODO M, B Y CFM, QUE PERMITA UN MODO DE FLUIDO DE ALTA DEFINICIÓN CON CFM A UN PRF DE 125 HZ HASTA 25 KHZ YA QUE SUPERA LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
14	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 20 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE CON FINES DE REFERENCIACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO GANANCIA DE 30 DB O MAYOR CON PASOS DE 1 O MENOR ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018




15	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEJO 1	1	PUNTO 22 PREGUNTA: LO SOLICITADO ES MUY SUBJETIVO YA QUE DEPENDE MUCHO DE LOS PÍXELES DEL MONITOR Y NO DA INFORMACIÓN VALIOSA, LO QUE VERDADERAMENTE IMPORTA ES LA VELOCIDAD DEL BARRIDO POR LO QUE ENTENDEMOS ESTE PUNTO DEBERÁ SER REFERENCIADO CON UNA VELOCIDAD DE BARRIDO DE 1 A 16 SEGUNDOS O MAYOR ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
16	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEJO 1	1	PUNTO 23 PREGUNTA: ESTE PUNTO ES MUY SIMILAR AL SOLICITADO EN EL PUNTO 19 Y MUY BÁSICO, POR LO QUE ENTENDEMOS SE DEBERÁ OFERTAR COMO 32 BITS DE NIVELES DE COLOR DE DESPLEGUE EN LA PANTALLA Y UNA VELOCIDAD PRF DE 125 HZ HASTA 25 KHZ O MAYOR ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
17	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEJO 1	1	PUNTO 24 PREGUNTA: LO SOLICITADO ES MUY BÁSICO YA QUE SE ENCUENTRA MUY LIMITADO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBA OFERTAR UN RANGO DE VELOCIDAD DE 0.01 M/S A 8.75 M/S LO QUE SUPERA LO SOLICITADO Y GENERA MUCHO MAYOR INFORMACIÓN DIAGNÓSTICA ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
18	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEJO 1	1	PUNTO 28 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDO A QUE EL ANALISIS DE ESPECTRO SIEMPRE SE REALIZA CON LA TRANSFORMADA DE FOURIER SE PERMITA OMITIR ESA REFERENCIACIÓN, POR LO TANTO NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO DOPPLER DE ONDA PULSADA (PW) CON PRF DE HASTA 45.1 KHZ Y CON UNA AMPLITUD O ESPECTRO FFT DE HASTA 256 FRECUENCIAS YA QUE SUPERA LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
19	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEJO 1	1	PUNTO 29 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE NOS PERMITA OFERTAR FRECUENCIA DE 1.7 A 16.7 MHZ YA QUE CORRESPONDE EN EQUIVALENCIA A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
20	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEJO 1	1	PUNTO 30 PREGUNTA: LO SOLICITADO CORRESPONDE A UNA CARACTERÍSTICA QUE DEPENDE MUCHO DEL FABRICANTE POR LO QUE ENTENDEMOS SE NOS PERMITIRÁ OFERTAR CON FINES DE REFERENCIACIÓN COMO DOPPLER CONTINUO DIRIGIBLE O CON UN ÁNGULO DE CORRECCIÓN DE 0 A 90 GRADOS YA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
21	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEJO 1	1	PUNTO 31 PREGUNTA: LO SOLICITADO Y EL PROPOSITO DEL ULTRASONIDO SOLICITADO NO CORRESPONDE YA QUE SE SOLICITA EN TRANSDUCTORES CONVEXOS POR LO QUE ENTENDEMOS QUE CON FINES EXCLUSIVAMENTE DE REFERENCIACIÓN SE PERMITIRÁ OFERTAR ESTE PUNTO COMO FRECUENCIAS DE 2.0 A 8.0 MHZ LO USUAL PARA LAS APLICACIONES SOLICITADAS ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
22	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEJO 1	1	PUNTO 32 PREGUNTA: LO SOLICITADO ES MUY BÁSICO POR LO QUE ENTENDEMOS QUE PARA CONTAR CON UN EQUIPO DE ÚLTIMA GENERACIÓN SE DEBERÁ COMPROBAR QUE PERMITE LA MEDICIÓN DE UN RANGO DE VELOCIDADES DE HASTA 25.5 M/S ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-ISO-2018



23	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 33 PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SI SE OFERTA UN RANGO MAYOR, CUMPLIRÁ CON LO SOLICITADO ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RANGO SOLICITADO
24	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 39 Y 40 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDO A QUE LOS PUNTOS SOLICITADOS ARRIBA EN NUESTRA TECNOLOGIA VAN DE LA MANO SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO TÉCNICA DE ULTRASONIDO QUE PERMITE ADQUIRIR EL ESCANEO DE HASTA 8 LINEAS O NIVELES Y OBTENER VARIAS IMÁGENES COPLANARES LO QUE MEJORA LA CALIDAD DE LA IMAGEN REDUCIENDO ARTEFACTOS, SOMBRAS, RUIDO Y PERMITE REALIZAR LA PARED DE LOS VASOS Y TEJIDO YA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO REFERENCIE QUE LO CUMPLE EN LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
25	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 40 Y 41 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE NOS PERMITA OFERTAR ESTOS PUNTOS COMPLEMENTANDO EL ANTERIOR COMO TÉCNICA QUE PERMITE OBTENER EL PATRÓN DE CADA PIXEL, ELIMINANDO EL RUIDO Y LOS ARTEFACTOS DE RUIDO PARA MEJORAR DINÁMICAMENTE LOS MARGENES DEL TEJIDO E INCREMENTANDO LA CONFIANZA EN EL DIAGNÓSTICO YA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PERO PUEDE OFERTARLO DE ACUERDO A SU LITERATURA, SIEMPRE Y CUANDO REFERENCIE QUE LO CUMPLE EN LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS.
26	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 42 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA ESTE PUNTO Y DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE QUE CON FINES EXCLUSIVAMENTE DE REFERENCIACIÓN NOS PERMITA OFERTAR MODO VOLUMÉTRICO QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN EN SECCIONES, TRIPLANAR Y RECONSTRUCCIÓN EN TIEMPO REAL CON ADQUISICIÓN DE 40 VOLUMENES POR SEGUNDO Y OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA YA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
27	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 43 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PERMITA OFERTAR UNA ROTACIÓN DE 360 GRADOS Y LOS PASOS DEPENDEN DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
28	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 44 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE SE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO ZOOM DE ACUERDO AL PORCENTAJE SELECCIONADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
29	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 45 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE CON FINES EXCLUSIVAMENTE DE REFERENCIACIÓN SE PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO VISUALIZACIÓN DE VOLÚMENES EN CORTES TIPO PARALELO O CORTES TOMOGRÁFICOS CON DESPLIEGUE DE HASTA 3X3 IMÁGENES QUE PERMITA VISTA CORONAL, SAGITAL Y TRANSVERSAL ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018



30	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 46 PREGUNTA: EL USO DE IMÁGENES CON CONTRASTE NO ESTÁ REGULADA POR LO QUE A PESAR DE QUE SEA SOLICITADA NO PUEDE SER USADA POR LO QUE ENTENDEMOS ESTE PUNTO SERÁ OPCIONAL ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	SÍ ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ OFERTARSE DICHA CARACTERÍSTICA COMO OPCIONAL
31	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 47 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ESTE PUNTO CON FINES EXCLUSIVAMENTE DE REFERENCIACIÓN SE NOS PERMITA OFERTARLO COMO OBTENCIÓN DE IMÁGENES EN EL PLANO CORONAL O XY CON PLANOS DE CORTE EQUIDISTANTES ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
32	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 48 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON FINES EXCLUSIVAMENTE DE REFERENCIACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OBTENCIÓN DE IMÁGENES VOLUMÉTRICAS CON PROCEDIMIENTO MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO Y MODALIDAD PLANO DONDE EL VOLUMEN SE RECONSTRUYE POR TRES CONTORNOS DISTINTOS YA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
33	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 49 PREGUNTA: LO SOLICITADO NO PROVEE VALOR CLÍNICO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE SE EVALÚE DE DEBA OFERTAR EN LUGAR DE LO SOLICITADO SOFTWARE QUE PERMITA EL CALCULO AUTOMÁTICO DE VOLÚMENES DE FOLÍCULOS EN LOS OVARIOS LO QUE PERMITE HACER UNA MEJOR EVALUACIÓN EN OBSTETRICIA ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
34	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 50 PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO DEBIDO A QUE SU UTILIDAD SE EXTIENDE PARA OBSERVAR LA ELASTICIDAD DE LOS TEJIDOS SE DEBERA OFERTAR CON CAPACIDAD DE UNA TELLA QUE PERMITA OBSERVAR HISTOGRAMAS CUYA REPRESENTACIÓN PERMITE EVALUAR EL GRADO DE ELASTICIDAD EN LAS ZONAS SELECCIONADAS ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
35	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 51 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDO A LA DIFERENCIA DE TERMINOLOGÍA QUE EMPLEA CADA FABRICANTE, PARA ESTE PUNTO NOS PERMITA CON FINES EXCLUSIVAMENTE DE REFERENCIACIÓN OFERTARLO COMO "TÉCNICA TRIDIMENSIONAL QUE PERMITE LA ADQUISICIÓN DE UN DATO DE VOLUMEN DEL CICLO CARDIACO FETAL DESPLEGADO COMO UN CINE LOOP Y REPRESENTA EL CAMBIO DE DATOS 3D A LO LARGO DEL TIEMPO" YA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
36	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 52 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE ENTENDEMOS QUE CON FINES EXCLUSIVAMENTE DE REFERENCIACIÓN SE NOS PERMITIRÁ OFERTAR ESTE PUNTO COMO STIC DISPONIBLE EN SONDA VOLUMÉTRICAS O B-SCAN EN APLICACIONES DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA, DISPONIBLE EN MODO B O BIDIMENSIONAL Y DOPPLER COLOR O CFM YA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and marks]*



**Servicios de Salud O.P.D.**  
**Nuevo León**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

37	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 53 PREGUNTA: DEPENDIENDO DEL FABRICANTE EN OCASIONES MENCIONAN ALGUNA LICENCIA O MEDICIÓN DIFERENTE A LO SOLICITADO POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE LO QUE SE SOLICITA EN ESTE PUNTO ES TECNOLOGÍA QUE PERMITA CAPTURAR VARIOS VOLÚMENES PARA CARDIOLOGÍA FETAL. QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE VOLÚMENES 3D Y 4D QUE LA PANTALLA SE PUEBA DIVIDIR EN CUATRO SECCIONES Y QUE EL SISTEMA PERMITA MEDIR: RELACIÓN ENTRE DOS VOLÚMENES MEDIDOS, VOLUMEN RESULTANTE AL ENVOLVENTE DE LOS CONTORNOS TRAZADOS, MEDIDAS DEL EJE, MEDIDA DE PLANOS DE TRES CONTORNOS, VOLUMEN DE VOXELS EN LA ROI, MEDICIÓN DE MÁS VOLÚMENES O MÚLTIPLE, MEDICIONES EN EPISE O CIRCULO ASÍ COMO INDICES DE VASCULARIZACIÓN (VI), INDICE DE FLUJO (FI), INDICE DE VASCULARIZACIÓN DE FLUJO (VF) Y ADEMÁS SERÁ CAPAZ DE CAMBIAR LAS TRANSPARENCIAS ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
38	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 54 PREGUNTA: DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE ES COMO SE MENCIONA EN LA LITERATURA POR LO QUE HAY TÉRMINOS EQUIVALENTES POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EN ESTE PUNTO SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR PROCESAMIENTO Y AJUSTES EN LA IMAGEN TALES COMO CAMBIAR LOS MAPAS DE COLORES, AJUSTE DEL UMBRAL, CAPACIDAD DE MODIFICAR EL RANGO DINÁMICO PARA CARACTERIZAR LAS ESTRUCTURAS, AUMENTAR O DISMINUIR LAS TRANSPARENCIAS, CAMBIAR EL GRADO DE DETALLE, LA PERSISTENCIA, MODIFICACIÓN DEL UMBRAL PARA ELIMINAR EL RUIDO YA QUE SUPERA LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
39	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 55 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO MODO DE DESPLIEGUE DE IMAGEN EN FORMATO COMBINADO CON 2D O BIDIMENSIONAL Y COLOR EN TODAS LAS COMBINACIONES INCLUYENDO ELASTO+2D O BIDIMENSIONAL YA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
40	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 56 PREGUNTA: LO QUE SOLICITAN EN ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE AL REFERIRSE A ANÁLISIS ES QUE TENGA LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO DE CONTAR CON ELASTOGRAFÍA SEMI CUANTITATIVA ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACION
41	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 56 PREGUNTA: DEBIDO A QUE SE SOLICITAN VARIOS PUNTOS DE CRECIMIENTO PARA MANTENER UN NIVEL DE EQUIPO DE ÚLTIMA GENERACIÓN SOLICITAMOS DE DBA OFERTAR CRECIMIENTO A FUTURO PARA CONTAR CON MEDICIÓN DE LA INTIMA MEDIA POR EL MÉTODO DE RADIO FRECUENCIA, YA QUE HA MOSTRADO SER UN FACTOR IMPORTANTE AL PREDECIR PROBLEMAS VASCULARES ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados: Presencial No. LP-919044992-150-2018

LA NUEVA INDEPENDENCIA

Mediáticos 530 Cde. Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000  
www.rti.gob.mx






**Servicios de Salud O.P.D.**  
**Nuevo León**  
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

42	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 57 PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA DIFERENCIA DE TERMINOLOGÍA ES QUE TENGA LA CAPACIDAD DE EVALUAR PARÁMETRO DE ECOGENICIDAD CON HERRAMIENTA PARA OSCURECER LAS ÁREAS HIPERECOGÉNICAS ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
43	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 61 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDO A QUE LO SOLICITADO ES MUY BÁSICO SE DEBAN OFERTAR HASTA 16 ZONAS FOCALES CONTROLADAS DINÁMICAMENTE LO QUE SUPERA LO SOLICITADO Y MEJORA LA VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
44	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 62 PREGUNTA: LO SOLICITADO ES MUY BÁSICO YA QUE EXISTEN ESTRUCTURAS PEQUEÑAS COMO MICROCALIFICACIONES QUE NO SERÁ POSIBLE OBSERVAR POR LO QUE SUGERIMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE DEBA OFERTAR UN EQUIPO CON ZOOM DE ALTA DEFINICIÓN Y ZOOM DE 40 X EN TIEMPO REAL LO QUE PERMITIRÁ OBSERVAR ESTRUCTURAS PEQUEÑAS ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
45	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 67 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE EN ESTE PUNTO SE TENDRÁ QUE OFERTAR MEDICIÓN DE PISA Y MEDICIÓN DE ÍNDICE TEI O ÍNDICE DE RENDIMIENTO MIOCARDIO YA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
46	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 70 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDO A QUE EXISTE DIFERENCIA DE TERMINOLOGÍA ENTRE LOS FABRICANTES, SOLICITAMOS PARA ESTE PUNTO SE PERMITA OFERTAR COMO MEDICIONES AVANZADAS EN DOPPLER COMO CONDUCTO VENOSO (CV) ADEMÁS QUE CUENTE CON LAS SIGUIENTES MEDICIONES: ITV ARTERIA CEREBRAL MEDIA, ARTERIA UMBILICAL ITV VENA TRICUSPIDE, VENA MITRAL, ARTERIA PULMONAR, ARTERIA RENAL DERECHA, FRECUENCIA CARDIACA FETAL, CONDUCTO ARTERIOSO Y ARTERIA ESPIRAL YA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
47	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 71 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA ESTE PUNTO SE PERMITA OFERTAR COMO MEDIDAS GINECOLÓGICAS Y OBSTÉTRICAS AVANZADAS DEBIDO A QUE LO SOLICITADO NO APARECE LITERAL DENTRO DE NUESTRA LITERATURA ADEMÁS DE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LAS MEDIDAS SIGUIENTES: VOLUMEN UTERINO, LONGITUD DEL ENDOMETRIO, LONGITUD DE CUELLO UTERINO, MASA DE FIBROMA, VOLUMEN OVARIO DERECHO, DIÁMETRO DEL FOLÍCULO, MASA DERECHA, VOLUMEN VEJIGA ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
48	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 72 PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE SE NOS PERMITIRÁ OFERTAR ESTE PUNTO COMO DICOM: VERIFICATION SERVICE CLASS, WORKLIST MANAGEMENT, MPPS, STORAGE SERVICE CLASS, STORAGE COMMITMENT, PRINT SCU, DICOM COMPREHENSIVE STRUCTURED REPORT YA QUE ES EQUIVALENTE A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018



49	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 79 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA ESTE PUNTO DEBIDA A QUE SE REQUIERE EN MUCHAS OCASIONES UNA MAYOR PENETRACIÓN LO QUE SE REFIERE A FRECUENCIAS BAJAS SE DEBA OFERTAR TRANSDUCTOR CONVEXO DE 1 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES DE GINECO-OBSTETRICIA Y ABDOMINAL CON UN RADIO DE CURVATURA DE 50 MM O MAYOR Y CAMPO DE VISIÓN EXTENDIDA DE HASTA 108 GRADOS LO QUE SUPERA LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTAR DICHA CARACTERÍSTICA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
50	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 80 PREGUNTA: LO SOLICITADO ES MUY BÁSICO YA QUE POR EL RANGO SOLICITADO LIMITA MUCHO LAS APLICACIONES POR LO QUE SUGERIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SE DEBA OFERTAR UN TRANSDUCTOR LINEAL PARA APLICACIONES DE MAMA, MUSCULO ESQUELÉTICO, PARTES PEQUEÑAS, TIROIDES Y VASCULAR CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 4 MHZ O MENOR A 15 MHZ O MAYOR QUE PERMITIRÁ AUMENTAR LA PROFUNDIDAD DE EXPLORACIÓN COMPATIBLE CON ELASTOGRAFÍA CUALITATIVA YA QUE SUPERA LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTAR DICHA CARACTERÍSTICA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
51	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 81 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDA A QUE SE ESTÁ SOLICITANDO UN TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO ENDOCAVITARIO EN EL PUNTO 82, PARA ESTE PUNTO SE DEBA OFERTAR UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON UN ANCHO DE BANDA DE 3 MHZ O MENOR A 10 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA, FETAL Y UROLOGÍA CON APERTURA DE 200 GRADOS O MAYOR DEBIDO A QUE EXISTEN APLICACIONES QUE REQUIEREN ESTE TIPO DE TRANSDUCTOR Y EN EL SIGUIENTE PUNTO SI OFERTAR ENDOCAVITARIO VOLUMÉTRICO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTAR DICHA CARACTERÍSTICA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
52	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 82 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DEBIDO A LA DIFERENCIA DE TECNOLOGÍA ENTRE FABRICANTES NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO ENDOCAVITARIO CON UN ANCHO DE BANDA DE 3 MHZ O MENOR A 9 MHZ O MAYOR CON UN CAMPO DE VISIÓN EXTENDIDO DE 191 GRADOS O MAYOR Y UNA HUELLA DE 25 X 25 MM PARA APLICACIONES DE GINECOLOGÍA, OBSTETRICIA, FETAL Y UROLOGÍA YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
53	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 83 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE NOS PERMITA OFERTAR TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO CON UN ANCHO DE BANDA DE 1 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES ABDOMINALES, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA Y CARDIOLOGÍA FETAL O STIC YA QUE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018

LA NUEVA INDEPENDENCIA

Magisterios 520 Cde. Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000  
www.rti.gob.mx




*[Handwritten signatures and initials]*



54	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 7.- DICE: MONITOR AJUSTABLE CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE +40°/-90° Y EN ÁNGULO ROTACIÓN HORIZONTAL +/- 90° SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN REFERENCIAR CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE +30°/-75 EN LA INCLINACIÓN, YA QUE EL MONITOR DE OLED QUE SE PROVEE EN EL MODELO OFERTADO, SOPORTA SOLO ESA INCLINACIÓN Y NO DEMERITA LA CALIDAD DEL ESTUDIO NI AFECTA EL DIAGNÓSTICO OFRECIDO ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
55	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A DE C.V.	ANEXO 1	1	PUNTO 83.- DICE: TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO ELECTRÓNICO CON UN ANCHO DE BANDA DE 1.00 MHZ O MENOR A 6.00 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES OBSTÉTRICAS, GINECOLÓGICAS, ABDOMEN Y CARDIOLOGÍA FETAL SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN REFERENCIAR EN ESTE PUNTO COMO TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO MATRICIAL ELECTRÓNICO CON UN ANCHO DE BANDA DE 2.00 MHZ A 7.00 MHZ PARA APLICACIONES OBSTÉTRICAS, GINECOLÓGICAS, ABDOMEN Y CARDIOLOGÍA FETAL, LO ANTERIOR ES SUPERIOR A LO QUE SOLICITAN, AL SER ADENMÁS DE FORMACIÓN MATRICIAL QUE GENERA UNA RESOLUCIÓN SUPERIOR A LA SOLICITADA ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA OFERTE SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
56	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	PUNTO 3.1 "FLUJÓMETRO VIRTUAL, CON REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y NUMÉRICA: CON SISTEMA DE CONFIRMACIÓN PARA EVITAR CAMBIOS ACCIDENTALES EN LAS MEZCLAS DE GASES" PREGUNTA: SE ENTENDE QUE EL SISTEMA DE CONFIRMACIÓN PARA EVITAR CAMBIOS ACCIDENTALES EN EL SISTEMA DEBERÁ SER DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE, CONSIDERANDO QUE SU FUNCIONAMIENTO NO ALTERARÁ LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y NUMÉRICA DEL FLUJÓMETRO VIRTUAL. ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN
57	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	PUNTO 5.11 "COMPENSACIÓN DE VOLUMEN O DESACOPLO DE GAS FRESCO" PREGUNTA: SE DEBE ENTENDER QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON LA FUNCIÓN DE COMPENSACIÓN DE VOLUMEN O DESACOPLO DE GAS FRESCO. ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN
58	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	3	DICE: FIJA AL TECHO PREGUNTA: SE ENTENDE QUE EL HOSPITAL PROPORCIONARA TODAS LAS PREPARACIONES EN FUNCION DE LA GUIA MECANICA PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE. Y HASTA NO TENER AL 100 % DICHAS PREPARACIONES, SE PROCEDERA CON LA INSTALACION, SIN SER RESPONSABILIDAD ALGUNA LA FABRICACION O CALIDAD DE ESTAS PREPARACIONES PARA EL FABRICANTE DEL EQUIPO. ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN
59	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	3	DICE: DOS LAMPARAS DE LUZ LED BLANCA Y FRÍA, LIBRE DE INFRARROJO Y ULTRAVIOLETA. PREGUNTA: SE ENTENDE QUE LA LÁMPARA DEBERA DE PROPORCIONAR LUZ DENTRO DEL ESPECTRO LUMINICO DE LOS BLANCOS Y QUE NO GENESE AFECTACIONES AL USUARIO Y PACIENTE DERIVADO DE LA GENERACIÓN DE INFRARROJOS Y ULTRAVIOLETA, ES CORRECTO LA APPRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN
60	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	3	DICE: CAMARA DE ALTA DEFINICION INCORPORADA EN LA CUPULA PREGUNTA: SE ENTENDE QUE SE DEBERA INCLUIR UNA CÁMARA POR SISTEMA DE LÁMPARA DOBLE, INCORPORADA EN UNO DE LOS DOS CABEZALES, ES CORRECTA LA APPRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018



Servicios  
de Salud O.P.D.  
**Nuevo León**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

61	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	3	DICE: ASIDEROS DE MANIPULACION FUERA DEL CAMPO <b>PREGUNTA:</b> SE ENTIENDE QUE DEBERA DE CONTAR CON MANERALES LATERALES INCORPORADOS EN EL MISMO CABEZAL Y QUE NO SE DEBA DE INTERFERIR EN EL CAMPO LUMINOSO AL POSICIONARIO, ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
62	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	3	DICE: CONTROL DE LAMPARA Y FUNCIONES DE CAMARA UBICADO EN CADA CUPULA <b>PREGUNTA:</b> SE ENTIENDE QUE CADA CABEZAL DEBERA DE CONTAR CON UN CONTROL INDEPENDIENTE INTEGRADO EN EL MISMO CABEZAL Y TAMBIEN SE DEBERA INCLUIR UNA CÁMARA POR SISTEMA DE LÁMPARA DOBLE, INCORPORADA EN UNO DE LOS DOS CABEZALES, ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
63	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	3	DICE: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE ENTRES PASOS: DE 3600, 4200 A 4600º KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO. <b>PREGUNTA:</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE OFERTAR TECNOLOGIA DE CONTROL DE VARIACION DE TEMPERATURA DE COLOR EN 4 PASOS, DADO QUE INCREMENTA LAS POSIBILIDADES AL MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, ADEMÁS DE NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO, SIENDO ESTO UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA, SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
64	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	3	DICE: DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 17 A 22 CM. <b>PREGUNTA:</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LA POSIBILIDAD DE OFERTAR TECNOLOGIA DE CONTROL DE VARIACION DE DIÁMETRO DE CAMPO LUMINOSO DE 3 ETAPAS, 19CM, 23CM Y 28CM, SIENDO ESTO UN INCREMENTO A LA TECNOLOGIA SOLICITADA, ADEMÁS DE NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO, SIENDO ESTO UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA, SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
65	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	3	DICE: ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 296 W/M2 A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE CON ILUMINACIÓN DE HASTA 160,000 LUXES <b>PREGUNTA:</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR A QUE INTENSIDAD LUMINOSA EN LUXES CORRESPONDE ESTA RADIACIÓN, ASI MISMO DEFINIR UN RANGO DE RADIACION EN FUNCION DEL RANGO LUMINOSO EN LUXES SOLICITADO, ESTO CON LA INTENSIDAD DE DEFINIR UNA TECNOLOGIA QUE FAVORESC EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICA, AL MISMO TIEMPO EVITAR QUE SE ADQUIERA UN EQUIPO DE MUY BAJA LUMINOSIDAD, DERIVANDO EN UNA ADQUISICIÓN NO FUNCIONAL, SE ACEPTA?	SE CONFIRMA QUE LA INTENSIDAD LUMINOSA MÍNIMA DEBERA SER 160,000 LUXES
66	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	3	DICE: PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN CONSTANTE DE 670MM A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE <b>PREGUNTA:</b> SE DEBE ENTENDER QUE OFRECER UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN CONSTANTE MAYOR DE 670MM A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
67	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	3	DICE: ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 296 W/M2 A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE CON <b>PREGUNTA:</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE EVITAR RESEQUEDAD O DESHIDRATACIÓN DE TEJIDOS DURANTE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SIN COMPROMETER EL RENDIMIENTO DE COLOR, NI LA INTENSIDAD LUMINOSA, PERMITA OFERTAR IRRADIANCIA CENTRAL DE 600 W/M2. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
68	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	3	SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERE INCLUIR EN EL PAQUETE LA PARTIDA 3, YA QUE ES PARTE DE LA INTEGRACIÓN DE COLUMNAS Y EQUIPO, YA QUE CUENTA CON CÁMARA INCORPORADA Y DEBE SER INTEGRADA DE MANERA ADECUADA Y COMPATIBLE AL SISTEMA DE VIDEO. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. Lp-919044992-ISO-2018

LA NUEVA INDEPENDENCIA

Nuevo León  
LA NUEVA INDEPENDENCIA

Militarios 520 Cte., Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000  
www.migob.mx

PÁGINA 12 de 18



**Servicios de Salud O.P.D.**  
**Nuevo León**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


69	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	3	PUNTO: REGULACIÓN DEL TAMAÑO DEL CAMPO LUMINOSO DE MANERA ELECTRÓNICA SIN COMPONENTES MECÁNICOS. PREGUNTA: SE DEBE ENTENDER QUE LA REGULACIÓN DEL TAMAÑO DEL CAMPO LUMINOSO SERÁ POR MEDIO DEL MOVIMIENTO DE ARRASTRE DE UN DEDO EN CUALQUIER PUNTO DE LA SUPERFICIE DE LA BASE DE LA EMPUNADORA, ASÍ AUSTARÁ LA INTENSIDAD LUMÍNICA. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
70	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	3	PUNTO: "CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN INCORPORADA EN LA CÚPULA" PREGUNTA: SE DEBE ENTENDER QUE EL PUNTO HACE REFERENCIA A UNA CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN MONTADA AL INTERIOR DEL CABEZA, QUE PUEDE REALIZAR TRANSMISIÓN DE VIDEO INALÁMBRICO, DEBE CONTAR CON OPCIÓN DE MODO DE CONGELACIÓN DE CÁMARA PARA ANÁLISIS CLÍNICO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS DEL ÁREA USUARIA. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
71	DHB BIOMED CONSULTANT GROUP S.A. DE C.V.	ANEXO 1	3	PUNTO: "CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN INCORPORADA EN LA CÚPULA" PREGUNTA: SE DEBE ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE TENER CAPACIDAD A FUTURO DE CONECTAR HASTA 4 RECEPTORES DE IMAGEN ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
72	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	5	DICE: COLUMNA BRAZO ARTICULADO FIJO A TECHO PREGUNTA: SE ENTENDE QUE EL HOSPITAL PROPORCIONARA TODAS LAS PREPARACIONES EN FUNCION DE LA GUIA MECANICA PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE, Y HASTA NO TENER AL 100 % DICHAS PREPARACIONES, SE PROCEDERA CON LA INSTALACION, SIN SER RESPONSABILIDAD ALGUNA LA FABRICACION O CALIDAD DE ESTAS PREPARACIONES PARA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
73	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	5	DICE: COMO TRES COMPARTIMENTOS O DIVISIONES. PREGUNTA: SE ENTENDERÁ QUE LA LICITANTE SOLICITA COMO MINIMO TRES CHAROLAS FIJAS O MÓVILES PARA ALOJAR DIFERENTES EQUIPOS O ACCESORIOS, ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
74	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	5	DICE: UN SOPORTE PARA MONITOR DE HASTA 18 KG PREGUNTA: SE ENTENDE QUE LA CONVOCANTE SOLICITA UN BRAZO ARTICULARO CON LA CAPACIDAD DE COLOCACION DE UN DISPLAY CON ADAPTADOR TIPO VESA 7X7CM O 10X10CM, ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
75	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	5	DICE: LIBERACION DE FRENOS ELECTROMAGNETICOS CON LUZ LED EN DIFERENTE COLOR PARA CADA BRAZO COMO INDICADOR DE ACTIVACION. PREGUNTA: LA CONVOCANTE SOLICITA FRENO EN CADA ARTICULACION DE TECNOLOGIA ELECTROMAGNETICA, ADEMÁS DE INCLUIR UN DISTINTIVO DE COLOR PARA CADA BRAZO Y UN TESTIGO LED QUE INDIQUE SI LA ARTICULACION ESTA LIBRE O BLOQUEADA, ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
76	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	5	DICE: SISTEMA DE AUDIO BLUETOOTH GRADO MEDICO INTEGRADO EN COLUMNA. PREGUNTA: DADO QUE LA INCLUSION DE ESTE DISPOSITIVO NO AGREGA NINGUN VALOR CLINICO, NI DE MEJORA EN LA PRACTICA MEDICA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OERTAR LA CONFIGURACION DE CADA FABRICANTE, SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
77	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	5	DICE: ROTACION DEL BRAZO DE HASTA 340° GRADOS, CON TOPES DE SEGURIDAD PARA EVITAR DAÑO EN CABLEADO Y DUCTOS INTERNOS. PREGUNTA: DADO QUE EN UN ANGULO DE 340 GRADOS SE HA OBSERVADO UN DETERIORO MAS RAPIDO EN LA FLEXION DE LAS MANGUERAS Y CIRCUITOS INTERNOS QUE SE ALOJAN EN LAS ARTICULACIONES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR UN ANGULO DE ROTACION DE 330 GRADOS, LA CUAL EVITA ESTE DESGASTE Y NO COMPROMETO LA MANIPULACION NI ERGONOMIA DEL EQUIPO, SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018

PÁGINA 13 de 18

LA NUEVA INDEPENDENCIA  
Nuevo León  
LA NOBIA REDICIA

Materiales S20 Oig. Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000  
www.rnigob.mx



**Servicios de Salud O.P.D.**  
**Nuevo León**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

78	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	5	DICE: LONGITUD DE LOS BRAZOS COMO MINIMO DE 800 MM CADA UNO. <b>PREGUNTA:</b> SE ENTIENDE QUE SE PODRA OFERTAR LONGITUD DE CADA BRAZO DE 1000 MM, DANDO UNA EXTENSION TOTAL DE 2000 MM AL SER DE UN EQUIPO DE DOBLE BRAZO, ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
79	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	5	DICE: CAPACIDAD DE CARGA HASTA 220KG. <b>PREGUNTA:</b> SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR LA CAPACIDAD DE CADA FABRICANTE, PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDA DEMOSTRAR FISICAMENTE LA CAPACIDAD DE CARGA SOLICITADA, SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
80	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	6	DICE: UN BRAZO FIJO A TECHO. <b>PREGUNTA:</b> SE ENTIENDE QUE EL HOSPITAL PROPORCIONARA TODAS LAS PREPARACIONES EN FUNCION DE LA GUIA MECANICA PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE, Y HASTA NO TENER AL 100 % DICHAS PREPARACIONES, SE PROCEDERA CON LA INSTALACIÓN, SIN SER RESPONSABILIDAD ALGUNA LA FABRICACIÓN O CALIDAD DE ESTAS PREPARACIONES PARA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
81	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	6	DICE: FRENSOS ELECTROMAGNETICOS CON LUZ LED INDICADOR DE ACTIVACION. <b>PREGUNTA:</b> LA CONVOCANTE SOLICITA FRENSOS EN CADA ARTICULACIÓN DE TECNOLOGIA ELECTROMAGNETICA, ADEMÁS DE INCLUIR UN DISTINTIVO DE COLOR PARA CADA BRAZO Y UN TESTIGO LED QUE INDIQUE SI LA ARTICULACIÓN ESTA LIBRE O BLOQUEADA, ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
82	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	6	DICE: ROTACIÓN DEL BRAZO DE HASTA 340 ° GRADOS, CON TOPES DE SEGURIDAD PARA EVITAR DAÑO EN CABLEADO Y DUCTOS INTERNOS. <b>PREGUNTA:</b> DADO QUE EN UN ANGULO DE 340 GRADOS SE HA OBSERVADO UN DETERIORO MAS RAPIDO EN LA FLEXION DE LAS MANGUERAS Y CIRCUTOS INTERNOS QUE SE ALOJAN EN LAS ARTICULACIONES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SE PERMITA OFERTAR UN ANGULO DE ROTACION DE 330 GRADOS, LA CUAL EVITA ESTE DESGASTE Y NO COMPROMETO LA MANIPULACION NI ERGONOMIA DEL EQUIPO, SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
83	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	6	DICE: ". TERMINALES DE GAS MEDICO COMO MÍNIMO: . 2 (DOS) TERMINAL PARA OXIGENO . 2 (DOS) TERMINAL PARA VACIO . 2 (DOS) TERMINAL PARA AIRE MÉDICO . 2 (DOS) TERMINAL PARA EVACUACION DE GASES ANESTESICOS . 1 (UNA) TERMINAL PARA OXIDO NITROSO" <b>PREGUNTA:</b> DADO QUE LA INSTALACIÓN DE OXIDO NITROSO ES CASI DE USO NULO, SE PLANTE A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE SOLO LA INSTALACIÓN A NIURO DE ESTE TIPO DE GAS, Y UNA SOLA TOMA, ASI SE REDUCIRA CONSIDERABLEMENTE EL COSTO DEL EQUIPO Y GENERA APERTURA PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
84	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	6	DICE: LONGITUD DE LOS BRAZO COMO MINIMO DE 800 MM. <b>PREGUNTA:</b> SE ENTIENDE QUE SE PODRA OFERTAR LONGITUD DE CADA BRAZO DE 1000 MM, DANDO UNA EXTENSION TOTAL DE 2000 MM AL SER DE UN EQUIPO DE DOBLE BRAZO, ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
85	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	6	DICE: 16 CONTACTOS TOMACORRIENTE ELECTRICO, CON VOLTAJE DE AC 120 V CA 50/60 HZ. <b>PREGUNTA:</b> SE ENTIENDE QUE LOS CONTACTOS DEBERAN DE ESTA CONECTADOS A LA PLANTA DE EMERGENCIA, POR LO QUE DEBERAN DE SER COLOR ROJO Y DE 20 AMPERES, ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018


LA NUEVA INDEPENDENCIA

Materiales 520 Orig. Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000  
www.nl.gob.mx




PÁGINA 14 de 18

*[Handwritten signatures and initials]*



86	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	7	DICE: 1.1 PANTALLA LED DE 26 PULGADAS O MAS. <b>PREGUNTA:</b> SE ENTENDERÁ QUE SE PUEDE OFERTAR UN DISPLAY QUE PUEDA SER ALOJADO EN UN SISTEMA DE COLUMNA DE SUMINISTROS COLGANTE; AL MISMO TIEMPO SE PODRÁ OFERTAR A PARTIR DE 26 PULGADAS, ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
87	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	7	DICE: 1.2 CON ULTRA ALTA DEFINICIÓN (UHD TV). <b>PREGUNTA:</b> PARA CONTAR CON TECNOLOGÍA 4K SE DEBE DE CONTEMPLAR UN DISPLAY DE MAS DE 31 PULGADAS, DADO QUE AUN NO EXISTE TECNOLOGÍA DE ESTE TIPO PARA DISPLAYS DE MENOR TAMAÑO, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LA LIBERTAD DE OFERTAR DISPLAY DE 26 PULGADAS CON TECNOLOGÍA FHD, SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
88	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	7	DICE: 1.3 CON AL MENOS 3 ENTRADAS DE VIDEOS DIGITALES: DVI, SDI O RGB. <b>PREGUNTA:</b> AL SOLICITAR TECNOLOGÍA 4K DEBEMOS CONTEMPLAR QUE NO ES COMPATIBLE LA CONECTIVIDAD RGB, NI DVI, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LA PAERTURA PARA OFERTAR TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K, ES DECIR, DP1.2 MST, DP 1.1, DVI-D, 3GSDI, EN AL MENOS 3 TIPOS DE ESTAS CONEXIONES, SE ACEPTA? DE LO CONTRARIO, SE SOLICITA SE PERMITA OFERTAR DISPLAY DE 26 PULGADAS QUE SI ES COMPATIBLE E INCLUYE LA CONECTIVIDAD SOLICITADA, PERO NO ES DEFINICION 4K, SE ACEPTA	SE ACEPTA PODER OFERTAR DP1.2 MST, DP 1.1, DVI-D, 3GSDI, EN AL MENOS 3 TIPOS DE ESTAS CONEXIONES SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
89	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	7	DICE: 1.4 RESOLUCIÓN DE HASTA 3840 X 2160, CON ASPECTO 16:9. <b>PREGUNTA:</b> SE ENTENDE QUE AL SOLICITAR TECNOLOGÍA 4K DEBEMOS DE CONTEMPLAR AL MENOS UNA RESOLUCIÓN DE 4096X2160 PÍXELES, MENOS DE ESTO, SE CONSIDERA QUE NO ES 4K, ADEMÁS DE CONSIDERAR QUE LAS PANTALLAS DE TECNOLOGÍA 4K SON DE ASPECTO 17:9; SE SOLICITA LA CONVOCANTE ACEPTAR OFERTAR UN DISPLAY DE 31 PULGADAS CON LA TECNOLOGÍA DE FABRICANTE, O EN SU NEGATIVA, SE SOLICITA ACEPTAR OFERTAR DISPLAY DE 26 PULGADAS DE TECNOLOGÍA HD CON UNA RESOLUCIÓN DE 1920X1080 PÍXELES Y UN ASPECTO 16:9, SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA, PODRÁ OFERTAR TECNOLOGÍA DE ACUERDO ASU FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO LA RESOLUCIÓN SEA IGUAL O MAYOR A 3840X2160 PÍXELES EN UN TAMAÑO NO MENOR A 26 PULGADAS.
90	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	7	DICE: 1.5 CUMPLIMIENTO CON LA NORMA EN60601-1. <b>PREGUNTA:</b> "SE ENTENDE QUE LA CONVOCANTE NECESITA CERTIFICACIÓN CON LA NORMA IEC60601 EN SU TERCERA EDICION, Y POR ENDE: * APROBACIONES/SELLO: CE, C-UL-US, DEMKO * SEGURIDAD (EQUIPO MÉDICO): IEC60601-1, UL60601-1, CAN/CSA C22.2, Nº 60601-1-08 * COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA: EMC PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS * NORMAS EMC: IEC60601-1-2, EN55011 /CISPR 11, FCC CFR47 PARTE 15 Y 18/CLASE B * ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP21 (CON PANTALLA DE PROTECCIÓN) / CARA FRONTAL: ÍNDICE IP53 * REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES: CUMPLE CON ROHS, REACH, WEEE ES CORRECTO?"	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
91	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	8	SOLICITAMOS AMABIEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI POR "ULTRA ALTA DEFINICIÓN", SE REFIERE A QUE DEBE TENER UNA RESOLUCIÓN DE 3840X2160 PÍXELES, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
92	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	8	SOLICITAMOS AMABIEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI PARA LA PARTIDA 8 PUNTO 1.7, A FIN DE CUMPLIR CON EL REQUISITO DE REFERENCIAR PUNTO POR PUNTO DE LA CEDULA TÉCNICA, SEA SUFICIENTE (DADO QUE PARTICULARMENTE ESTE PUNTO NO ALTERA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO) SEA SUFICIENTE REFERENCIARLO CON ALGUNA IMAGEN ILUSTRATIVA DEL MISMO, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE DEBERÁ REFERENCIAR LA MEDIDA OFERTADA EN EL CATALOGO DEL FABRICANTE.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018



93	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	9	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI PARA ESTA PARTIDA 9 PUNTO 2.1, DONDE HACE MENCIÓN A UN "FETOSCOPIO CURVO, VISIÓN FRONTAL, RECTA", DEBE SER: VISIÓN FRONTAL, CURVADA... ES CORRECTO NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
94	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	11	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA LA PARTIDA 11.1 PUNTO X.1.6. ES CORRECTO ENTENDER QUE QUE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERA APLICABLE SOLO SI SE REFIERE SOLO A ALGÚN DEFECTO DE FÁBRICA.	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
95	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	13	DICE: BRAZO ARTICULADO MOBILIDAD DE 320° PREGUNTA: SE ENTENDE QUE EL HOSPITAL PROPORCIONARA TODAS LAS PREPARACIONES EN FUNCION DE LA GUIA MECANICA PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE, Y HASTA NO TENER AL 100 % DICHAS PREPARACIONES, SE PROCEDERA CON LA INSTALACION, SIN SER RESPONSABILIDAD ALGUNA LA FABRICACION O CALIDAD DE ESTAS PREPARACIONES PARA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
96	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	13	DICE: CABLEADO DE VIDEO RESULUCION 4K A TRAVEZ DE FIBRA OPTICA PREGUNTA: "1. SE ENTENDERA QUE AL NO SER UNA CORRECTA PRACTICA EL USO DE EMPALMES CON FIBRA OPTICA, EN PRO DE NO BAJAR LA RESOLUCION DE LA TRANSMISION, EL HOSPITAL PROVEERA UN EXCEDENTE DE FIBRA OPTICA POR DEBAJO DEL NIVEL DE PLAFÓN DE AL MENOS 4 METROS, Y ASÍ PODER RUTJEAR LA FIBRA OPTICA DENTRO DEL BRAZO ARTICULADO, SIENDO RESPONSABILIDAD TOTAL DEL HOSPITAL ESTA PREPARACION, ES CORRECTO?"	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
97	DRAGER MEDICAL MEXICO SA DE CV	ANEXO 1	13	DICE: CABLEADO DE VIDEO RESULUCION 4K A TRAVEZ DE FIBRA OPTICA PREGUNTA: EL PROVEEDOR DE LA FIBRA OPTICA SE HARA CARGO DE REALIZAR EL PONCHADO DE LA MISMA FIBRA OPTICA AL TERMINAR EL RUTEADO DENTRO DEL BRAZO ARTICULADO CON EL FIN DE ASEGURAR UN ESTANNDAR Y CERTIFICACION DE LA FIBRA OPTICA, SIN SER RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE DEL BRAZO ARTICULADO, ES CORRECTO?"	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 28 de noviembre del 2018 a las 11:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 11:15 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018



Servicios de Salud O.P.D.  
**Nuevo León**  
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
NOMBRE		FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. ERIKA YADIRA GONZÁLEZ GÓMEZ	
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (ÁREA USUARIA)	ING. DAVID EDEL PÉREZ GARZA	

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2018


LA NUEVA INDEPENDENCIA  
 Matamoros 520 Cte. Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000  
 www.nlgob.mx





**Servicios de Salud O.P.D.**  
**Nuevo León**  
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

<b>REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA)</b>	<b>DR. FIDEL CISNEROS RIVERA</b>	
<b>REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA)</b>	<b>DR. CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ MALDONADO</b>	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

<b>INVITADOS PERMANENTES</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>	
<b>SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</b>	<b>LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO</b>	
<b>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN</b>	<b>LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME</b>	
<b>REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA</b>	<b>C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ</b>	

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-91904492-150-2018

