



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
No. LP-919044992-113-2018
EQUIPO MÉDICO**

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las *10:00* horas del día *13 de marzo del 2018*, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-113-2018** referente a la adquisición de **Equipo Médico**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** como área usuaria: *Lic. Arturo Abraham Chapa Ramírez*, representantes de la Dirección de Salud Pública, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la *Lic. Martha Patricia Gámez Hernández*, Jefa del Departamento de Adquisiciones y el *C.P. Erick de Jesús Leos Rodríguez*, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asisten los C. Rubén González Rendón, Fernando Romero Martínez y Arturo Reyes Ponce en calidad de observadores.


En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes no estando presente ninguno.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-113-2018 PÁGINA 1 de 15

TRANSPARENCIA
MEMORIAS 520 Cre. Zona Centro, Monterrey, N.L. CP. 64000 Tel: (81) 8150-7000
www.nl.gob.mx

Nuevo León
LA BUENA
GOBIERNO



Servicios O.P.D.
de Salud
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

Nº DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PUNTO 1.2.3. Condiciones de Entrega del Equipo Médico Inciso C) INSTALACION		Favor de aclarar si la adecuación para el buen funcionamiento del equipo: valor nominal del voltaje, frecuencia, temperatura ambiental, aislamiento acústico, humedad relativa, instalación hidráulica, piso firme y nivelado será por cuenta de la convocante o del licitante. Entendemos que debido a que en el numeral señalado se refieren a la partida 1 y 2 y en el anexo 1 exclusivamente mencionan la partida 1 junto con la cantidad 2, con fines prácticos se considerará como exclusivamente la Partida 1 que se entregará en los lugares indicados en el presente numeral ¿Es correcta mi apreciación?	Las adecuaciones que se requirieran serán por cuenta de La Convocante.
2	DIMSA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	Referencia: Numeral 1.2.2 Lugar de entrega del equipo médico			Sí, es correcta su apreciación el objeto de la presente licitación corresponde a una única partida incluida en el Anexo 1.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-11330018 PÁGINA 2 de 15

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Nuevo León
LA NUEVA
BOBRECIA

Militarios 520 Cte., Zona Centro, Monterrey, N.L., CP 64000 Tel: (81) 8130-7000
www.rfgob.mx



Servicios O.P.D. de Salud
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

3	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	Punto 1.1.19.		<p>Los licitantes deberán contar con Centro de Servicio y Staff de Ingeniería en el Área Metropolitana de Monterrey, N.L., o tener sucursales en la misma para cualquier situación de urgencia y para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo; por lo que deberá anexar a su propuesta técnica alta o apertura de establecimiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con domicilio en el área Metropolitana de Monterrey, N.L.; así como escrito en el cual detalle la dirección y los nombres del personal; así como sus teléfonos fijos y móviles para su localización; además deberá anexar Diplomas y Currículums de éstos.</p> <p>Pregunta: Entendemos que para dar cumplimiento al presente punto la documentación podrá ser presentada por el licitante o por el fabricante de los bienes propuestos siempre y cuando se adjunte la carta de apoyo al licitante. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>No es correcta su apreciación, se requiere la documentación solicitada a nombre del licitante.</p>
4	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	Punto c) Instalación		<p>Los licitantes deberán anexar a su propuesta técnica, escrito indicando el tipo de instalación o adecuación para el buen funcionamiento del equipo: valor nominal de voltaje, frecuencia, temperatura ambiental, aislamiento acústico, humedad relativa, instalación hidráulica y piso firme y nivelado. Los licitantes que resulten adjudicados harán entrega a la Convocante de las guías mecánicas, planos y diseño de disposición del equipo que requieran adecuación o preparación del área de manera previa a la instalación, en un período máximo de 10 días naturales posteriores del fallo. Es responsabilidad del licitante adjudicado la instalación y puesta en operación del equipo, el cual se llevará a cabo en las Unidades a las que van destinados los equipos objeto de la presente licitación.</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación, precisando que dichas guías serán entregadas a la Subdirección de Recursos Materiales</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044997-113-2018 PÁGINA 3 de 15








Servicios de Salud O.P.D. de Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


				<p>Pregunta ¿Entendemos que la convocante permitirá al licitante adjudicado realizar la visita al sitio de instalación de los bienes dentro 3 primeros días posteriores al fallo esto con el fin de poder hacer entrega a la Convocante de las guías mecánicas, planos y diseño de disposición del equipo que requieran adecuación o preparación del área de manera previa a la instalación y que en dado caso de que no se pueda visitar el sitio las guías mecánicas serán entregadas 10 días posteriores a que la convocante permita la visita ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	
5	PROCLIMED, S.A. DE C.V.			<p>8. En caso de que el licitante sea fabricante, deberá presentar carta en papel preferentemente con membrete, en la que manifieste para esta Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-113-2017, que es fabricante y garantiza el abasto suficiente para cumplir con las adjudicaciones que se deriven de esta licitación y que garantiza la existencia de los bienes y refacciones en los casos aplicables durante el periodo de vigencia de las pólizas de garantía o 5 años, el plazo que resulte mayor de éstos dos, debiendo contener las partidas que oferta, así como la marca de las mismas, según modelo propuesto en el Anexo 15 de esta convocatoria. (De no aplicar este documento, por que aplique el del inciso siguiente i), no afecta la solvencia de la proposición).</p> <p>Pregunta: Entendemos que en caso de que mi representante no sea fabricante del bien ofertado será suficiente con presentar escrito de no aplica ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-113-2018 PÁGINA 4 de 15



6	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	18. ANEXO 12.	<p>Escrito a que hace referencia a la Estratificación de Micro, Pequeña o Mediana empresa.</p> <p>Pregunta: ¿Entendemos que en caso de que mi representada no este estratificada como Micro, Pequeña o Mediana empresa será suficiente para dar cumplimiento al presente punto presentar escrito con la leyenda no aplica ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	SÍ, es correcta su apreciación.
7	PROCLIMED, S.A. DE C.V.		<p>16. En cumplimiento a lo dispuesto en las Reglas 5.2.Y 5.3 de las "Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010, los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta, un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir.....</p> <p>Pregunta: Entendemos que en caso de ofertar equipos de importación deberemos presentar solamente el Anexo "9-B". Y con esto se dará por cumplido este punto ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	SÍ, es correcta su apreciación.
8	PROCLIMED, S.A. DE C.V.		<p>Pregunta: Para no limitar la libre participación, solicitamos atentamente a la convocante nos permita referenciar la dosis de transmisión, la cual es la dosis absorbida por el paciente en un determinado valor de tiempo (mGy/mAs) Se Acepta?</p>	SÍ, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en el Anexo 1.
9	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	3. Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre Técnico C.	<p>El sobre de documentos de propuesta Técnica deberá contener Inciso 6. Escrito indicando e tipo de instalación o adecuación para el buen funcionamiento del equipo: Valor Nominal, de voltaje, frecuencia, temperatura ambiental,</p>	SÍ, es correcta su apreciación.

[Handwritten signatures and marks]




GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

			aislamiento acústico, humedad relativa, instalación hidráulica y piso firme nivelado. Pregunta: Entendemos que conforme a lo indicado en el escrito al que se hace mención, la institución llevara a cabo las adecuaciones necesarias a las áreas a fin de cumplir con los requisitos señalados por el licitante ¿es correcto?	
--	--	--	--	--

DUDAS TÉCNICAS:

No. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.		PARTIDA 1	Se solicita a la convocante que numere o permitan numerar las especificaciones técnicas de la partida 1 para facilitar el marcaje ¿Se acepta? Se solicita a la convocante que por la dificultad de referenciación se admita que el siguiente punto de la partida 1: "Dosis adicional por tomoadquisición no deberá rebasar 3 mGy bajo condiciones de referencia por proyección, conforme a la NOM vigente" sea comprobado mediante carta de cumplimiento de fabricante y mediante el certificado emitido por un asesor especializado en seguridad radiológica autorizado donde indique que el equipo ofertado se encuentra dentro de norma ¿Se acepta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
2	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.		PARTIDA 1	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a que para contar con un equipo que permite el manejar rangos útiles para mastografía en kV, mA y obtener una mejor calidad de imagen se deba ofertar al menos una potencia de 5 kW o mayor ¿Se acepta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
3	DIMSA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.		Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Generador de rayos X de alta frecuencia"	Entendemos que debido a que solicitan que el equipo se mantenga en un rango solicitado.	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
4	DIMSA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.		Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo		No es correcta su apreciación. El rango del kV del equipo deberá ir de máximo

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-91904/992-13-2018 PÁGINA 6 de 15



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

		Digital con Tomosíntesis, "Kilo voltaje (kV) dentro del rango de 20 a 49 en incrementos de 1kV"	entendemos que podremos ofertar un rango de 22 kV o menor a 49 kV o mayor en incrementos de 1 kV ¿Es correcta nuestra apreciación?	20kV a mínimo 48kV en aumentos de un 1kV, sin embargo se aceptaría un equipo de 22kV como mínimo
5	DIMISA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Capacidad calorífica del ánodo igual o mayor a 160 000 HU"	La capacidad de almacenamiento calorífico del ánodo permite al equipo realizar la mayor cantidad de estudios sin calentarse, por lo que solicitamos a la convocante de la manera más atenta se deba ofertar al menos un almacenamiento calorífico de 300,000 HU ¿Se acepta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
6	DIMISA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Puntos focales de 0.1 Y 0.3 mm o punto focal de 0.3 mm"	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que se deba ofertar con al menos 2 puntos focales ya que el punto focal fino sirve para aumentar la calidad en la imagen y el punto focal grueso para mamas densas ¿Se acepta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
7	DIMISA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Movimientos de rotación de -100° a +180° o mayor"	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que para tener un mejor posicionamiento del paciente en las diferentes técnicas, se deba ofertar movimientos de rotación de al menos -180° a +180° o mayor ¿Se acepta mi propuesta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
8	DIMISA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Desplazamiento vertical de 55 cm o mayor"	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que además del desplazamiento vertical solicitado se deba ofertar una capacidad de crecimiento de que el equipo pueda contar con la capacidad de inclinación de -15 a + 90 grados, lo anterior para que se pueda tener accesibilidad para pacientes con silla de ruedas ¿Se acepta mi propuesta?	Sí, se acepta su solicitud, se requiere que para asegurar que se podrán realizar estudios para pacientes en silla de ruedas que el equipo puede contar a futuro con una inclinación de -15 a + 90 grados
9	DIMISA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Estación de trabajo de revisión"	Entendemos que la estación de trabajo también deberá contar con licencias DICOM ¿Es correcta mi apreciación?	Sí, es correcta su apreciación.
10	DIMISA INTERPRETACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a que en algunas ocasiones se requiere realizar procedimientos de Biopsia para asegurar un diagnóstico certero, solicitamos a la	Se acepta su solicitud, se deberá ofertar en la propuesta técnica de la presente licitación sistema para Biopsia

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRABAJOS PRESENCIAL No. LP-919044992-113-2018 PÁGINA 7 de 15

MAISANOS 520 Cde., Zona Centro, Monterrey, N.L. CP. 64000 Tel: (81) 8150 7000
www.sal.gob.mx

Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

(Handwritten signatures and initials)



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

			convocante de la manera más atenta que se deba ofertar sistema para Biopsia Estereotáxica con soporte para pistola de corte ¿Se acepta?	Estereotáxica posición vertical con soporte para pistola de corte.
11	ABSTEL, S.A. DE C.V.	Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Rango de más de 4 o menor a 400 o mayor"	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que se deba ofertar un equipo con la capacidad de tener un rango de 2 mA o menor a 600 mA o mayor, ya que permitirá obtener una mejor calidad de imagen ¿Se acepta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
12	ABSTEL, S.A. DE C.V.	Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Tamaño del pixel 100 µm o menor"	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que se deba solicitar al menos un tamaño de pixel de 85 micrones o menor debido a que esto permitirá obtener mejor calidad de imagen ya que se tiene mejor eficiencia cuántica ¿Se acepta mi propuesta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
13	ABSTEL, S.A. DE C.V.	Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Disco duro de 500 GB o mayor, o capacidad para 20,000 imágenes en formato DICOM"	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a que las imágenes de Tomosíntesis ocupan mayor almacenamiento que imágenes de mastografía normales, se deba ofertar una capacidad del Disco Duro de 1 TB ¿Se acepta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
14	ABSTEL, S.A. DE C.V.	Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Herramientas para grabado de imágenes con visualizador DICOM y licencia DICOM media storage"	Entendemos que lo que se requiere en este punto	No contiene ninguna pregunta.
15	ABSTEL, S.A. DE C.V.	Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Tiempo de barrido 25 segundos o menor"	Solicitamos a la convocante que para poder aumentar la capacidad de pacientes en los estudios diarios, se deba ofertar un tiempo de barrido de 15 seg. o menor, lo que mejorará el flujo de trabajo ¿Se acepta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
16	ABSTEL, S.A. DE C.V.	Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis,	Solicitamos a la convocante que debido a que mientras mayor sea el ángulo de barrido o escaneo mayor será el área de muestra por lo que solicitamos se deba ofertar al menos un ángulo de	Sí, se acepta su solicitud, se deberá demostrar que para asegurar un escaneo completo para una mejor representación y diagnóstico de la

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-13-2018 PÁGINA 8 de 15

LA NUEVA LEON EN LA ADMINISTRACIÓN
 MAQUINARIOS S20 Cve. Zorbe Centro, Monterrey, N.L., Cp. 64000 Tel: (81) 8150-7000
 www.nl.gob.mx

Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

			"Ángulo de barrido mayor o igual a 15°"	escaneo de +/-15 grados (30 grados en total) o mayor ¿Se acepta?	mama deberá contar con un ángulo de escaneo de +/-15 grados (30 grados en total) o mayor.
17	ABSTEL, S.A. DE C.V.		Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Número de disparos o proyecciones generadas de 9 o mayor"	Solicitamos a la convocante que debido a que mientras mayor disparos se realicen mayor es la dosis entregada al paciente, se deba solicitar que el equipo realice la tomosíntesis con 11 disparos o menor para asegurar una dosis baja ¿Se acepta mi propuesta?	Sí, se acepta su solicitud, se requiere que el equipo para asegurar una menor dosis al paciente realice la tomosíntesis mediante 11 disparos o menor.
18	ABSTEL, S.A. DE C.V.		Anexo 1, Partida 1 Equipo de Rayos X Mastógrafo Digital con Tomosíntesis, "Estación de trabajo de revisión"	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que debido a que las imágenes de Tomosíntesis ocupan mayor almacenamiento que imágenes de mastografía normales, se deba ofrecer una capacidad del Disco Duro de 2 TB ¿Se acepta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
19	PROCLIMED, S.A. DE C.V.		PUNTO ANEXO 1	Pregunta Solicitamos amablemente a la convocante con el fin de poder realizar la referenciación más práctica y se pueda evaluar de mejor manera poder enumerar cada una de las características de los bienes solicitados ¿ Se acepta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.
20	PROCLIMED, S.A. DE C.V.			PUNTO Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 1 lp/mm \geq 50% y Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 5 lp/mm \geq 25% Pregunta SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 1 lp/mm \geq 50% y Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 5 lp/mm \geq 25% PRESENTAND CARTA EMITIDA POR LA FILIAL EN MEXICO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO DONDE SE MENCIONE EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO. ¿SE ACEPTA?	El licitante podrá referenciar este punto con carta bajo protesta de decir verdad emitida por representante legal de la filial en México del fabricante del equipo de la misma marca y modelo que el equipo que oferte en su propuesta técnica, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
21	PROCLIMED, S.A. DE C.V.			Punto Vistas de tomosíntesis seleccionables (RCC, RMLQ, LCC, LMLQ) PREGUNTA Solicitamos atentamente a la convocante, nos permita referenciar con una imagen, ¿se acepta? Ión	El licitante podrá referenciar este punto con una imagen que provenga exclusivamente de manuales o catálogos o folletos emitidos o publicados por el fabricante del equipo de la misma marca

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. LP-919044992-113-2018 PÁGINA 9 de 15



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

							Y modelo que el equipo que oferte en su propuesta técnica, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
22	PROCLIMED, S.A. DE C.V.			<i>Punto Dosis adicional por tomoadquisición no deberá rebasar 3 mGy bajo condiciones de referencia por proyección, conforme a la NOM vigente</i> Pregunta SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO CON CARTA EMITIDA POR LA FILIAL EN MÉXICO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO DONDE SE MENCIONE EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO. ¿SE ACEPTA?			El licitante podrá referenciar este punto con carta bajo protesta de decir verdad emitida por representante legal de la filial en México del fabricante del equipo de la misma marca y modelo que el equipo que oferte en su propuesta técnica, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.
23	PROCLIMED, S.A. DE C.V.			Punto. Herramienta de control de calidad PREGUNTA Solicitamos atentamente a la convocante que nos permita ofertar estas herramientas en la estación de adquisición, ya que este parámetro se controla al momento de ajustar los parámetros, ¿se acepta?			El licitante podrá ofertar la(s) herramienta(s) de control de calidad sin importar si el acceso a dicha(s) herramienta(s) es desde la estación de adquisición, siempre y cuando este diseño e integración de la(s) herramienta(s) esté considerado en el manual de control de calidad, manual de usuario, o manual de servicio publicado por el fabricante del equipo de la misma marca y modelo que el equipo que presente en su propuesta técnica, lo anterior sin ser obligatorio o limitante para los demás licitantes
24	PROCLIMED, S.A. DE C.V.			En caso de ser negativa la respuesta de la pregunta anterior, solicitamos atentamente a la convocante nos especifique que tipo de funciones requiere.			No fue negativa la respuesta a la pregunta anterior
25	PROCLIMED, S.A. DE C.V.			Punto Dosis adicional por tomoadquisición no deberá rebasar 3 mGy bajo condiciones de referencia por proyección, conforme a la NOM vigente Pregunta Nuestra tecnología realiza 25 proyecciones, donde cada proyección es igual a 0.1.			Las conversiones y equivalencias que se plantean en la pregunta están mal hechas. Si la tecnología del licitante realiza 25 proyecciones, donde cada proyección proporciona una dosis igual a

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-13-2018 PÁGINA 10 de 15

LA NUEVA INDEPENDENCIA
MATERIAS 520 Cde, Zona Centro, Monterrey, NL, CP. 64000 Tel: (81) 8150-7000
www.nl.gob.mx



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

			microGy, por lo tanto 25 proyecciones nos daría 25 microGy =0.25 mGy por lo cual está por debajo de lo que solicitan en esta cédula entendemos que con esto se da por cumplido el presente punto, ¿es correcta nuestra apreciación?	0.1 microGy, esto significa que 25 proyecciones resultarían en 2.5 microGy (no 25 microGy como comenta el licitante) y 2.5 microGy son iguales a 0.0025 mGy, lo cual está por debajo de 3 mGy.
26	PROCLIMED, S.A. DE C.V.		Tomosíntesis - Tiempo de barrido 25 segundos o menor SOLICITAN TIEMPO DE BARRIDO 25 SEGUNDOS O MENOR. PREGUNTA Solicitamos atentamente a la convocante, ofertar EQUIPOS CON TIEMPO DE BARRIDO MAIOR DE 15 SEGUNDOS PARA GARANTIZAR UN DIAGNOSTICO CLINICO DE CALIDAD Y ALTA PRECISION. ESTA CARACTERISTICA PROPORCIONA AL USUARIO OBTENER MEJOR VISUALIZACION DE PEQUEÑAS LESIONES Y CON mayor numero de proyecciones POR SEGUNDO. ¿se acepta?	Si es menor a 25 segundos se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas en el Anexo 1.
27	PROCLIMED, S.A. DE C.V.		Tubo de rayos-X - Filtro de Mo, Rh, Al o Ag (molióbdeno, rodio, aluminio o plata) y/o sus combinaciones Solicitan FILTRO DE MO, RH, AL O AG (molióbdeno rodio, aluminio o plata) y/o sus combinaciones. Pregunta Solicitamos atentamente a la convocante SE DEBA ofertar sólo tecnología de Tubo de Rayos X de filtros combinados, se acepta?	No se acepta ya el requerimiento establecido por la convocante es que el equipo cuente con al menos uno de los filtros de materiales Mo, Rh, Al o Ag (molióbdeno, rodio, aluminio o plata) y/o sus combinaciones, por lo que los filtros combinados clasifica dentro del término "o sus combinaciones" lo cual permite la libre participación sin ser limitante para otros licitantes
28	PROCLIMED, S.A. DE C.V.		Tomosíntesis - Ángulo de barrido mayor o igual a 15° SOLICITAN Ángulo de barrido mayor o igual a 15°. PREGUNTA Solicitamos atentamente a la convocante SE DEBA ofertar EQUIPOS CON Ángulo de barrido mayor A 20° ¿se acepta?	No se acepta su solicitud sin embargo podrá ofertar ángulo de barrido mayor a 20°

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-113-2018 PÁGINA 11 de 15



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

29	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		<p>1. Pregunta general: Especificaciones Técnicas, anexo 1</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante con el fin de facilitar la identificación de las características permita enumerar las especificaciones del anexo 1 ¿se acepta?</p>	<p>Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p>
30	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		<p>2.- _____ Detector digital</p> <p>Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 1 lp/mm \geq 50%</p> <p>Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 5 lp/mm \geq 25%</p> <p>Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto de manera gráfica, ¿se acepta?</p>	<p>El licitante podrá referenciar este punto con una imagen que provenga exclusivamente de manuales o catálogos o folletos emitidos o publicados por el fabricante del equipo de la misma marca y modelo que el equipo que oferte en su propuesta técnica, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p>
31	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		<p>3.- _____ Tomosíntesis</p> <p>Dosis adicional por tomo adquisición no deberá rebasar 3 mGy bajo condiciones de referencia por proyección, conforme a la NOM vigente</p> <p>Pregunta: Solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto presentando carta del fabricante bajo protesta de decir verdad, que cumplimos con una dosis menor a 3mGy de acuerdo a la NOM-229 vigente, se acepta?</p>	<p>El licitante podrá referenciar este punto con carta bajo protesta de decir verdad emitida por representante legal de la filial en México del fabricante del equipo de la misma marca y modelo que el equipo que oferte en su propuesta técnica, lo anterior sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p>

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 21 de marzo del 2018, en esta misma sala, a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido el presente evento de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-91904499Z-113-2018 PÁGINA 12 de 15

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MISIONES 520 Cde., Zona Centro, Monterrey, NL., C.P. 64000 Tel: (81) 8130-7000
www.rlgpb.mx



Servicios de Salud O.P.D. de Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 10:30 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		FIRMA
NOMBRE		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	


MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA (COMO ÁREA USUARIA)	LIC ARTURO ABRAHAM CHAPA RAMÍREZ	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRÁFICOS PRESENCIAL No. LP-919044992-113-2018 PÁGINA 13 de 15

MEMORIOS 530 Cte., Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000
WWW.MILGODINX





Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

INVITADOS PERMANENTES

	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. MARTHA PATRICIA GÁMEZ HERNÁNDEZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	C.P. ERICK DE JESÚS LEOS RODRÍGUEZ	

OBSERVADORES

	NOMBRE	FIRMA
	C. RUBÉN GONZÁLEZ RENDÓN	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-113-2018 PÁGINA 14 de 15



Servicios O.P.D.
de Salud
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

	C. FERNANDO ISRAEL ROMERO MARTÍNEZ	
	C. ARTURO REYES PONCE	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. LP-919044992-113-2018 PÁGINA 15 de 15

LA NUEVA INDEPENDENCIA

Matrícula 520 Oe, Zona Centro, Monterrey, N.L., CP 64000 Tel: (81) 8130-7000
 www.nl.gob.mx

