



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES
 PRESENCIAL
 No. LP-919044992-114-2017**

**“REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO, 2ª
 VUELTA”**

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 10:00 horas del día 09 de febrero del 2017, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, proveedores e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales Presencial No. LP-919044992-114-2017** referente a la adquisición de **Reactivos para la Determinación de Análisis Clínicos y Equipos en Comodato, 2ª VUELTA**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. *Luis Gerardo Ibarra Cortinas*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la C.P. *Erika Yadira González Gómez* y como área usuaria: El Dr. Noé Enrique Pérez Anguiano, Representante de la Dirección de Hospitales, la Q.C.B. *Sandra Luz Garza Galván*, representante del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, la Q.B.P. Graciela Cantú González y el Lic. Juan Manuel Saldívar González, representantes del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el Lic. *Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la Lic. *Martha Patricia Gámez Hernández*, Jefa del Departamento de Adquisiciones y la Lic. *Nancy Natale de León Rodríguez*, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asiste el C. *José Luis Paredes Méndez* en calidad de observador.

En uso de la palabra el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de proveedores estando presentes las compañías: **Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V.**, representada por el C. José Francisco Martínez Pacheco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los proveedores participantes las cuales son las siguientes:

LICITANTE: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
PREGUNTA 1:	PUNTO 3, INCISO C, NUMERAL 10 DICE: CARTA COMPROMISO DE ENTREGAR LOS EQUIPOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS A MÁS TARDAR 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1A, LOS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 3 AÑOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES CON TECNOLOGÍA DE PUNTA Y QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOLICITADAS. TODO ELLO CON EL FIN DE OFRECER UNA MEJOR OFERTA.
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES Y CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS.
PREGUNTA 2:	PUNTO. 1.2. PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. 1.2.1. PERÍODO DE ENTREGA: PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EL LICITANTE CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 A 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. Y EN EL PUNTO 3, INCISO C, NUMERAL 10 DICE: CARTA COMPROMISO DE ENTREGAR LOS EQUIPOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS A MÁS TARDAR 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. CONTAREMOS CON HASTA 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS.
RESPUESTA:	LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DEBERA SER DE 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.
PREGUNTA 3:	PUNTO 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: NUMERAL 17. SOLICITAN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN. LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS QUE SOLICITAN, APLICA SOLAMENTE PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
RESPUESTA:	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, Y SE ELIMINA LA SIGUIENTE MENCIÓN "Y LA MARCA REGISTRADA EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS".
PREGUNTA 4:	PUNTO 1.2 PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. 1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA INCISO I). MENCIONAN QUE LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE 1 AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CADUCIDADES MENORES AL AÑO CON EL COMPROMISO DE CANJEARLOS SI NO SE LLEGAN A CONSUMIR. DADO QUE HAY REACTIVOS QUE POR SU NATURALEZA BIOLÓGICA NO PODRÍAN CUMPLIR CON LA CADUCIDAD SOLICITADA EN BASES. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA:	SI, SE ACEPTA UNA CADUCIDAD MÁXIMA DE 8 MESES, ENTREGANDO CARTA COMPROMISO DE CANJE DEL REACTIVO CON MES DE ANTICIPACION AL VENCIMIENTO.

LICITANTE: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
PREGUNTA 1:	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 11. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACION DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA. HBA1C. SOLICITAN SISTEMA INFORMATICO, SOFTWARE Y HARDWARE PARA ESTA PARTIDA UNICA DEBEMOS ENTENDER QUE AL SER PARTIDA ÚNICA SOLO SE NECESITA INTERFASAR EL EQUIPO DE LOS SIGUIENTES HOSPITALES: HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA", HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL Y HOSPITAL GENERAL DE GALEANA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
RESPUESTA:	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
PREGUNTA 2:	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 11. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACION DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA. HBA1C EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR 3 EQUIPOS. 1 EQUIPO PARA EL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" Y 1 EQUIPO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL Y 1 EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA LOS HOSPITALES INDICADOS, PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.-EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE HBA1C. 2.-CON UNA VELOCIDAD DE TRABAJO MÍNIMA DE 20 PRUEBAS POR HORA. 3.-QUE PROCESE DE FORMA AUTOMATIZADA LAS PRUEBAS DE HEMOGLOBINA PARA LAS FRACCIONES A1C,A2 Y (DUAL PROGRAM) 4.-CUANTIFICACIÓN EN PRESENCIA DE HBS, HBC Y HBF. 5.-ANÁLISIS DE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO. 6.-CON CAPACIDAD DE COLOCAR AL MENOS 10 MUESTRAS A LA VEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

	7.-QUE UTILICE LA METODOLOGÍA DE HPLC (CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DE ALTA RESOLUCIÓN) ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

LICITANTE: DM LAB, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
PREGUNTA 1:	EN EL PUNTO 1.1.1., SEGUNDO PÁRRAFO DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS EN COMODATO Y EN ESTE TEXTO MENCIONA QUE LOS EQUIPOS NO DEBERÁN DE TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 3 AÑOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS CONSIDERANDO QUE EL PROPONER EQUIPOS MÁS NUEVOS SE ENCARECERÍA LA PROPUESTA ECONÓMICA, TOMANDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE PRUEBAS SOLICITADAS, EN EL ENTENDIDO QUE SON EQUIPOS EN COMODATO Y EN ESTÉ CASO EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A MANTENERLOS FUNCIONANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES POR LO QUE NO AFECTA EL TRABAJO DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES Y CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS.
PREGUNTA 2:	EN EL PUNTO 3.3 DE LA BASES, EN EL PUNTO II INDICAN QUE EL PARTICIPANTE DEBERÁ DE ACREDITAR SU REPRESENTACIÓN PRESENTANDO SU IDENTIFICACIÓN, PASAPORTE O CREDENCIAL DE ELECTOR Y EN EL PUNTO 3 INCISO C, EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:, EN EL PUNTO NÚM. 2 PIDEN IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE QUIEN FIRMA LAS PROPOSICIONES; EN EL CASO DE QUE LA PERSONA SEA LA MISMA, SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA IDENTIFICACIÓN VA DENTRO DEL SOBRE CON LA PROPUESTA TÉCNICA O FUERA DEL MISMO
RESPUESTA:	EN EL SUPUESTO QUE SEÑALA DEBERÁ DE PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE QUIÉN FIRMA DE LAS PROPOSICIONES, Y ACREDITAR SU REPRESENTACIÓN CON EL DOCUMENTO ORIGINAL AL ACUDIR A LOS EVENTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
PREGUNTA 3:	DEL ANEXO 1 PARTIDA 11, ESTÁN SOLICITANDO 6425 PRUEBAS, CONSIDERANDO LOS EQUIPOS QUE ESTÁN SOLICITANDO EN EL ANEXO 1A., SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PRUEBAS POR UNIDAD.
RESPUESTA:	LAS CANTIDADES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN SON LAS ESTIMADAS POR LA CONVOCANTE PARA EL PERÍODO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LAS BASES, LA DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DEPENDE DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE, POR LO QUE SERÁ DE ACUERDO A LA DEMANDA QUE PRESENTEN LAS UNIDADES APLICATIVAS, ADEMÁS DE QUE SE PRECISA EN LAS BASES QUE SE TRATA DE UN CONTRATO ABIERTO.
PREGUNTA 4:	EN EL ANEXO IA, SISTEMA INFORMÁTICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE PUNTO APLICA PARA ESTA PARTIDA YA QUE DE SER ASI ELEVARÍA CONSIDERABLEMENTE LA PROPUESTA ECONÓMICA.
RESPUESTA:	EL SISTEMA INFORMÁTICO SI APLICA PARA ESTA PARTIDA.

LICITANTE: DM LAB, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
PREGUNTA 1:	<p>EN EL ANEXO IA: CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 11: EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C (3EQUIPOS) EN ESTE PUNTO ESTÁN DESCRIBIENDO LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN DE TENER LOS EQUIPOS PROPUESTOS, LOS CUALES CORRESPONDEN A UN EQUIPO DE UNA MARCA ESPECÍFICA, CON EL FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE OTRAS MARCAS Y LA LIBRE COMPETENCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DIFERENTE AL DESCRITO EN LAS BASES Y QUE TENEMOS CONOCIMIENTO QUE ES EL QUE ESTÁN USANDO ACTUALMENTE EN LAS UNIDADES MENCIONADAS(HOSPITAL METROPOLITANO, HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y HOSPITAL GENERAL DE GALEANA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MÉTODO POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN DE INTERCAMBIO IÓNICO HPLC • EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE HBA1C. • CON UNA VELOCIDAD DE TRABAJO MÍNIMA DE 20 PRUEBAS POR HORA. • PROCESA DE FORMA AUTOMATIZADA LAS PRUEBAS DE HEMOGLOBINA PARA LAS FRACCIONES A1C,A2 Y F(DUAL PROGRAM) • CUANTIFICACIÓN EN PRESENCIA DE HBS,HBC Y HBF. • ANÁLISIS DE MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO. • LECTURA DE LAS MUESTRAS POR CÓDIGO DE BARRAS. • LINEALIDAD DE RESULTADOS DESDE 3.8% HASTA 18.5% DE HBA1C • MANUAL EN ESPAÑOL • CON CAPACIDAD DE COLOCAR AL MENOS 10 MUESTRAS A LA VEZ • REACTIVOS DE LA MISMA MARCA QUE EL INSTRUMENTO • PANTALLA INTEGRADA CON OPCIÓN A MONITOR ADICIONAL • IMPRESORA INTEGRADA O ADICIONAL

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



	<ul style="list-style-type: none"> • CUENTA CON CAPACIDAD DE INTERFACES SISTEMA INFORMÁTICO (LIS) • LECTOR PARA EL CÓDIGO DE BARRAS • CV 2.4 A 2.6% • CALIBRACIÓN DE PRUEBAS CADA 400 PRUEBAS (UNA SOLA VEZ QUE SE CAMBIA EL REACTIVO) • CERTIFICADO POR LA NGSP(NATIONAL GLYCOHEMOGLOBIN STANDARDIZATION PROGRAM)
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
PREGUNTA 2:	<p>DEL ANEXO IA "EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIONDE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C. ESTÁN SOLICITANDÓ 4 EQUIPOS. 1 EQUIPO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE DR. ARROYO, HOSPITAL DE PROVILEON DE LINARES, HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO Y HOSPITAL GENERAL DE CERRALVO Y DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A PROPONER, ENTRE OTROS COSAS ESTÁN PIDIENDO QUE EL EQUIPO ADEMÁS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C ,DETERMINE TAMBIÉN PROTEÍNA C REACTIVA Y RELACIÓN DE ALBUMINA/CREATININA, ESTAS DOS PRUEBAS NO TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LA DETERMINACIÓN DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA, QUE ES PARA LOS QUE SE ESTÁ CONVOCANDO</p> <p>Y SI LA HACEN DISTINTIVA PARA UN EQUIPO DE UNA MARCA ESPECIFICA. CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE COMPETENCIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO PARA POINT OF CARE • PROCESA MICROALBUMINA, RELACIÓN RATIO A:C • CARTUCHOS MONOTEST CON LOS REACTIVOS DE INMUNOENSAYOS INCORPORADOS • MEDICIÓN DEL ANÁLISIS POR TRANSMISIÓN ÓPTICA AUTOMÁTICA • RESULTADOS EN 6 MINUTOS • RANGO DE MEDICIÓN 2.5% A 14.0% • CORRELACIÓN DE RESULTADOS CON MÉTODOS DE REFERENCIA (HPLC) • VOLUMEN DE MUESTRA DE 1µL • PANTALLA TÁCTIL • CALIBRACIÓN POR TARJETA INCLUIDA EN KIT DE REACTIVO POR LOTE • MEMORIA DE 4000 MUESTRAS • PUERTO SERIAL • IMPRESORA INTERNA
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 17 de febrero del 2017, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido el presente evento de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta junta de aclaraciones, siendo las 10:25 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.




MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. ERIKA YADIRA GONZÁLEZ GÓMEZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (COMO ÁREA USUARIA)	DR. NOÉ ENRIQUE PÉREZ ANGUIANO	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" (COMO ÁREA USUARIA)	Q.C.B. SANDRA LUZ GARZA GALVAN	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (COMO ÁREA USUARIA)	Q.B.P. GRACIELA CANTÚ GONZÁLEZ	



REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (COMO ÁREA USUARIA)	LIC. JUAN MANUEL SALDIVAR GONZÁLEZ	
---	------------------------------------	---

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. MARTHA PATRICIA GÁMEZ HERNÁNDEZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	LIC. NANCY NATALE DE LEÓN RODRÍGUEZ	

LICITANTE		
	NOMBRE	FIRMA
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ PACHECO	

Handwritten notes and signatures:
 - A large handwritten '3' on the right side.
 - A signature 'Gay' written vertically.
 - A signature 'B. C. S.' written vertically.



OBSERVADOR		
	NOMBRE	FIRMA
	C. JOSÉ LUIS PAREDES MÉNDEZ	