



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
No. LP-919044992-146-2018**

EQUIPO MÉDICO

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 10:00 horas del día 30 de octubre del 2018, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-146-2018** referente a la adquisición de **Equipo Médico**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el **C.P. Aarón Serrato Araoz**, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el **Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra**, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** como área usuaria: el **Ing. David Edel Pérez Garza**, representante de la Dirección de Hospitales, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el **Lic. Fidel Moctezuma Carrillo**, Subdirector de Recursos Materiales, la **Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme**, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el **C.P. Felipe Manuel Flores Martínez**, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asiste el c. Rubén González Rendón en calidad de observador.

En uso de la palabra el **C.P. Aarón Serrato Araoz**, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes, estando presentes: **SOMMET MEDICAL, S.A. DE C.V.** representada por la C. Fátima Susana Pérez Fedi, **MEDICA SILLER, S.A. DE C.V.**, representada por el C. Jesús Israel Garza Galván, y **SERVICIOS PARA CLÍNICOS, S.A. DE C.V.**, representada por el C. Emigdio Jesús Chávez Espínola.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-146-2018 PÁGINA 1 de 23

LA NUEVA INDEPENDENCIA
Edificios 520 One, Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 Tel: (81) 8130-7000
www.migob.mx

Nuevo León
LA RECTA ESPERANZA



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

NO DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PROCLIMED S.A. DE C.V.	1.1.7 CALIDAD	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA EL CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO SE ENCUENTRE VENCIDO, PODER PRESENTAR PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA.
2	PROCLIMED S.A. DE C.V.	1 DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN INCISO G)	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PODER TRADUCIR SOLO LO REFERENCIADO DE LOS MANUALES A LOS QUE HACE REFERENCIA EL PUNTO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGAR EL MANUAL EN ESPAÑOL O SU TRADUCCIÓN COMPLETA. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
3	PROCLIMED S.A. DE C.V.	1.2.1. PERIODO DE SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS: A)	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PODER ENTREGAR LOS BIENES DEL ANEXO 1 EN UN PERIODO DE 45 DÍAS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE REQUIERE CONTAR CON LOS EQUIPOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4	PROCLIMED S.A. DE C.V.	1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA DEL EQUIPO MÉDICO INCISO C) INSTALACIÓN.	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA EL CASO DE LAS PARTIDAS QUE NO REQUIERAN INSTALACIONES ESPECIALES, PODER MENCIONAR SOLAMENTE LOS REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS QUE NECESITA. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
5	PROCLIMED S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 16.	TODAS	ENTENDEMOS QUE PARA MÍ REPRESENTADA QUE OFERTA BIENES DE ORIGEN EN EL EXTRANJERO DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 9B PARA CUMPLIR CON EL PUNTO. ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	PROCLIMED S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 18. (ANEXO 12)	TODAS	EN EL CASO DE QUE MÍ REPRESENTADA NO SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LA ESTRATIFICACIÓN DE EMPRESAS BASTARÁ CON PRESENTAR EL DOCUMENTO MENCIONANDO DONDE SE ESCRIBA LA LEYENDA DE QUE NO APLICA PARA MÍ REPRESENTADA. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO ACLARE QUE ES UNA EMPRESA GRANDE.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-146-2018 PÁGINA 2 de 23


LA NUEVA INDEPENDENCIA

Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Meramcos S20 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000
www.nl.gob.mx



7	PROCLIMED S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 21.	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE QUE LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL S.A.T. NO SEA POSITIVO, LA CONVOCANTE NOS PERMITA PODER REALIZAR EL TRÁMITE PARA REGULARIZAR LA SITUACIÓN FISCAL DE NUESTRA REPRESENTADA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA A LA FIRMA DEL CONTRATO. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE INTEGRAL DE SU PROPUESTA TÉCNICA EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL S.A.T., EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.
8	PROCLIMED S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 21.	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA PODER CUMPLIR CON EL REQUISITO SEÑALADO EN EL PUNTO PARA EL CASO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, NOS PERMITA ADJUNTAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA EMPRESA QUE NOS MANEJA EL CAPITAL HUMANO Y SEA ÉSTA LA QUE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE EL IMPUESTO DE NÓMINAS. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
9	PROCLIMED S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C) NUMERAL 21.	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA PODER CUMPLIR CON EL REQUISITO SEÑALADO EN EL PUNTO PARA EL CASO DE PAGO DE REFERENDO Y/O TENENCIA DE VEHÍCULOS NOS PERMITA ENTREGAR EL PAGO DEL DERECHO EN EL ESTADO DONDE SE TIENEN LOS VEHÍCULOS DE MI REPRESENTADA DATOS DE ALTA CUMPLIENDO ASÍ CON EL REQUISITO. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
10	PROCLIMED S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO D) NUMERAL 1 (ANEXO 3)	TODAS	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PODER PRESENTAR NUESTRA OFERTA ECONÓMICA EN EL FORMATO DEL ANEXO 3 A RENGLÓN CONTINUO. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
11	PROCLIMED S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO D) NUMERAL 1 (ANEXO 4)	TODAS	SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PODER PRESENTAR NUESTRA OFERTA ECONÓMICA EN EL FORMATO DEL ANEXO 4 A RENGLÓN CONTINUO. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
12	PROCLIMED S.A. DE C.V.	GENERAL	PARTIDA 29	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL EQUIPO SOLICITADO EN LA PARTIDA 29 SERÁ PARA ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS. NOS ACLARA?	NO SE REQUIERE PARA ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS.



3	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	ANEXO 1	28	SOLICITAN CON DISCO DURO DE 500 GB, DADO QUE LA CAPACIDAD DE LOS DISCOS DUROS ES CONFIGURABLE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE, EN NUESTRA LITERATURA APARECE COMO DISCO DURO 250 GB O MÁS, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE ESTAREMOS CUMPLIENDO CON EL PUNTO SI LO REFERIMOS ASÍ Y EN LA PROPUESTA TÉCNICA INDICAMOS QUE SE OFERTA UN DISCO DE 500 GB ¿SE ACEPTA?	SE ELIMINA LA PARTIDA 28 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA.
4	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.	ANEXO 1	28	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA NUMERAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FICHA TÉCNICA PARA FACILITAR LA REFERENCIACIÓN DE LA MISMA ¿SE ACEPTA?	SE ELIMINA LA PARTIDA 28 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA.
5	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.	ANEXO 1	28	SOLICITAN: "RESOLUCIÓN ESPACIAL DESDE 10 PÍXELES/MM. O MAYOR O DE 100 MICRONES O MENOR Y 20 PÍXELES/MM RESOLUCION DE 50 MICRONES O MENOR" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA REFERENCIAR USANDO LA TERMINOLOGÍA DE CADA CASA COMERCIAL, POR LO QUE SOLICITAMOS PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIARLO DE LA SIGUIENTE MANERA: "RESOLUCIÓN ESPACIAL DESDE 10 PÍXELES/MM. O MAYOR PARA RADIOLOGÍA GENERAL Y RESOLUCIÓN DE 20 PÍXELES/MM O MAYOR PARA ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍA" ¿ES CORRECTO?	SE ELIMINA LA PARTIDA 28 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA.
6	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.	ANEXO 1	28	SOLICITAN: "ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN O DE CONTROL CON PANTALLA PLANA TÁCTIL LCD DE 19 PULGADAS O MAYOR DE GRADO MEDICO" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA CASA COMERCIAL, SOLICITAMOS PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN O DE CONTROL CON MONITOR FLAT PANEL TOUCH SCREEN DE 19 PULGADAS" ¿SE ACEPTA?	SE ELIMINA LA PARTIDA 28 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA.
7	SOMMET MEDICAL, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	28	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA PODER ENUMERAR LA FICHA, CON EL FIN QUE SEA MAS AGIL SU REVISION ¿SE ACEPTA?	SE ELIMINA LA PARTIDA 28 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA.
8	SOMMET MEDICAL, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	28	DICE: ACCESO AL SISTEMA MEDIANTE NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA CON DIFERENTES NIVELES O PERFILES, ENTENDEMOS QUE CON NIVELES O PERFILES SE REFIERE A QUE EL SOFTWARE TENGA LA CAPACIDAD DE CREAR VARIAS SESIONES DE USUARIO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ELIMINA LA PARTIDA 28 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-146-2018 PÁGINA 5 de 23

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Metamorfosis 520 Ofic. Zona Centro, Monterrey, N.L. CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000
www.nlgob.mx

Nuevo León
LA NOTIA
SECRETARÍA

[Handwritten signature]



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


9	SOMMET MEDICAL, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	28	DICE: SOFTWARE PARA ELIMINAR ARTEFACTOS EN LA IMAGEN O ARTEFACTOS PRODUCIDOS POR REJILLA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA DE SOFTWARE COMO PROCESAMIENTO DE SUPRESIÓN DE ARTEFACTOS (TAS), YA QUE DE ESTA MANERA DE DESCRIBE EN LA LITERATURA DEL FABRICANTE, SE ACEPTA?	SE ELIMINA LA PARTIDA 28 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA.
10	SOMMET MEDICAL, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	28	DICE: ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN O DE CONTROL CON PANTALLA PLANA TÁCTIL LCD DE 19 PULGADAS O MAYOR DE GRADO MEDICO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMPROBAR EL GRADO MÉDICO REFERENCIANDO EL ESTÁNDAR TÉCNICO IEC 60601 PARA EQUIPO MEDICO ASÍ COMO EL USO CLÍNICO PARA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES MEDICAS EN EL FOLLETO DEL FABRICANTE, SE ACEPTA?	SE ELIMINA LA PARTIDA 28 DE LA PRESENTE LICITACIÓN, A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA.
11	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	29	SOLICITAN: 2.2.- CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 20°C O MENOR A MÁXIMO 37°C CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETENPERATURA DE MÁS DE 37°C HASTA 39 °C. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AJUSTE DE TEMPERATRA DE AIRE DE 23º C O MENOR O MENOR A MÁXIMO 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETENPERATURA DE MÁS DE 37°C HASTA 39 °C SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
12	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	29	SOLICITAN: 2.5.- SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXIGENO QUE CUBRA EL RANGO DE 21% A 65% O MAYOR CON INCREMENTOS DE 1%. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE AJUSTE DE 22% A 65%. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
13	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	29	SOLICITAN: 2.6.- SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON SERVOCONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA DE 30% O MENOR A 95% O MAYOR CON INCREMENTOS DEL 1% SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE AJUSTE DE HUEDAD RELATIVA DE 40 % A 95%. SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
14	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	29	SOLICITAN: 5.14.- CON AJUSTE CONTINUO DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR AL NEONATO EN POSICIONES DE TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO, CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE AL MENOS 12 GRADOS. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-146-2018 PÁGINA 6 de 28


LA NUEVA INDEPENDENCIA

Maamcos 520 Ote. Zona Centro, Monterrey, N.L. CP. 64000 Tel: (81) 8150-7000
www.nl.gob.mx

Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO



				LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR RANGO DE INCLINACIÓN DE 13 GRADOS. SE ACEPTA?	
15	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	29	SOLICITAN: 5.13.- CON CHAROLA INTEGRADA AL EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS X. ENTENDEMOS QUE PARA FACILIDAD DEL TÉCNICO O MÉDICO EN EL CASO DE LA TOMA DE RAYOS X EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON CAJÓN QUE PUEDA SER INTRODUCIDO DE MANERA FRONTAL Y LATERAL PERMITIENDO ASÍ REALIZAR EL ESTUDIO DESDE CUALQUIER LADO. ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	NO ES CORRECTA SU Apreciación, SE REQUIERE CAJÓN FRONTAL.
16	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	29	SOLICITAN: 6.1.- INTERCONSTRUIDO, CON DEPÓSITO DE AGUA DE AL MENOS 1 LT ESTERILIZABLE Y REMOVIBLE. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON DEPÓSITO DE AGUA QUE MANEJA CADA FABRICANTE SIENDO QUE LOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES CASAS QUE FABRICAN INCUBADORAS MANEJAN TECNOLOGÍA DIFERENTE ENTRE FABRICANTES POR LO QUE CADA EQUIPO PERFORMA DE MANERA DIFERENTE Y PUEDEN CONSUMIR MÁS O MENOS AGUA YA QUE LA EVAPORACIÓN DEPENDERÁ DIRECTAMENTE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES PROPIAS DE LA REGIÓN Y DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE UN DEPÓSITO DE AGUA DE AL MENOS 1 LITRO ESTERILIZABLE Y REMOVIBLE PARA DISMINUIR EN LO MÁS POSIBLE EL RIESGO DE INFECCIÓN DEL PACIENTE.
17	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	29	SOLICITAN: 6.1.- INTERCONSTRUIDO, CON DEPÓSITO DE AGUA DE AL MENOS 1 LT ESTERILIZABLE Y REMOVIBLE. EN CASO DE QUE NUESTRA RESPUESTA A LA PREGUNTA PASADA SEA NEGATIVA SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON DEPÓSITO DE AGUA DE AL MENOS 500ML. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE UN DEPÓSITO DE AGUA DE AL MENOS 1 LITRO ESTERILIZABLE Y REMOVIBLE PARA DISMINUIR EN LO MÁS POSIBLE EL RIESGO DE INFECCIÓN DEL PACIENTE.
18	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	29	SOLICITAN: 7.2.- QUE PESE EN EL RANGO DE 0 GRAMOS A 7 KG O MAYOR. SIENDO QUE NINGUN RECIENTE NACIDO PESA MENOR DE 500 GRAMOS SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BÁSCULA CON MEDICIÓN DE RANGO DE 500 GRAMOS A 7 KG SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE EL MENOR PESO REGISTRADO DE UN NEONATO QUE HAYA SOBREVIVIDO ES DE 255G, SE REQUIERE QUE EL RANGO SEA DE AL MENOS 250G A 7KG.



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

19	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	29	SOLICITAN: SOLICITAN: 7.2.- QUE PESE EN EL RANGO DE 0 GRAMOS A 7 KG O MAYOR. SE HA DEMOSTRADO CLÍNICAMENTE QUE EN LA ETAPA DE GESTACIÓN EL FETO LLEGA A AUMENTAR DE PESO POR MES AL MENOS 100 GRAMOS Y CONTINÚA ASÍ HASTA ANTES DE SU NACIMIENTO. SIENDO ESTO UN VALOR MAYOR A CERO GRAMOS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A AL CONVOCANTE QUE NOS PERMITA SUBIR ESTE RANGO POR LO MENOS A 500 GRAMOS PUESTO QUE NINGÚN RECIÉN NACIDO LLEGA A PESAR CERO GRAMOS. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE EL MENOR PESO REGISTRADO DE UN NEONATO QUE HAYA SOBREVIVIDO ES DE 255G, SE REQUIERE QUE EL RANGO SEA DE AL MENOS 250G A 7KG.
20	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 1.1 VOLUMEN DE LA CÁMARA DE 110 LITROS Y 1.5 UNIDADES ESTÉRILES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VOLUMEN DE LA CAMARA DE 105 LITROS ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
21	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 1.1 VOLUMEN DE LA CÁMARA DE 110 LITROS Y 1.5 UNIDADES ESTÉRILES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIAR EL VOLUMEN DE LA CAMARA O LAS UNIDADES ESTERILES YA QUE AMBAS SON PROPORCIONALES Y EN NUESTRA LITERATURA NO ES POSIBLE REFERENCIARLO DE AMBAS FORMAS ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
22	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 1.2 DIMENSIONES DE LA CÁMARA: 335 X 335 X 940 MM + 3%. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR DIMENSIONES DE LA CAMARA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
23	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 2.1 TIPO GABINETE CON DIMENSIONES EXTERNAS DE 1530 X 640 X 1100 MM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR DIMENSIONES EXTERNAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
24	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL	ANEXO 1	43	DICE: 3. CONTROLADO POR PLC TIPO PCD 2.M5. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO CON UNIDAD DE CONTROL COMPUTARIZADO ASEGURANDO UNA ALTA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DE OPERACIÓN ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044997-I46-2018 PÁGINA 8 de 23


SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Nuevo León
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA


Matamoros 520 Cde. Zona Centro, Monterrey, N.L. CP. 64000 Tel. (81) 8150-7000
www.gob.mx




	DE MEXICO S.A. DE C.V.					
25	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 4. DOBLE SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 1000 PARA CENSAR LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
26	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 4. DOBLE SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 1000 PARA CENSAR LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE SOLICITA DOBLE SENSOR DE TEMPERATURA INDEPENDIENTES PARA UNA MAYOR SEGURIDAD?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	
27	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 5.1 CON AL MENOS 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN: EXPRES, INSTRUMENTAL, TEXTILES Y MATERIALES POROSOS, LÍQUIDOS. ENTENDEMOS QUE EL PROGRAMA DE TEXTILES Y MATERIALES POROSOS ES UNO SOLO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SON DOS PROGRAMAS DISTINTOS.	
28	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 5.1 CON AL MENOS 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN: EXPRES, INSTRUMENTAL, TEXTILES Y MATERIALES POROSOS, LÍQUIDOS. EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIARLO COMO CICLO DE TEXTILES ENVUELTOS ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
29	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 5.1 CON AL MENOS 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN: EXPRES, INSTRUMENTAL, TEXTILES Y MATERIALES POROSOS, LÍQUIDOS. ENTENDEMOS QUE EL CICLO DE TEXTILES Y MATERIALES POROSOS ES UNO SOLO, POR LO QUE AL USTEDES SOLICITAR 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN FALTA UN PROGRAMA. SOLICITAMOS NOS ACLARE QUE OTRO PROGRAMA REQUIEREN ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TEXTILES Y MATERIALES POROSOS SON DOS PROGRAMAS DISTINTOS, POR LO TANTO NO FALTA NINGUNO.	




30	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 5.2 CON AL MENOS 3 PROGRAMAS DE PRUEBA: PRUEBA DE CALENTAMIENTO Y VACÍO, PRUEBA DE VACÍO Y PRUEBA BOWIE-DICK. ENTENDEMOS QUE EL CICLO DE CALENTAMIENTO TIENE COMO FUNCION EL PRECALENTAMIENTO DE LA CAMARA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REQUIERE UNA FUNCIÓN PARA HACER PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ESTO LO PUEDE REALIZAR DURANTE EL CICLO DE PRECALENTAMIENTO.
31	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 5.3 CON CAPACIDAD PARA PROGRAMAR LOS CICLOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO, INCLUYENDO SONDA DE LÍQUIDOS. ENTENDEMOS QUE EL ESTERILIZADOR DEBE TENER LA CAPACIDAD DE INCLUIR UNA SONDA PARA LÍQUIDOS PERO ESTO NO SE DEBERA CONSIDERAR EN LA OFERTA ECONOMICA ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO, SIN EMBARGO DEBERÁ REFERENCIAR DICHA CARACTERÍSTICA EN MANUALES, FOLLETOS O CATÁLOGOS DEL FABRICANTE.
32	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 7. PUERTA AUTOMÁTICA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON SISTEMA DE SELLO HERMÉTICO CON DURACIÓN DE 3500 CICLOS Y CANAL DE UNA SOLA PIEZA, CONSTRUIDO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L PARA GARANTIZAR LA DURABILIDAD DE LA PUERTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTA ESTE CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
33	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 7. PUERTA AUTOMÁTICA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON SISTEMA DE SELLO HERMÉTICO CON DURACIÓN DE 3500 CICLOS Y CANAL DE UNA SOLA PIEZA, CONSTRUIDO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR UNA CARTA DEL FABRICANTE DONDE NOS INDIQUE LA DURACION DEL SELLO HERMETICO ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
34	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 8. CAPACIDAD DE ABIR LA PUERTA A TRAVÉS DEL USO DE UN PEDAL EN LA PARTE FRONTAL DEL EQUIPO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA CAPACIDAD DE ABIR LA PUERTA SEA A TRAVES DE LA PANTALLA DE CONTROL Y TENGA UNA MECANISMO DE SEGURIDAD PARA EL CASO DE FALLO DE ENERGIA ELECTRICA ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
35	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 10. AISLAMIENTO DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN CON LANA-CLORO MINERAL. ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ OFERTAR AISLAMIENTO DE LANA-CLORO MINERAL CON CUBIERTA DE ALUMINO ¿ES CORRECTO.	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR DICHA CARACTERÍSTICA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.




36	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 11. CON UNA PUERTA DE APERTURA VERTICAL DESLIZABLE, AUTOMÁTICA CON PARADA Y BLOQUEO DE SEGURIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿A QUÉ SE REFIERE CON PARADA Y BLOQUEO DE SEGURIDAD?	A UN MECANISMO PARA ASEGURAR LA POSICIÓN DE LA PUERTA.
37	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 12. DESPLIEGUE DIGITAL DE LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN: PRESIÓN Y TEMPERATURA DE LA CÁMARA, NOMBRE DEL PROGRAMA EN CURSO, TIEMPO RESTANTE DEL CICLO, FASE ACTUAL DEL PROCESO, PARÁMETROS PRE-ESTABLECIDOS, BOTÓN DE INTERVENCIÓN DEL CICLO. ENTENDEMOS QUE EL BOTÓN DE INTERVENCIÓN DEL CICLO ES UN BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
38	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 13. PANEL DE CONTROL MEDIANTE PANTALLA TOUCH SCREEN A COLOR CON RESOLUCIÓN VGA 480 X 640 Y DIMENSIONES DE 85.4 MM X 114.2 MM, ADEMÁS CUENTA CON SEÑALAMIENTO LUMINOSO E INDICADOR A DISTANCIA DEL ESTADO DEL PROCESO TIPO LED, MUESTRA TIEMPO RESTANTE DEL PROCESO, MENSAJES DE ERROR E INDICA FIN DEL CICLO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PANTALLA CON TAMAÑO DE 7 PULGADAS ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
39	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 16. INCLUIR CINCO ROLLOS DE PAPEL PARA LA IMPRESORA CON 57.5 MM DE ANCHO Y 50 MM DE DIÁMETRO. SE SOLICITA QUE LAS DIMENSIONES SEAN DE ACUERDO A CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
40	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	43	DICE: 23. DEPÓSITO DE AGUA Y TUBERÍA SANITARIA DE ACERO INOXIDABLE. CON EL DEPÓSITO DE AGUA SE REFIEREN AL GENERADOR DE VAPOR ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
41	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL	ANEXO 1	43	DICE: 28. CONSUMO MÁXIMO DE AGUA: 99 LITROS POR CICLO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE EL CONSUMO DE AGUA POR CICLO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.




DE MEXICO S.A. DE C.V.					
42	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	ANEXO 1	44	SOLICITAN EN EL PUNTO 1.2. DESPLAZAMIENTO LATERAL DE +/-13 CM. SOLICITAMOS CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SE PERMITA OFERTAR DESPLAZAMIENTO LATERAL DE +/- 11.5 YA QUE 1.5 CM NO DEMERITA EN ABSOLUTO EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
43	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	ANEXO 1	44	SOLICITAN EN EL PUNTO 1.3. ALTURA AJUSTABLE DESDE 55 CM O MENOR HASTA 85 CM O MAYOR, SOLICITAMOS CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, SE PERMITA OFERTAR ALTURA AJUSTABLE DE 60 A 90CM CONSIDERANDO QUE EL RANGO DE AJUSTE DE ALTURA ES DE 30 CM TAL CUAL LO SOLICITAN ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
44	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	ANEXO 1	44	SOLICITAN EN LOS PUNTOS 1.5. REJILLA ANTIDIFUSORA CON RELACIÓN 12:1 Y 90 LÍNEAS POR PULGADA O MAYOR. Y 4.2. FOCALIZACIÓN DESDE 100 CM HASTA 180 CM O MAYOR, CON 90 LÍNEAS POR PULGADA O MAYOR. EN NUESTRA LITERATURA LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA ESTÁ DADA EN LÍNEAS POR CM POR LO QUE SOLICITAMOS SE PERMITA REFERIR 33.46 LAS LÍNEAS POR CM ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SIN EMBARGO PODRÁ REFERENCIAR LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA EN UNIDADES MÉTRICAS EQUIVALENTES, SIEMPRE Y CUANDO SEAN IGUALES.
45	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	ANEXO 1	44	SOLICITAN EN EL PUNTO 2.1. LONGITUD DEL SOPORTE NO MAYOR A 260 CM, ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A LOS RIELES DE LA COLUMNA PORTATUBO Y SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR RIELES DE 300CM CONSIDERANDO QUE DE ESTA FORMA EL EQUIPO TIENE MAYOR COBERTURA DEL PACIENTE SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS SALAS EN LAS UNIDADES A LAS QUE ESTÁN DESTINADOS LOS EQUIPOS DE ESTA LICITACIÓN.
46	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	ANEXO 1	44	SOLICITAN EN EL PUNTO 2.4. ROTACIÓN EN TORNO AL EJE VERTICAL DE +/-90 GRADOS O MAYOR CON DESBLOQUEO MEDIANTE PEDAL, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ROTACIÓN DEL TUBO +/-120º; PARADA EN 0°, +/-90. CON FRENSOS ELECTROMAGNÉTICOS CON CONTROLES AL FRENTE YA QUE NO REPRESENTA NINGÚN BENEFICIO QUE EL BLOQUEO SEA CON PEDALES O CON FRENSOS ELECTROMAGNÉTICOS, SON SIMPLEMENTE CONFIGURACIONES Y TECNOLOGÍAS DIFERENTES PARA UN MISMO FIN ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.



47	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	ANEXO 1	44	SOLICITAN EN EL PUNTO 4.4. MOVIMIENTO VERTICAL DE 155 CM O MAYOR EL MOVIMIENTO DEL BUCKY VERTICAL QUE OFERTAREMOS ES DE 40 A 190 Y DADO QUE 5 CM DE DIFERENCIA NO APORTAN NINGÚN BENEFICIO O REPRESENTAN ALGUNA LIMITANTE SOLICITAMOS PODER REFERIRLO DE ESTE MODO ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
48	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	ANEXO 1	44	SOLICITAN EN EL PUNTO 5. GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE 400 KHZ O MAYOR, ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN YA QUE LA FRECUENCIA SOLICITADA NO ES LÓGICA, POR LO CUAL SOLICITAMOS SE PUEDA REFERIR ESTE PUNTO COMO GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE 25 KHZ O MAYOR ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA PUESTO QUE NO EXISTE UN ERROR EN LA TRANSCRIPCIÓN.
49	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	ANEXO 1	44	SOLICITAN EN EL PUNTO 5.6. CON AL MENOS 1024 PROGRAMAS ANATÓMICOS O MÁS, DADO QUE LA COMBINACIÓN DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS, REGIONES ANATÓMICAS Y PROYECCIONES NO SUPERAN LOS 200 PROGRAMAS ANATÓMICOS SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR 900 PROGRAMAS O MAYOR MISMO QUE INCLUSO ESTÁN SOBRODOS DE LO QUE SE USA EN LA PRÁCTICA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIEREN LOS 1024 PROGRAMAS ANATÓMICOS SOLICITADOS PARA OBTENER MEJORES IMÁGENES EN DIVERSAS ÁREAS DEL CUERPO DEL PACIENTE.
50	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	ANEXO 1	44	SOLICITAN EN EL PUNTO 6.4. TAMAÑO DEL PIXEL DE 140 UM O MENOR CON UN DQE DE 70% O MAYOR Y 6.5. PROFUNDIDAD O RANGO DINÁMICO DE 16 BITS CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DETECTOR DE 139 MICRONES CON UN DQE DE 65% O MAYOR CON UNA PROFUNDIDAD O CONVERTIDOR A/D DE 14 BITS YA QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS GARANTIZAN UNA ALTA CALIDAD DIAGNÓSTICA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE UNA PROFUNDIDAD DE RANGO DINÁMICO DE 16 BITS PARA GARANTIZAR UNA ALTA CALIDAD DE LA IMAGEN Y EL CORRECTO DIAGNÓSTICO DE LA MISMA.
51	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	ANEXO 1	44	SOLICITAN EN EL PUNTO 7.3. SOFTWARE DE TRATAMIENTO DE IMAGEN, ENTENDEMOS QUE SE DEBE OFERTAR LAS HERRAMIENTAS DE STITCHING, ANGULO DE COBB E ÍNDICE CARDIOTORÁCICO ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE DEBERÁN OFERTAR LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA PROCESAR IMÁGENES EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO.
52	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.	ANEXO 1	44	SOLICITAN: "2.2. DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 200 CM O MAYOR" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO OFERTAR UN DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 200 CM +/- 15% ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE OTORGA UN ± 10% RESPECTO A LAS MEDIDAS FÍSICAS DEL EQUIPO.



53	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.	ANEXO 1	44	SOLICITAN: "2.4. ROTACIÓN EN TORNO AL EJE VERTICAL DE +/-90 GRADOS O MAYOR CON DESBLOQUEO MEDIANTE PEDAL" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA CASA COMERCIAL ES DECIR QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR CON DESBLOQUEO MEDIANTE BOTON EN LUGAR DE PEDAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIERE QUE SEA DE PEDAL PARA DAR AL TÉCNICO MAYOR LIBERTAD DE MOVIMIENTO AL TENER LAS MANOS LIBRES.
54	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.	ANEXO 1	44	SOLICITAN: "3.1. FOCO FINO DE 1.0 MM, FOCO GRUESO DE 2.0 MM" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS DE CADA CASA COMERCIAL, POR LO QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR FOCO FINO DE 0.6MM, Y FOCO GRUESO DE 1.2 MM ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBIDO A QUE EL USO DE DIÁMETROS MÁS FINOS TIENE UN IMPACTO NEGATIVO EN EL TIEMPO DE VIDA DEL TUBO DE RAYOS X.
55	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.	ANEXO 1	44	SOLICITAN: "3.4. ROTACIÓN DEL TUBO DE +180/- 150 GRADOS. O MAYOR" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ROTACION DEL TUBO DE +135 GRADOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, PUESTO QUE LA CARACTERÍSTICA OFERTADA ESTÁ MUY POR DEBAJO DE LO SOLICITADO.
56	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.	ANEXO 1	44	SOLICITAN: "4.1. REJILLA ANTIDIFUSORA CON RELACIÓN 12:1 O MAYOR" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO OFERTAR REJILLAS ANTIDIFUSORA CON RELACION 10:1 ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIERE DE REJILLAS CON UN ÍNDICE MAYOR PARA ELIMINAR LA RADIACIÓN DISPERSA YA QUE ESTA DETERIORA LA CALIDAD DE LA IMAGEN.
57	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.	ANEXO 1	44	SOLICITAN: "4.2. FOCALIZACIÓN DESDE 100 CM HASTA 180 CM O MAYOR, CON 90 LÍNEAS POR PULGADA O MAYOR" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO REFERENCIAR LAS MEDIDAS EN PULGADAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PODRÁ REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS EN PULGADAS SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
58	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.	ANEXO 1	44	SOLICITAN: "4.4. MOVIMIENTO VERTICAL DE 155 CM O MAYOR" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR MOVIMIENTO VERTICAL DE 153 CM O MAYOR ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
59	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.	ANEXO 1	44	SOLICITAN: "5. GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE 400 KHZ O MAYOR," SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO "GENERADOR MONOFASICO CON 120 HZ" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIERE DE UN GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE 400 KHZ O MAYOR PARA PODER OBTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD Y PODER REALIZAR DIAGNÓSTICOS CERTEROS.



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO


GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

60	MEDICA SILLER S.A. DE C.V.	ANEXO 1	44	SOLICITAN: "5. GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE 400 KHZ O MAYOR," SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO "GENERADOR DE POTENCIA DE ULTRA ALTA FRECUENCIA DE 120 KHZ PLUS" ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD PUESTO QUE NO QUEDA CLARA A QUE SE REFIERE EL PARTICIPANTE CON "PLUS".
61	MEDICA SILLER S.A. DE C.V.	ANEXO 1	44	SOLICITAN: "5.6. CON AL MENOS 1024 PROGRAMAS ANATÓMICOS O MÁS" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA REFERENCIAR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA CASA COMERCIAL, POR LO QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO SOLICITAMOS NOS PERMITA REFERENCIAR 1024 TECNICAS O MAS" ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
62	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 1.- CAPACIDAD DE LA CÁMARA: 305 LITROS. SE SOLICITA PODER OFERTAR VOLUMEN DE LA CÁMARA DE 341 LITROS ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
63	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE:1.1- DIMENSIONES DE LA CÁMARA: 660 X 660 X 700MM (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONCEDA EL +/-10% DE TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE LA CAMARA ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
64	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE:1.3- CAPACIDAD DE 6 UNIDADES ESTÉRILES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A QUE EL VOLUMEN DE LA CÁMARA ES PROPORCIONAL A LA CAPACIDAD DE UNIDADES ESTÉRILES Y LOS FABRICANTES NO SIEMPRE LO MANIFIESTAN DE AMBAS FORMAS EN SUS CATALOGOS NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN SI REFERENCIAMOS ESTE PUNTO CON EL VOLUMEN DE LA CÁMARA DE ACUERDO A LO SOLITADO ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
65	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE:2.- DIMENSIONES EXTERNAS: 1900 X 990 X 1400 MM (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR DIMENSIONES EXTERNAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.


LA NUEVA INDEPENDENCIA

Nuevo León
LA NOTIA
INTERACCIA

Mérida 520 Cde. Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 Tel: (81) 8130-7000
www.nlgob.mx




66	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE:2.1- SERVICIO FRONTAL Y TRASERO PARA AHORRAR ESPACIO DE MANTENIMIENTO (NO LATERAL). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SERVICIO FRONTAL Y LATERAL LO QUE DA MAS POSIBILIDADES A LOS INGENIEROS DE ACCESAR A LOS DIFERENTES COMPONENTES ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
67	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 3.3- CHAQUETA DE LA CÁMARA 321L. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN QUE LA CHAQUETA ESTE CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316L ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
68	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE:3.5- JUNTA HERMÉTICA DE SILICONA REDONDA Y CIRCUNFERENCIAL.. FAVOR DE ACLARAR ¿A QUE SE REFIEREN AL SOLICITAR JUNTA HERMETICA REDONDA?	SE REFIERE AL EMPAQUE DE LA PUERTA PARA GARANTIZAR LA HERMETICIDAD DE LA CÁMARA, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR OTRO TIPO DE JUNTA SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE LA HERMETICIDAD DEL EQUIPO.
69	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE:3.5.2- QUE EL SELLO HERMÉTICO SEA POR MEDIO DE AIRE COMPRIMIDO, NO VAPOR. PARA QUE LA PUERTA NO REQUIERA DE UN MECANISMO INDEPENDIENTE AL CICLO DE ESTERILIZACION SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL SELLO HERMETICO SELLE POR VAPOR LO QUE ASEGURA EL SELLADO INCLUSO CON FALLA DE ENERGIA Y SE LIBERE BAJO VACIO CUANDO EL CICLO DE ESTERILIZACION HAYA FINALIZADO ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
70	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE:3.5.2- TIEMPO DE VIDA DEL SELLO DE 3500 LOTES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE EL TIEMPO DE VIDA UTIL DEL SELLO ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
71	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE:3.5.3- MARCO DE SELLADO DE CÁMARA DE UNA SOLA PIEZA SIN SOLIDADURAS, LIBRE DE TORNILLERÍA AL INTERIOR DE LA CÁMARA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR FOTOS PARA DEMOSTRAR ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO LAS FOTOS ESTÉN CONTENIDAS DENTRO DEL CATÁLOGO, MANUAL O FOLLETO DEL FABRICANTE.




72	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 3.6- CARRO PARA RACK Y TRANSPORTE DEL MISMO FABRICADO A 1.4301 ELECTRO PULIDO CON ALTURA AJUSTABLE DE 640MM A 940MM CON UN GRADO DE INCLINACIÓN DE +/- 15MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PRESENTAR CARRO DE RACK Y TRANSPORTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y QUE LA ALTURA SEA FIJA PARA NO ELEVARE LOS COSTOS DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
73	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE:3.7- FILTRO DE AIRE INTEGRADO QUE IMPIDA LA ENTRADA DE PARTÍCULAS A LA CÁMARA, MAYORES A 0.2MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA GARANTIZAR LA ESTERILIDAD DE LA CARGA QUE EL FILTRO DE PARTICULAS SEA DE 0.1 MICRON O MENOR ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
74	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 3.9- CON PUERTO DE VALIDACIÓN PARA LLEVAR A CABO PRUEBAS CON PAR TERMOELÉCTRICO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS EXPLIQUE ¿QUE SE REFIERE CON ESTE PUNTO?	SE REQUIERE QUE EL EQUIPO TENGA LA CAPACIDAD PARA HACER LAS PRUEBAS DE TEMPERATURA REQUERIDAS.
75	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 4.5- CARGAS POROSAS A 125 °C. ESTE CICLO ES EQUIVALENTE AL CICLO DE TEXTILES POR LO QUE SOLICITAMOS PODER REFERENCIARLO DE ESTA FORMA A UNA TEMPERATURA DE 134°C ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
76	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 4.6- PRUEBA DE CALENTAMIENTO Y FUGAS. ENTENDEMOS QUE EL CICLO DE CALENTAMIENTO TIENE COMO FUNCION EL PRECALENTAMIENTO DE LA CAMARA ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REQUIERE UNA FUNCION PARA HACER PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ESTO LO PUEDE REALIZAR DURANTE EL CICLO DE PRECALENTAMIENTO.
77	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 4.7.1- TEMPERATURA MEDIDAS CON DOBLE TERMÓMETRO DE RESISTENCIA PT100, CLASE 1/3 DIN B. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.



78	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 4.7.3- SENSORES CONECTADOS A PLC Y A INTERFAZ DE REGISTRO DE IMPRESORA. ENTENDEMOS QUE EN CASO DE QUE NUESTRO EQUIPO CUENTE CON SISTEMA DE MICROCOMPUTADOR EN LUGAR DE PLC UNO DE LOS SENSORES DEBERA ESTAR CONECTADO A ESTE SISTEMA DE CONTROL ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
79	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 4.9.1- QUE LOS MANÓMETROS MUESTREN LA PRESIÓN DEL AGUA, VAPOR, AIRE COMPRIMIDO, CÁMARA, RECÁMARA O CHAQUETA Y JUNTA HERMÉTICA DE LA PUERTA. PARA QUE LA JUNTA NO REQUIERA DE UN MECANISMO INDEPENDIENTE DE AIRE COMPRIMIDO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL SELLO HERMETICO SELLE POR VAPOR LO QUE ASEGURA EL SELLADO INCLUSO CON FALLA DE ENERGIA Y SE LIBERE BAJO VACIO CUANDO EL CICLO DE ESTERILIZACION HAYA FINALIZADO SIN NECESIDAD DE UN MANOMETRO EN ESTE SISTEMA ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
80	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 5.2- SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA POR CADENA Y MOTOR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL SISTEMA DE APERTURA DE LA PUERTA SEA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
81	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 5.3- EMBRAGUE DE SEGURIDAD A 150N, PARA EVITAR DAÑOS A PERSONAL Y / O MATERIAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿A QUE SE REFIERE CON ESTE PUNTO?	SE REFIERE A LA FUERZA CON LA QUE SE ABRE LA PUERTA.
82	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 7.1.1- TECNOLOGÍA TFT CON RESOLUCIÓN VGA 480 X 640, CON UN TAMAÑO DE 86.4MM X 115.2MM CON ILUMINACIÓN LED, RESOLUCIÓN DE COLOR A 24 BIT. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PANTALLA CON TAMAÑO DE 7 PULGADAS ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.



83	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 7.1.2- SE PUEDA POR LA PANTALLA ACCEDER A SELECCIÓN DE PROGRAMAS Y PONER EN MARCHA LOS CICLOS, VISUALIZAR EN TIEMPO EL PROGRESO DEL PROCESO. SE PUEDA AJUSTAR EL APAGADO NOCTURNO Y ENCENDIDO TEMPRANO. MENSAJES DE ERROR Y TEXTOS DE INSTRUCCIONES CON UN LENGUAJE CLARO, HISTORIAL DE ERRORES. MENSAJES DE MANTENIMIENTO. GESTIÓN AL PLC EN MANTENIMIENTO. GESTIÓN DE USUARIO COMO SUS NIVELES DE ACCESO POR MEDIO DE USUARIO Y CONTRASEÑA. INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS. ACCESO A FUNCIONES ESPECIALES Y DE SERVICIO. ENTENDEMOS QUE PODREMOS OFERTAR PARA SISTEMA DE CONTROL PLC O MICROCOMPUTADOR CON TODO LO ANTES DESCRITO ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
84	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 7.1.4- PANTALLA PROTEGIDA CON CRISTAL TEMPLADO PARA EL MONITOREO DE LOS PARÁMETROS DEL CICLO Y LA PROGRAMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
85	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 7.2.3- SIMBOLOGÍA EN ESTACIÓN DE CARGA O DESCARGA, IMPRESORA ENCENDIDA SEÑAL ACÚSTICA DE ENCENDIDA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LA IMPRESORA TENGA UNA SEÑAL ACÚSTICA O VISIBLE DE ENCENDIDA ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
86	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE: 7.2.4- TECLADO PARA ABRIR Y CERRAR PUERTA, ACTIVAR /DESACTIVAR LA ESTACIÓN DE CARGA. ENTENDEMOS QUE CON ACTIVAR/DESACTIVAR LA ESTACIÓN DE CARGA SE REFIEREN A QUE DESPUÉS DE ABRIR LA PUERTA EN EL LADO NO ESTÉRIL, INCLUSO DESPUÉS DE CERRARLA Y DE BLOQUEARLA Y SELLARLA, LA PUERTA DEL LADO LIMPIO SOLO SE PUEDE ABRIR DESPUÉS DE REALIZAR UN CICLO COMPLETO DE ESTERILIZACIÓN Y QUE AMBAS PUERTAS NO SE PUEDEN ABRIR AL MISMO TIEMPO ES DECIR QUE LA APERTURA DE UNA PUERTA BLOQUEA AUTOMÁTICAMENTE LA OTRA. ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



87	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	45	DICE:10.2- SISTEMA DE ANTI-FLUJO DE RETORNO EN AGUA FRÍA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿A QUE SE REFERIERE CON ESTE PUNTO?	SE REFIERE A UN SISTEMA QUE NO PERMITA EL FLUJO DE AGUA DEL ESTERILIZADOR A LA RED DE AGUA LIMPIA DE LA UNIDAD.
88	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	ANEXO 1	TODAS	ENTENDEMOS QUE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTO?	SI, ES CORRECTO, SIN EMBARGO SE DEBERÁ DEMOSTRAR MEDIANTE MANUALES, FOLLETOS Y CATÁLOGOS DEL FABRICANTE QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS SON SIMILARES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
89	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	TODAS	ENTENDEMOS QUE EL REQUERIMIENTO DEL ANEXO 1 SON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y QUE EL OFERTAR O SUPERAR LAS CARACTERÍSTICAS NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	SI, ES CORRECTO, SIN EMBARGO SE DEBERÁ DEMOSTRAR MEDIANTE MANUALES, FOLLETOS Y CATÁLOGOS DEL FABRICANTE QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS SON SIMILARES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
90	MEDICA SILLER S. A. DE C. V.	ANEXO 1	TODAS	SOLICITAN EN EL PUNTO 1.2.1. PERÍODO DE SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE EL PERÍODO DE SUMINISTRO DEL EQUIPO MÉDICO SEÁ DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA DEBIDO A QUE LOS BIENES DE IMPORTACION NECESITAN UN PERIODO DE A 95 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO PARA SU ENTREGA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE REQUIERE CONTAR CON LOS EQUIPOS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
91	PROCLIMED, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS Y TECNOLOGÍA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN MÁXIMA DE UN ± 10% SE ACEPTA?	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DE ± 10% EN LAS MEDIDAS FÍSICAS DE LOS EQUIPOS.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularán las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que hubieran formulado ninguna pregunta al respecto.




Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones se llevará a cabo el día 09 de noviembre del 2018, en esta misma sala, a las 09:30 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido la presente junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 10:36 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	



MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (COMO ÁREA USUARIA)	ING. DAVID EDEL PÉREZ GARZA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
Jefa DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

LICITANTES			FIRMA
	NOMBRE		
SOMMET MEDICAL, S.A. DE C.V.	C. FÁTIMA SUSANA PÉREZ FEDI		
MEDICA SILLER, S.A. DE C.V.	C. JESÚS ISRAEL GARZA GALVÁN		
SERVICIOS PARA CLÍNICOS, S.A. DE C.V.	C. EMIGDIO JESÚS CHÁVEZ ESPÍNOLA		

OBSERVADOR		
	NOMBRE	FIRMA
	C. RUBÉN GONZÁLEZ RENDÓN	