



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL
No. LP-919044992-I18-2017**

**“REACTIVOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG E
IGM Y ANTÍGENO NS1 EN CONTRA DEL VIRUS DEL DENGUE”**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:30 horas del día 22 de Febrero del 2017, habiéndose modificado el lugar de reunión original por disponibilidad de los espacios físicos, estando de acuerdo los presentes, se reunieron en la sala de las juntas de la Dirección Administrativa, ubicada en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Segundo piso, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, proveedores e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-I18-2017** referente a la Adquisición de **“Reactivos y Equipo en Comodato para la Detección Cualitativa de Anticuerpos IGG e IGM y Antígeno NS1 en contra del Virus del Dengue”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el Reglamento); así como lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la Licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** como área usuaria: el *Q.C.B. Eleazar Vera Puente*, el *M.G.D.S. Alfonso Heriberto Bañuelos Álvarez*, como representantes del Laboratorio Estatal; **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales; la *Lic. Martha Patricia Gámez Hernández*, Jefa del Departamento de Adquisiciones; y la *Lic. Nancy Natale de León Rodríguez*, Representante del Titular de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de proveedores estando presentes: **DM LAB, S.A. de C.V.**, representada por el *C. José Luis Paredes Méndez* y **Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.**, representada por el *C. Héctor Gerardo Luevano Bustamante*.



Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los proveedores participantes las cuales son las siguientes:

LICITANTE: DM LAB, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
PREGUNTA No. 1	Datos Generales y de Identificación , inciso g) La adquisición de los Reactivos requeridos por la convocante se realizara con recursos del presupuesto ,del tipo 202003 y 303005 partida 25101 programa 510604 Unidad 3 , Solicito a la convocante nos aclare ¿ son Recursos Estatales o Federales?
RESPUESTA:	Son recursos Estatales y de origen Federal, con la obligación de ejercerse de conformidad con la Legislación Estatal.
PREGUNTA No. 2	Solicitamos a la convocante nos aclare si la licitación es "Licitación Pública Internacional Abierta Presencial", ya que en los formatos para Anexo 7, 8,11,y 14, se menciona como "Licitación Pública Nacional Presencial" y es importante para la elaboración de toda la papelería.
RESPUESTA:	El carácter de la presente licitación es Pública Internacional Abierta Presencial, lo que deberá considerarse para los Anexos 7, 8, 11 y 14 de las bases de la Convocatoria.
PREGUNTA No. 3	Del punto 3 Formato de presentación y documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, inciso C) Numeral 30, Escrito de participación en propuestas conjuntas, Solicito a la convocante nos aclare, ¿de no participar en Propuesta conjunta, el omitir este escrito será motivo de rechazo?
REPUESTA:	Si no participa mediante propuestas conjuntas deberá presentar un escrito bajo protesta de decir verdad donde así lo manifieste, como se solicita en el número 30 del inciso c) del numeral 3 de las bases de la presente licitación, de no hacerlo sí será motivo de descalificación.
PREGUNTA No. 4	Del punto 3 Formato de presentación y documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, Inciso C) Numeral 7 Documento que compruebe el domicilio fiscal del licitante, Solicito a la convocante nos aclare ¿si se pueden presentar copias únicamente de estos documentos?
RESPUESTA:	Sí, será suficiente presentar copia simple del comprobante de domicilio fiscal.
PREGUNTA No. 5	Del punto 3 Formato de presentación y documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico Inciso C) Numeral 27 Documento de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales tanto estatales como federales, Solicito a la convocante nos aclare ¿si se pueden presentar copias únicamente de estos documentos?
RESPUESTA:	Sí, será suficiente presentar copia simple del documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como de los Comprobantes del último pago de: Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante, este último (predial) en caso de ser propietario
PREGUNTA No. 6	Del Anexo 13, punto 22, escrito de cumplimiento con las reglas con los bienes de origen nacional Anexo 9 y Bienes Nacionales con reglas de origen Anexo 9-A, Tomando en cuenta que los bienes que ofertamos son de origen Importado, Solicito a la Convocante nos aclare ¿si dichos Anexos no aplican, Únicamente aplicaría el Anexo 9B Bienes de origen Importado?
RESPUESTA:	Deberá presentar el inciso 9, 9-A o 9-B, el que aplique al origen de los insumos (reactivos) que oferte.
PREGUNTA No. 7	Datos Generales e Identificación punto 1.1 Objeto Y alcance. Descripción completa de los reactivos y equipos a comodato objeto de esta licitación. Punto 1.1.4, Solicitan equipo con una antigüedad máxima de 3 años Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos con una antigüedad no mayor a 5 años considerando que el proponer equipos más nuevos se encarecería la propuesta económica, tomando en cuenta la cantidad de pruebas solicitadas, en el entendido que son equipos en comodato y en este caso el proveedor se compromete a mantenerlos funcionando en óptimas condiciones por lo que no afecta el trabajo de la unidad correspondiente
RESPUESTA:	No se acepta, se debe ajustar a lo mencionado en el punto 1.1 fracción 1.1.4 que a la letra dice "el equipo en comodato que se oferte deberá tener una antigüedad máxima de 3 años, en virtud de que se requieren para detectar anticuerpos del Virus del Dengue.

LICITANTE: DM LAB, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
PREGUNTA No. 1	Del Anexo 1, Partida 3, en especificaciones Técnicas están solicitando que la prueba sea evaluada por el INDRE en el equipo que se está ofreciendo, según los Lineamientos para la Vigilancia Epidemiológica de Dengue por Laboratorio No. DGE-INDRE-RNLSP-2015, en la Pagina 19 último párrafo se mencionan las características necesarias para la realización de estas pruebas y en ningún punto de los Lineamientos mencionados indica que el Equipo debe estar evaluado por el INDRE , por lo tanto solicitamos a la convocante nos permita ofertar una prueba que este estandarizada desde casa matriz del equipo que se está proponiendo es decir de la misma marca ambos con el fin que la prueba tenga Trazabilidad y reproducibilidad evitando así repetir estudios en el diagnóstico de esta prueba lo que ocasionaría pérdida de tiempo y recursos, Además que el equipo propuesto cumpla con las especificaciones que está solicitando en las bases
RESPUESTA:	Deberá ajustarse a lo mencionado en el Anexo 1-A, segundo punto "Debe ser compatible con los 3 protocolos de dengue de la misma marca (IgG, IgM, NS1) todos de captura" de ser así el equipo automatizado que oferte deberá ajustarse al punto 1.1



	fracción 1.1.17 donde hace referencia a que el equipo ofertado y su metodología deberán contar con la evaluación vigente y aprobada por el InDRE independientemente del lineamiento, si bien este no hace mención a la evaluación del equipo, este debe contar con su evaluación por este instituto. Lo anterior se deriva de las necesidades actuales en base al sistema gestión de calidad interno del Laboratorio Estatal.
PREGUNTA No. 2	Del Anexo 1, Partida 3, en la descripción Técnica Y formula, se menciona que se utiliza una técnica con control positivo, control negativo y calibrador (4 a 5 pozos), solicitamos a la convocante nos permita ofertar reactivo que en su protocolo control positivo, control negativo y 3 pozos de calibrador, esto daría un mayor rendimiento por corrida Y una mejor propuesta económica.
RESPUESTA:	Todas las partidas deberán ajustarse a las especificaciones descritas en el Anexo 1-A, lo anterior se deriva de las necesidades actuales en base al Sistema de Gestión de Calidad interno del Laboratorio Estatal.
PREGUNTA No. 3	Del Anexo 1-A Características y Especificaciones de los Equipos en comodato para la determinación de Resultados. Descripción de Equipo a comodato Especificaciones con la que deberá contar el equipo a comodato. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo con las siguientes características. Diseño compacto con PC y pantalla táctil integrada Proceso completamente automatizado, utilización de tubo primario Altos Niveles de seguridad con su triple sistema de monitoreo de muestras, capacitancia, cambio de presión y colorimétrica. Sistema completamente abierto, Uso directo para reactivo, con programa para NS1 Capacidad de carga de 144 tubos, 2 placas de 96 muestras al mismo tiempo. Opcional para interfase a sistema LIS, Comunicación de puerto RS-232, USB 2.0 Y RJ-45 Lector de código de barras integrado para muestra y reactivos. Utiliza puntilla individual para muestra y reactivo con lo que se elimina 100% el acarreo. 2 Incubadoras con temperatura controlada de 37°C a 40°C con agitación 3 Incubadoras a temperatura ambiente Estación de Lavado por 8 canales dobles de brazo independiente para aspiración y dispensado Lector de Absorbancia de punto final y cinética lectura simple o dual con 8 filtros diferentes Sistema de transportador de placa Utiliza puntillas de carbón de 300-1100µl desechables Especificación de lector: 8 filtros, rango de lectura de 0.0-3.5 OD Linealidad (0-2.0 OD) 1% Precisión (0-2.0 OD) 2.5% Procesa y dispensa automáticamente los reactivos y muestras, llevando el proceso de lavado, mezclado y de lectura sin intervención del analista
RESPUESTA:	Las características y especificaciones deberán ajustarse o ser superiores a lo mencionado en el Anexo 1-A, lo anterior se deriva de las necesidades actuales en base al Sistema de Gestión de Calidad interno del Laboratorio Estatal.
PREGUNTA No. 4	Del Anexo 1-A Características y Especificaciones de los Equipos en comodato para la determinación de Resultados. Descripción de Equipo a comodato Especificaciones con la que deberá contar el equipo a comodato. Solicito a la convocante, nos permita ofertar equipo con las características antes mencionada (Pregunta 4), para la Partida 3 "Reactivo para la detección cualitativa del Antígeno NS1 en contra del Virus del Dengue, con el fin de promover una mayor participación de otras marcas y la libre competencia, ya que solo existe en el mercado una marca que pueda ofertar las 3 partidas en un solo equipo
RESPUESTA:	Las características y especificaciones deberán ajustarse o ser superiores a lo mencionado en el Anexo 1-A, lo anterior se deriva de las necesidades actuales en base al Sistema de Gestión de Calidad interno del Laboratorio Estatal.

.....G E N E R A L E S

1. Se informa a los interesados que se corrige la hora señalada para el evento de presentación y apertura de proposiciones técnicas señalada en la Convocatoria No. 5 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y en el Periódico ABC, en la cual dice 10:00 Hrs. y debe decir 11:00 hrs.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimarán pertinentes en relación con las respuestas recibidas, al respecto el Licitante DM LAB, S.A. DE C..V, formula dos preguntas adicionales, relacionadas con la características de asignación por Partida y la funcionalidad

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



del equipo que pretende ofertar, siendo aclaradas dichas dudas en este acto, directamente por el área Usuaría, sin que lo anterior modifique las respuestas ya otorgadas.

Finalmente se informa que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 2 de Marzo del 2017 a las 11:00 hrs, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, sito en el tercer piso del inmueble ubicado en la calle Matamoros No. 520 Ote., Zona Centro en Monterrey, N.L. C.P. 64000, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada. Asimismo se informa a todos los interesados que los actos subsecuentes de este procedimiento licitatorio se llevaran a cabo en ese mismo sitio.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros No. 520 oriente, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 11:19 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (ÁREA USUARIA)	Q.C.B. ELEAZAR VERA PUENTE	



REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (ÁREA USUARIA)	M.G.D.S. ALFONSO HERIBERTO BAÑUELOS ÁLVAREZ	
---	---	--

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. MARTHA PATRICIA GAMEZ HERNÁNDEZ	
REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	LIC. NANCY NATALE DE LEÓN RODRÍGUEZ	

PROVEEDORES		
	NOMBRE	FIRMA
DM LAB, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ LUIS PAREDES MENDEZ	
CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	C. HÉCTOR GERARDO LUEVANO BUSTAMANTE	