



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL  
LP-919044992-150-2020  
“EQUIPO MÉDICO PARA JURISDICCIONES SANITARIAS”**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 18 de Noviembre del 2020, en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa, ubicada en el 2do. Piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2020** referente a la Contratación del **“EQUIPO MÉDICO PARA JURISDICCIONES SANITARIAS”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aaron Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo; **Miembros del Comité con Voz:** la Representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, *C.P. Erika Yadira González Gómez*, como **área usuaria:** la *Q.F.B. Leslie Korina Martínez Segovia*, en representación de la Dirección de Jurisdicciones Sanitarias, **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el *Lic. Fidel Mochtezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén, *Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme* y el *C.P. Héctor Martínez Guerra*, Representante del Titular de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2020

PÁGINA 1 de 12



En uso de la palabra el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes no estando presente ninguno.

Acto seguido se procedió a la lectura de las dudas presentadas por los licitantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS				PREGUNTA	RESPUESTA
PREGUNTA NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN		
1	ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V	PUNTO 2, INCISO B	PUNTO 2.1, INCISO B) SE SOLICITA ESCRITURA PÚBLICA, COMPROBANTE DE DOMICILIO.	¿ESTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL O SOLO BASTA CON PRESENTAR COPIA SIMPLE?	BASTARÁ CON PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA, RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE EL DERECHO DE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD.
2	ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V	PUNTO 1, DATOS GENERALES	PUNTO 1.1.7 CAUDAL	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN SOLICITADA DEBE INCLUIR COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN, DE EQUIPO DE RED DE FRÍO COMO REFRIGERADORES BIOMÉDICOS". CON LA FINALIDAD DE QUE EL LICITANTE GANADOR CUENTE CON LA EXPERIENCIA DE ESPECIALIDAD EN LOS EQUIPOS SOLICITADOS, ¿SE ACEPTA PRESENTARLO ASÍ PARA CUBRIR ESTE PUNTO?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SOLAMENTE PARA LA PARTIDA 1.
3	ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V	PUNTO 1.2.3, CONDICIONES DE ENTREGA	PARTIDA 1, REFRIGERADOR LABORATORIO, INCISO C) DICE "LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN"	AL REALIZAR LA ENTREGA A FINALES DE DICIEMBRE ES MUY PROBABLE QUE NO SE ENCUENTRE PRESENTE TODO EL PERSONAL NECESARIO A CAPACITAR. SE PUEDE PROGRAMAR SEGÚN EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN, A PARTIR DE LOS PRIMEROS DÍAS DE ENERO 2021, A FIN DE QUE SE CUENTE EL TIEMPO ADECUADO PARA COORDINAR ESTA CAPACITACIÓN, SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE DEBERÁ PROGRAMAR EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES SANITARIAS.
DUDAS TÉCNICAS					
PREGUNTA NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2020



1	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTREN EN EL CATÁLOGO DEL FABRICANTE Y SU ACEPTACIÓN QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.
2	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE ESTO SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTREN EN EL CATÁLOGO DEL FABRICANTE Y SU ACEPTACIÓN QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.
3	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	REFERENCIA: MEDIDAS GENERALES: 725MM X 623MM X 1870MM (FRENTE X FONDO X ALTO) PREGUNTA: SE PIDE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR MEDIDAS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, ESTO PERMITIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN	NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA YA QUE NO ESPECIFICA LAS MEDIDAS QUE PRETENDE OFERTAR POR LO QUE LA CONVOCANTE NO PUEDE TENER LA CERTEZA DE QUE SE DISPONGA DE LOS ESPACIOS FÍSICOS PARA INSTALARLOS Y OPERARLOS EN LAS UNIDADES APLICATIVAS.
4	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	REFERENCIA: CERRADURA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA RETRÁCTIL EN EL COSTADO IZQUIERDO, EVITANDO EL CONTACTO CON LA PARTE INTERNA PREGUNTA: SE PIDE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CERRADURA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE	PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SEAN EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y SE ENCUENTREN REFERENCIADAS EN EL CATÁLOGO DEL FABRICANTE, Y ADEMÁS, SE EVITE EL CONTACTO CON LA PARTE INTERNA, SU ACEPTACIÓN QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.
5	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	REFERENCIA: CERRADURA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA RETRÁCTIL EN EL COSTADO IZQUIERDO, EVITANDO EL CONTACTO CON LA PARTE INTERNA PREGUNTA: SE PIDE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CERRADURA DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
6	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	1	REFERENCIA: LUZ BLANCA EN SU INTERIOR (NO GENERA CALOR) PREGUNTA: ES CORRECTO	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2020

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



				ENTENDER QUE EL OFERTAR LUZ LED BLANCA QUE NO GENERA CALOR POR LO CUAL ES LUZ FRÍA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN	CUANDO DICHA CARACTERÍSTICA SE ENCUENTRE REFERENCIADA EN EL CATALOGO DEL FABRICANTE.
7	ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO, S.A DE C.V	PARTIDA 1, REFRIGERADOR PARA VACUNAS" CANASTILLA PARA ESTIBA DE VACUNAS"	1	SE PIDE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA CANASTILLA DEBE SER FABRICADA EN ALUMINIO DE 1.00 MM DE ESPESOR, ALEACIÓN 1200, TEMPLE "0", GRADO SANITARIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES: 32 CM DE LARGO X 22 CM DE ANCHO X 5.5 CM DE FONDO. LA CUAL SE INDICA EN LA PÁGINA NÚM. 202, COMO ACCESORIO DEL "REFRIGERADOR PARA VACUNAS DEL CUADRO BÁSICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO TOMO II, EDICIÓN 2017, MISMA QUE SE ENCUENTRA VIGENTE A LA FECHA, ¿SE ACEPTA ESTA ACLARACIÓN PARA ESTE ACCESORIO DEL REFRIGERADOR?	PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIN EMBARGO, EL CUADRO BÁSICO Y CATALOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO VIGENTE ES LA EDICIÓN 2018.
8	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2	2	SE DA POR ENTENDIDO QUE SE PODRÁN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES Y/O EQUIVALENTES SEGÚN CADA FABRICANTE Y QUE ESTO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTO?	LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTREN EN EL CATALOGO DEL FABRICANTE Y SU ACEPTACIÓN QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.
9	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2 1.2. DESPLAZAMIENTO LATERAL DE +/-13 CM O MAYOR.	2	CADA FABRICANTE TIENE UN DISEÑO PROPIO EN SUS MESAS RADIOGRÁFICAS, Y ESTABLECER MEDIDAS, DIMENSIONES Y DESPLAZAMIENTOS TAN CERRADOS LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, POR LO QUE SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN DESPLAZAMIENTO LATERAL DE +/- 11.5 CM O MAYOR EL CUAL PERMITE MANTENER ADECUADAMENTE AL PACIENTE CENTRADO DE LA MESA Y AL HAZ DE RADIACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
10	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2 1.3. ALTURA AJUSTABLE DESDE 55 CM O MENOR	2	CADA FABRICANTE TIENE UN DISEÑO PROPIO EN SUS MESAS RADIOGRÁFICAS, POR LO QUE ESTABLECER UN RANGO DE ALTURA AJUSTABLE TAN CERRADO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE PRETENDE FACILITAR EL MANEJO DE PACIENTES EN SILLA DE RUEDAS.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-9130044992-150-2020



		HASTA 85 CM O MAYOR		LA PROVEEDURÍA, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UNA ALTURA AJUSTABLE DESDE 60 CM O MENOR HASTA 90 CM O MAYOR LO QUE PERMITE AL PACIENTE UNA MECÁNICA CORPORAL ADECUADA PARA SUBIRSE A LA MESA SIN ESFUERZO Y SIN RIESGO ALGUNO. ¿SE ACEPTA?	
11	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2.1.5. REJILLA ANTIDIFUSORA CON RELACIÓN 12:1 Y 90 LÍNEAS POR PULGADA O MAYOR.	2	PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UNA REJILLA ANTI DIFUSORA CON RELACIÓN 12:1 Y 33.45 LÍNEAS POR CENTÍMETROS, LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO Y PERMITE OBTENER UNA MAYOR RESOLUCIÓN Y DETALLE DE LA IMAGEN, EVITANDO LA RADIACIÓN DISPERSA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL EQUIVALENTE PARA LAS LÍNEAS POR CENTÍMETRO QUE SE ESTÁ TRATANDO DE OFERTAR SON 84 LÍNEAS POR PULGADA LO QUE ES INFERIOR A LO SOLICITADO
12	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2.1.6. SOPORTE UN PESO DEL PACIENTE DE 150 KG O MAYOR	2	DADOS LOS CAMBIOS EN LA DIETA DEL MEXICANO PROMEDIO Y EN LA REPERCUSIÓN DE ESTA, SOLICITAMOS SE REQUIRIERA OFERTAR UN EQUIPO CON SOPORTE DE PACIENTE DE 250 KG O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
13	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2.2.4. ROTACIÓN EN TORNO AL EJE VERTICAL DE +/- 90 GRADOS CON DESBLOQUEO MEDIANTE PEDAL	2	SOLICITAMOS SE PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO ROTACIÓN RESPECTO AL EJE VERTICAL DE +/- 180°, CON ACTIVACIÓN MEDIANTE DESDE LA CARATULA DE LA COLUMNA PORTATUBO, LO QUE PERMITE TENER EL CONTROL EL CAMPO DE VISIÓN DEL EQUIPO Y DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
14	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2.3.4. ROTACIÓN DEL TUBO DE +180/-150 GRADOS O MAYOR	2	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UNA ROTACIÓN DEL TUBO DE +/- 120°, YA QUE NINGUNA PROYECCIÓN O ESTUDIO REQUIERE DE UNA ROTACIÓN DE 150° O MÁS Y ÚNICAMENTE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LO SOLICITADO DISMINUYE LA CAPACIDAD DE MOVIMIENTO DEL TUBO, DISMINUYENDO TAMBIÉN LA CAPACIDAD DE POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO RESPECTO AL PACIENTE
15	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2.4.2. FOCALIZACIÓN DESDE 100 CM HASTA 180 CM O MAYOR, CON 90 LÍNEAS POR	2	CADA FABRICANTE TIENE UN DISEÑO PROPIO EN SUS MESAS RADIOGRÁFICAS, POR LO QUE ESTABLECER UN RANGO DE FOCALIZACIÓN TAN CERRADO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UNA FOCALIZACIÓN DE 122 CM A 183 CON 33.46 LÍNEAS/CM. LO QUE PERMITE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA DISTANCIA FOCAL VARIABLE O FOCALIZACIÓN SE REQUIERE DE AL MENOS 100 CM O MENOR A 180 CM O MAYOR PARA ASEGURAR PODER CONTAR CON LA MAYOR CANTIDAD DE TÉCNICAS RADIOLOGICAS

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2020



		PULGADA O MAYOR.		ORBTENER UNA MAYOR RESOLUCIÓN Y DETALLE DE LA IMAGEN, EVITANDO LA RADIACIÓN DISPERSA. ¿SE ACEPTA? ¿SE ACEPTA	
16	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2 4.4. MOVIMIENTO VERTICAL DE 155 CM O MAYOR	2	CADA FABRICANTE TIENE UN DISEÑO PROPIO EN SUS MESAS RADIOGRÁFICAS, POR LO QUE ESTABLECER UN RANGO EN EL MOVIMIENTO VERTICAL DEL BUCKY LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA. EL DESPLAZAMIENTO DEL BUCKY VERTICAL DEPENDE DEL TUBO Y DE SU HAZ DE RADIACIÓN Y NINGUNA PROYECCIÓN O ESTUDIO REQUIERE DE UNA DESPLAZAMIENTO DE 155 CM O MAYOR, POR LO QUE SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN MOVIMIENTO VERTICAL DE 145 CM YA QUE EL DESPLAZAMIENTO DEPENDE DEL TUBO Y DE SU HAZ DE RADIACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
17	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2 5. GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE 400 KHZ O MAYOR,	2	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN GENERADOR DE ALTA FRECUENCIAS DE, EL CUALES ALTAMENTE EFICIENTE Y PROPORCIONA UNA RADIACIÓN UNIFORME DURANTE TODA LA EXPOSICIÓN Y QUE CUMPLE CON LA NOM 229-SSA1-2002. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE CUENTA CON UN GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA DE 400 KHZ O MAYOR
18	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2 5.6. CON AL MENOS 1024 PROGRAMAS ANATÓMICOS O MÁS	2	SOLICITAR UN NÚMERO TAN ALTO DE APR'S ÚNICAMENTE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, POR LO QUE SOLICITAMOS SE PERMITAN OFERTAR 900 PROGRAMAS ANATÓMICOS O APR, LOS CUALES SON SUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER ESTUDIO O PROYECCIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
19	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2 6.4. TAMAÑO DEL PIXEL DE 140 MM O MENOR CON UN DOE DE 70% O MAYOR	2	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN TAMAÑO DE PIXEL DE 140 MICRONES O MENOR CON UN DOE DE 65%, LO CUAL CUENTA CON LA RESOLUCIÓN NECESARIA Y REQUERIDA PARA APLICACIONES DE RADIOLOGÍA GENERAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA EL DOE O EFICIENCIA CUANTICA ES UNA CARACTERÍSTICA QUE ASEGURA LA MEJOR CALIDAD DE IMÁGENES POR LO QUE SE REQUIERE DE 70% O MAYOR
20	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2 3. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. 3	2	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UNA EQUIPO CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 3 FASES, 220 VAC, A 60HZ, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO Y QUE LA SALA DE RAYOS X TENGA LA	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-ISO-2020



		FASES, 380-400 V Y 60 HZ		TOMA DE ALIMENTACIÓN DIFERENTE SE AGREGARA EL AUTO TRANSFORMADOR NECESARIO. ¿SE ACEPTA?	
21	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	PARTIDA 2 7.3. SOFTWARE DE TRATAMIENTO DE IMAGEN	2	ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL SOFTWARE DE POS-PROCESAMIENTO DE IMÁGENES. ¿ES CORRECTO?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
22	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	3	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTREN EN EL CATALOGO DEL FABRICANTE Y SU ACEPTACIÓN QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.
23	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	3	SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE ESTO SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SEAN EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y SE ENCUENTREN REFERENCIADAS EN EL CATALOGO DEL FABRICANTE, SU ACEPTACIÓN QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.
24	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	3	REFERENCIA: 4 MOVIMIENTOS INDEPENDIENTES CONTROLADOS POR JOYSTICK PREGUNTA: SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR QUE LOS MOVIMIENTOS SEAN CONTROLADO POR PEDAL Y CONTROL DE MANDO EN EL MODULO ESTOMATOLÓGICO, ESTO SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
25	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	3	REFERENCIA: TARJA DE CERÁMICA DESMONTABLE PREGUNTA: SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TARJA (ESCUPIERA) DE PORCELANA, ESTO SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
26	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	3	REFERENCIA: FOCO DE HALÓGENO 55 WATTS PREGUNTA: LA LAMPARA QUE SE OFERTARA ES DE LUZ LED, POR LO QUE NO MANEJA FOCO DE	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. IP-919044992-150-2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

					HALÓGENO, FAVOR DE ACLARAR QUE NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO INCLUIR ESTE FOCO EN NUESTRA PROPUESTA.	
27	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	3	REFERENCIA: COMPRESOR 1.5 HP, TANQUE DE 110 LITROS, PREGUNTA: SE LE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMPRESOR 2 HP, TANQUE DE 50 LITROS, ESTO SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE GENERARIA MAYOR USO Y DESGASTE DEL COMPRESOR.	
28	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	4	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 SON LAS MINIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTREN EN EL CATALOGO DEL FABRICANTE Y SU ACEPTACION QUEDARA A CRITERIO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.	
29	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	4	SE PIDE A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA PERMITA OFERTAR CARACTERISTICAS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE ESTO ACCEDIENDO A LA LIBRE PARTICIPACION	PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SEAN EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y SE ENCUENTREN REFERENCIADAS EN EL CATALOGO DEL FABRICANTE, SU ACEPTACION QUEDARA A CRITERIO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.	
30	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	5	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 SON LAS MINIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTREN EN EL CATALOGO DEL FABRICANTE Y SU ACEPTACION QUEDARA A CRITERIO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.	
31	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	5	SE LE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARACTERISTICAS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE ESTO SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SEAN EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y SE ENCUENTREN REFERENCIADAS EN EL CATALOGO DEL FABRICANTE, SU ACEPTACION QUEDARA A CRITERIO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.	

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2020



32	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	7	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE. PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTREN EN EL CATALOGO DEL FABRICANTE Y SU ACEPTACIÓN QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.
33	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	7	SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE ESTO SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SEAN EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y SE ENCUENTREN REFERENCIADAS EN EL CATALOGO DEL FABRICANTE. SU ACEPTACIÓN QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.
34	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	7	REFERENCIA: CAMARA Y CHAROLA EN ACERO INOXIDABLE. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA TENER CERTEZA EN LOS MATERIALES DE LOS EQUIPOS, SE PRESENTE UN CERTIFICADO DE MATERIAL PARA CONSTATAR QUE LA CAMARA, CAMISA Y PUERTA ESTÉN FABRICADOS EN ACERO 316L EN DONDE EL FABRICANTE ACREDITE DOCUMENTAL MENTE DICHO MATERIALES Y QUE CUMPLA CON ASME O PED.	PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
35	ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO, S.A DE C.V	PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 12 : CD O USB QUE CONTENGA EL TOTAL DE LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL SOBRE TÉCNICO EN FORMATO PDF, WORD O EXCEL.	TODAS	¿TODOS LOS DOCUMENTOS A PRESENTARSE SE ENTREGARÁN YA FIRMADOS EN PDF O ANTES DE SU FIRMA?	EL CD O USB DEBERÁ CONTENER TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA FIRMADOS, PARA LOS QUE APLICA, EN FORMATO PDF.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2020



36	ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO, S.A DE C.V	PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 21: EN EL ATO RENGLÓN "COMPROBANTE DE PAGO" SE SOLICITA DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, REFERENDO O TENENCIA DE VEHÍCULOS E IMPUESTO PREDIAL	TODAS	SE PUEDE PRESENTAR UNO DE TRES DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO PARA CUMPLIR, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁN PRESENTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
----	---	--	-------	---	---

**GENERALES**

1. Se hace del conocimiento de los interesados que se corrige el fundamento del Anexo 14 de las bases, quedando como sigue: Con fundamento en el Artículo 34, 2° Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones se llevará a cabo el día 30 de Noviembre del 2020 a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 12:30 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2020

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo



MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		FIRMA
	NOMBRE	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. ERIKA YADIRA GONZÁLEZ GÓMEZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES SANITARIAS (ÁREA USUARIA)	O.F.B. LESLIE KORINA MARTÍNEZ SEGOVIA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2020



**Servicios de Salud O.P.D.**  
 Baseo Salud Siempre Verdadero

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

INVITADOS PERMANENTES		NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO		
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME		
REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	C.P. HÉCTOR MARTÍNEZ GUERRA		

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-150-2020

PÁGINA 12 de 12

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo