



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL PRESENCIAL
LP-919044992-N15-2021**

"SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO"

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 30 de Marzo del 2021, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N15-2021** referente a la Contratación de **"SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo y la *Lic. Ma. Alicia Leal Pérez*, representante de la Secretaria de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** la Representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, *Lic. Yadira Faz Cedillo*, **como área usuaria:** el Dr. Noé Enrique Pérez Anguiano, representante de la Dirección de Hospitales y los *Drs. Patricia Pérez Reyes y José Luis Martínez Ortiz*, representantes de la Dirección de Salud Pública, **Invitados Permanentes, de este Organismo:** el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la *Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme*, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el *C.P. Felipe Manuel Flores Martínez*, Representante del Órgano Interno de Control.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente: **ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, representada



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

por el C. Oscar Juárez Torres y **TAMIZAJE PLUS, S.A DE C.V.**, representada por el C. Raúl Gregorio Villanueva Reyes.

Acto seguido se procedió a la lectura de las dudas presentadas por los licitantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS:					
NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2.1 INCISO D.	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	NUMERAL: 2.1.- REQUISITOS QUE DEBERAN PRESENTAR LOS INTERESADOS AL MOMENTO DE SU INSCRIPCIÓN. INCISO D. DICE: REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE GOBIERNO DEL ESTADO, O EL VÍNCULO ELECTRÓNICO DONDE APAREZCA DICHO PADRÓN O CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRÓN; EN CASO DE NO PRESENTAR ESTE REQUISITO, SUS PROPOSICIONES ESTARÁN CONDICIONADAS AL REGISTRO EN EL PADRÓN A MÁS TARDAR A LA FECHA DEL FALLO CORRESPONDIENTE.... PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS LICITANTES QUE NOS ENCONTREMOS EN TRAMITE DE ALTA EN EL PADRAON DE PROVEEDORES DE GOBIERNO DEL ESTADO Y QUE, EN CASO DE QUE EL LICITANTE RESULTE ADJUDICADO, SE PERMITA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE REGISTRO A LA FIRMA DEL CONTRATO, COMPROMETIENDOSE A ESTO MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EN CASO DE NO PRESENTAR ESTE REQUISITO, SUS PROPOSICIONES ESTARÁN CONDICIONADAS AL REGISTRO EN EL PADRÓN A MAS TARDAR A LA FECHA DEL FALLO CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.
2	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 HOJA DE RESUMEN DE PROPUESTAS ECONOMICAS	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA,	NUMERAL: ANEXO 4 HOJA DE RESUMEN DE PROPUESTAS ECONOMICAS DICE: COLUMNA LLAMADA "DESCRIPCION" PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN LA COLUMNA LLAMADA "DESCRIPCION", SE DEBERA COLOCAR LA DESCRIPCION QUE SE INDICA EN EL ANEXO 1. ¿FAVOR DE ACLARAR?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

			DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)		
3	TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V.	PUNTO: 2.1 (PÁG. 13) ANEXO: 8 (PÁG. 36)	ÚNICA	SE DISPONE DE UN ESPACIO PARA QUE LAS LICITANTES MANIFESTEMOS EL NÚMERO DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES. CABE SEÑALAR QUE, LAS CONSTANCIAS DE PROVEEDURÍA NO CONTIENEN UN NÚMERO DE PROVEEDOR, SINO UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN. POR CONSIGUIENTE, ¿PUEDE INDICAR LA CONVOCANTE DE QUÉ MANERA SE CUMPLIRÁ CON ESTE RUBRO?	DEBERA MENCIONAR EN DICHO ESPACIO "NO APLICA POR CONTAR CON CODIGO DE VERIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDOR".
4	TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V.	PUNTO: 2.1 INCISO: B PÁGS: 13 Y 14	ÚNICA	¿PUEDE INDICAR LA CONVOCANTE CUÁL ES EL CONTENIDO QUE DEBE LLEVAR LA CARTA PODER?	BASTARA CON QUE PRESENTE UN ESCRITO (CARTA PODER) EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR LA PERSONA QUE REPRESENTA.
5	TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V.	PUNTO: 3 INCISO: C NUMERAL: 32 PÁG. 17	ÚNICA	MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, ¿SE ACEPTA LA PRESENTACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES Y ESTATALES DE YUCATÁN?	DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL CITADO NUMERAL CORRESPONDIENTES AL ESTADO Y MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRE UBICADO SU DOMICILIO FISCAL.
6	TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V.	PUNTO: 3 INCISO: C ANEXO: 9 (PÁG. 37) NUMERAL: 27 PÁG. 17	ÚNICA	EN VIRTUD DE QUE, EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ES LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO Y NO LA ADQUISICIÓN DE BIENES ¿BASTARÁ CON UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SOMOS DE NACIONALIDAD MEXICANA.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERA UTILIZAR FORMATO DE ANEXO 9, MANIFESTANDO EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN.
7	TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V.	PUNTO: 3 INCISO: C ANEXO: 5 NUMERAL: 24 PÁG. 16	ÚNICA	EN VIRTUD DE QUE, EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ES LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO Y NO LA ADQUISICIÓN DE BIENES ¿QUÉ DEBERÁ ASENTARSE EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO 5?	DEBERA ASENTARSE SERVICIOS EN LUGAR DE BIENES
8	TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V.	PUNTO: 3 INCISO B NUMERAL: II PÁG. 15	ÚNICA	ES CORRECTO ENTENDER QUE TODOS LOS ESCRITOS QUE SUSTENTAN LA PROPOSICIÓN ESTARÁN DIRIGIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA DIRIGIDO A: C.P. AARON SERRATO ARAOZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN ¿SE ACEPTA?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
9	TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V.	PUNTO: 3 INCISO: C NUMERAL: 8	ÚNICA	SE HACE CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE NO SE REFIERE A NINGÚN ASPECTO RELACIONADO CON LA CONFIDENCIALIDAD DE LA	SE CORRIGE EL CONTENIDO DEL CITADO NUMERAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE, 8. CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD RESPECTO A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

				INFORMACIÓN, SINO EL NUMERAL 1.1.15	INFORMACIÓN DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1.1.15 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
10	TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V.	PUNTO: 3 INCISO: C ANEXO: 7 (PÁG. 35) NUMERAL: 26 PÁG. 16	ÚNICA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE AQUELLOS PODERES QUE NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEBERÁN EXIMIRSE DE ESTE REQUISITO Y, EN SU LUGAR, MANIFESTAR E EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO DE LA SOCIEDAD?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
11	TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V.	PUNTO: 2.1 INCISO: C ANEXO: 8 (PÁG. 36) PÁG. 14	ÚNICA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE AQUELLOS PODERES QUE NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEBERÁN EXIMIRSE DE ESTE REQUISITO Y, EN SU LUGAR, MANIFESTAR E EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO DE LA SOCIEDAD?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
12	TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V.	PUNTO: 2.1 INCISO: C ANEXO: 8 (PÁG. 36) PÁG. 14	ÚNICA	RECIENTEMENTE FALLECIÓ UNO DE LOS SOCIOS (ACCIONISTA) DE MI REPRESENTADA. NO OBSTANTE, LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ES EJERCIDA POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO Y NO POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA CONSTITUTIVA. POR CONSIGUIENTE, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE BASTARÁ CON QUE EL ADMINISTRADOR ÚNICO FIRME TAL DOCUMENTO?	TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER FIRMADOS POR QUIÉN ACREDITE CONTAR CON PODER PARA REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN PROCESOS DE LICITACIÓN.
13	TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V.	PUNTO: 2.1 PÁRRAFO: ÚLTIMO ANEXO: 8 (PÁG. 36) PÁG. 14	ÚNICA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL ANEXO 8 ÚNICAMENTE DEBERÁN ENTREGARSE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS Y NO PARA LA INSCRIPCIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DICHS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PARTE INFERIOR DEL ANEXO 8 DEBERAN PRESENTARSE PARA SU INSCRIPCIÓN.

DUDAS TÉCNICAS:					
NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.2.3 3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA. SUBNUMERAL 3	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA,	NUMERAL: 1.2.3.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: PERSONAL 3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA SUBNUMERAL 3 DICE: SE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS 3 AUXILIARES DE LABORATORIO ... Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 1.2.3 RESPECTO AL	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTAR CUALQUIERA DE LAS TRES ESPECIALIDADES QUE SEÑALA.



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

			GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	PERSONAL. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS PROFESIONES PARA LOS AUXILIARES DE LABORATORIO PUEDEN SER QUÍMICOS, BIÓLOGOS Y/O BIOTECNÓLOGOS, MISMOS QUE DEBERÁN TENER Y CUMPLIR CON LA DOCUMENTACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE. ¿ES ESTO CORRECTO?	
2	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.2.3 3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA. SUBNUMERAL 3	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	NUMERAL: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: PERSONAL. 3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA SUBNUMERAL 3 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE TENGA A SU PERSONAL CONTRATADO POR MEDIO DE UNA EMPRESA DE OUTSOURCING, SE DEBE PRESENTAR EL CONTRATO QUE EXISTE ENTRE EL LICITANTE Y EL OUTSOURCING, ASÍ COMO EL CONTRATO ENTRE EL PERSONAL Y EL OUTSOURCING EN DONDE SE DEMUESTRA LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE ESTOS SIN NECESIDAD DE REALIZAR UNA PARTICIPACIÓN CONJUNTA. ¿ES ESTO CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.2.3	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	NUMERAL: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DICE: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS SE DEBE UTILIZAR COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA LOS 6 PARAMETROS SOLICITADOS, ESTO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA, EN LO RELATIVO AL NUMERAL 4.- LABORATORIO Y EQUIPO DE	PODRÁ OFERTAR LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA O DE TIEMPO RESUELTO PARA LECTURA FINAL DE LOS SEIS ANALITOS SOLICITADOS.



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

				<p>PROCESAMIENTO INDICA: "EL LICITANTE" DEBERÁ CONTAR CON EQUIPOS INSTALADOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA. SE ADJUNTAN LOS LINEAMIENTOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA PARA PRONTA REFERENCIA. ¿ES ESTO CORRECTO?</p>	
4	<p>ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>	1.2.3	<p>1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)</p>	<p>NUMERAL: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DICE: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERAR QUE, A PESAR DE QUE EXISTE UNA MUY AMPLIA GAMA DE FABRICANTES DE REACTIVOS PARA EL TAMIZ NEONATAL, CUYA CALIDAD ESTÁ AVALADA POR ESTÁNDARES DE CALIDAD TALES COMO EL MERCADO CE (CONFORMIDAD EUROPEA) Y LA APROBACIÓN DE FDA (AGENCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACIÓN) ENTRE OTRAS, Y QUE PARTICIPAN SATISFACTORIAMENTE EN LOS CONTROLES EXTERNOS DE CALIDAD INTERNACIONALES TALES COMO EL DEL CDC (CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES) DE ATLANTA, GA, EL ÚNICO FABRICANTE QUE OFRECE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA EN TIEMPO RESUELTO ES PERKIN ELMER. POR LO QUE ESTA ESPECIFICACIÓN CONSTITUYE UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA Y LIMITA POR COMPLETO LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEDURÍA. CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA Y NO BENEFICIAR A UN LICITANTE EN ESPECIAL SOLICITAMOS QUE SE PERMITA OFERTAR COMO LECTURA</p>	<p>DEBERÁ OFERTAR AL MENOS DOS EQUIPOS QUE UTILICEN LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA O DE TIEMPO RESUELTO PARA LECTURA FINAL DE LOS SEIS ANALITOS SOLICITADOS.</p>



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

				FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA LOS 6 PARAMETROS SOLICITADOS, ESTO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA, EN LO RELATIVO AL NUMERAL 4- LABORATORIO Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO INDICA: "EL LICITANTE" DEBERÁ CONTAR CON EQUIPOS INSTALADOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA. SE ADJUNTAN LOS LINEAMIENTOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA PARA PRONTA REFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	
5	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.2.3	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	NUMERAL: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DICE: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERAR QUE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA, COMO PARTE DE LOS MÉTODOS DE LECTURA FINAL LA FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA TODAS LAS PRUEBAS OFERTADAS POR LA CONVOCANTE (HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH), 17OH-PROGESTERONA (17OH-P), TRIPSINA INMUNORREACTIVA (IRT), GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENAS (G6PD), GALACTOSA TOTAL (TGAL) Y FENILCETONURIA (PKU)), DE	DEBERÁ OFERTAR AL MENOS DOS EQUIPOS QUE UTILICEN LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA O DE TIEMPO RESUELTO PARA LECTURA FINAL DE LOS SEIS ANALITOS SOLICITADOS.



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

				<p>ACUERDO AL NUMERAL 4.- LABORATORIO Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO INDICA: "EL LICITANTE" DEBERÁ CONTAR CON EQUIPOS INSTALADOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE APEGARSE DICHS LINEAMIENTOS. ADEMÁS DE QUE LA FLUORESCENCIA AUTOMATIZA, MÉTODO DE LECTURA FINAL OFERTADO POR MI REPRESENTADA CUANTA CON PARTICIPACIÓN Y EVALUACIONES 100 % SATISFACTORIAS EN LOS PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS DE LA CENTRO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CDC DE ATLANTA, PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD (PEEC) DE LA FUNDACIÓN BIOQUÍMICA DE ARGENTINA Y EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE TAIWÁN PARA LA PRUEBA DE GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA. ¿SE ACEPTA?</p>	
6	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.2.3	<p>1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUIÍSTICA)</p>	<p>NUMERAL: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DICE: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA, EN LO RELATIVO AL NUMERAL 4.- LABORATORIO Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO INDICA: "EL LICITANTE" DEBERÁ CONTAR CON EQUIPOS INSTALADOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA,</p>	<p>PODRÁ OFERTAR LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA O DE TIEMPO RESUELTO PARA LECTURA FINAL DE LOS SEIS ANALITOS SOLICITADOS.</p>



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

				<p>MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE APEGARSE DICHOS LINEAMIENTOS, A MODO DE NO BENEFICIAR CON UNA INNECESARIA ESPECIFICACIÓN A UN LABORATORIO EN CONCRETO (TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V. O CUALQUIERA DE SUS FILIALES), PERMITIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y HONRANDO LOS PUNTOS ESTABLECIDOS COMO PARTE DEL APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, DE ACUERDO CON EL MENSAJE DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR EL PASADO SÁBADO 25 DE ABRIL 2020. POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA LOS 6 PARÁMETROS SOLICITADOS, TAL CUAL LO ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES. SE ADJUNTAN LOS LINEAMIENTOS VIGENTES EMITIDOS POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA PARA PRONTA REFERENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	
7	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.2.3	<p>1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)</p>	<p>NUMERAL: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DICE: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR EL CRITERIO AL QUE LLEGÓ EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ, INSTITUCIÓN MÉDICA AFILIADA A LA SECRETARÍA DE SALUD, EN LA RESOLUCIÓN DE LA INCONFORMIDAD CON NÚMERO DE EXPEDIENTE I-003/2019, CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IA-012NBB002-E16-2019, CUYO OBJETO FUE LA</p>	<p>DEBERÁ OFERTAR AL MENOS DOS EQUIPOS QUE UTILICEN LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA O DE TIEMPO RESUELTO PARA LECTURA FINAL DE LOS SEIS ANALITOS SOLICITADOS.</p>



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

				<p>ADQUISICIÓN DE TAMIZ NEONATAL, EXPRESA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN X, Y 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 28, 29, Y 30 DE SU REGLAMENTO, DEBE ACREDITAR QUE EL REQUISITO SOLICITADO EN LAS METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL SEA A TRAVÉS DE DIVERSAS TÉCNICAS IGUALMENTE EFICACES PARA DICHO ANÁLISIS. ANEXAMOS DICHA RESOLUCION DEL ORGANO INTERNA DE CONTROL EN QUE CLARAMENTE INSTRUYE AL HOSPITAL DR. MANUEL GEA GONZALEZ (PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD) PARA QUE EN SU CONVOCATORIA INCLUYA OBLIGATORIAMENTE TODOS LOS METODOS DE LECTURA EFICACES (COLORIMETRIA, FLUORESCENCIA Y OTRAS MICROELISAS) PERMITIENDO LA LIBRE PARTICIPACION DE MARCAS (NO SOLO DISTRIBUIDORES) Y GARANTIZANDO CON ESTO LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO (SE ADJUNTA CRITERIO). CONSIDERANDO LO ANTERIOR, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA SE ACEPTA COMO METODOLOGÍA DE LECTURA FINAL PARA TODOS LOS PARÁMETROS DE LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	
8	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.2.3	<p>1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)</p>	<p>NUMERAL: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DICE: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE NO EXISTE NINGUN FABRICANTE EN EL MERCADO, NI SIQUIERA PERKIN ELMER, CAPAZ DE CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE UTILIZAR COMO METODOLOGÍA DE</p>	<p>DEBERÁ OFERTAR AL MENOS DOS EQUIPOS QUE UTILICEN LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA O DE TIEMPO RESUELTO PARA LECTURA FINAL DE LOS SEIS ANALITOS SOLICITADOS.</p>

18

(Handwritten signatures and scribbles)



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

				LECTURA FINAL LA FLUORESCENCIA EN TIEMPO RESUELTO PARA TODOS LOS PARÁMETROS INCLUIDOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. CONSIDERANDO LO ANTERIOR, ES CORRECTO ENTENDER QUE LA FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA SE ACEPTA COMO METODOLOGÍA DE LECTURA FINAL PARA TODOS LOS PARÁMETROS DE LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?
9	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1.2.3	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	NUMERAL: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DICE: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EXISTE UN EXHORTO POR PARTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EN EL QUE TEXTUALMENTE EXIGE AL GOBIERNO FEDERAL "QUE TRANSPARENTE EL ESTADO QUE GUARDA LA LICITACIÓN RELACIONADA CON LA ADQUISICIÓN PARA PRUEBAS DE TAMIZ NEONATAL, ANTE LAS DENUNCIAS DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMO LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y TRATO PREFERENCIAL HACIA UNA EMPRESA, SITUACIÓN QUE PODRÍA DERIVAR EN UNA TRASGRESIÓN A LAS ARCAS PÚBLICAS". (SE ADJUNTA DOCUMENTO) MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE APEGARSE DICHOS LINEAMIENTOS, A MODO DE NO BENEFICIAR CON UNA INNECESARIA ESPECIFICACIÓN A UN LABORATORIO EN CONCRETO (TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V. O CUALQUIERA DE SUS FILIALES), PERMITIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y HONRANDO LOS PUNTOS ESTABLECIDOS COMO PARTE DEL APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, DE ACUERDO CON EL MENSAJE DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR EL PASADO SÁBADO 25 DE ABRIL. POR LO QUE SOLICITAMOS SE

PODRÁ OFERTAR LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA O DE TIEMPO RESUELTO PARA LECTURA FINAL DE LOS SEIS ANALITOS SOLICITADOS.



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

				<p>NOS PERMITA PRESENTAR COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA LOS 6 PARÁMETROS SOLICITADOS, TAL CUAL LO ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>10</p>	<p>ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2.3</p>	<p>1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)</p>	<p>NUMERAL: PUNTO 1.2.3.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DICE: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS DOS EQUIPOS INSTALADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUOROMETRÍA EN TIEMPO RESUELTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EN LA MÁS RECIENTE REUNIÓN DE TRABAJO CON RESPECTO DE "REUNIÓN TÉCNICA CON FABRICANTES DE ESTUCHES COMERCIALES DE TAMIZ NEONATAL (TMN)", SOSTENIDA EL PASADO 9 DE OCTUBRE DE 2020 CON PARTICIPACIÓN DEL DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, EL SUBSECRETARIO DE SALUD PERSONALMENTE DIO CONTEXTO A DICHA REUNIÓN MENCIONANDO COMO ANTECEDENTE TEXTUALMENTE QUE "EN LA PRÁCTICA ANTERIOR, LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE CONTRATABA PARA EL TMN QUEDÓ VINCULADO A REGLAS DE OPERACIÓN. ESTO ES INSÓLITO, QUE SE DEDIQUE CASI LA FOTOGRAFÍA DEL SERVICIO QUE SE QUIERE LICITAR, DESDE LAS REGLAS DE OPERACIÓN, ES INCONVENIENTE Y SOSPECHOSO DE OTRO TIPO DE PRÁCTICAS. ES CLARO ENTONCES QUE, EN 2015 SE ABRIÓ UN CONCURSO DE ADQUISICIONES, CON UN ESQUEMA DE SERVICIOS INTEGRALES QUE SE DIVIDIERON EN 4 REGIONES. CONCURSO ABIERTO QUE FUE GANADO EN 2 REGIONES POR UNA COMPAÑÍA, LA REPRESENTANTE LEGAL DE PERKIN ELMER EN MÉXICO, AL AÑO SIGUIENTE, TAMBIÉN POR CONCURSO LA MISMA COMPAÑÍA GANÓ LAS 4 REGIONES, TODO EL CONTRATO ANUAL; Y EN LOS SIGUIENTES 2 AÑOS, 2017 Y 2018, SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO A ESA</p>	<p>PODRÁ OFERTAR LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA O DE TIEMPO RESUELTO PARA LECTURA FINAL DE LOS SEIS ANALITOS SOLICITADOS.</p>



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

				MISMA COMPAÑÍA. ESTO NOS PARECE INCONVENIENTE, INADECUADO. CERREMOS ESA HISTORIA, SOLO ERA PARA TENER CLARO LO QUE HA OCURRIDO Y NO QUEREMOS QUE OCURRA Y LO QUE NO VA A OCURRIR." (SE ADJUNTA DOCUMENTO) MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TOMAR EN CUENTA ESTE ANTECEDENTE CITADO POR EL DR. LÓPEZ-GATELL, A MODO DE NO VINCULAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN A LA DESCRPCIÓN DE LOS REACTIVOS DE PERKIN ELMER, BENEFICIANDO OBVIAMENTE A UN LABORATORIO EN CONCRETO (TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V. O CUALQUIERA DE SUS FILIALES), IMPIDIENDO ABIERTAMENTE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA DE UN MODO MUY SOSPECHOSO DE OTRO TIPO DE PRÁCTICAS. POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR COMO LECTURA FINAL LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA PARA LOS 6 PARÁMETROS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA?	
11	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA. SUBNUMERAL 8	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO SUPRARRENAL CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	NUMERAL: 3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA SUBNUMERAL 8 DICE: CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD RESPECTO A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1.1.16 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EL NUMERAL 1.1.16 NO HACE REFERENCIA A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PRESENTA CARTA DEBE HACER REFERENCIA A LO INDICADO EN EL NUMERAL 1.1.15. ¿ES ESTO CORRECTO?	SE CORRIGE EL CONTENIDO DEL CITADO NUMERAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE, 8. CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD RESPECTO A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1.1.15 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
12	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA. SUBNUMERAL 19	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL	NUMERAL: 3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA SUBNUMERAL 19 DICE: ... ASÍ COMO COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS CORRESPONDIENTES. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ES	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS INSUMOS Y EQUIPOS QUE OFERTE COMO PARTE DEL SERVICIO INTEGRAL CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE, ASÍ COMO COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS CORRESPONDIENTES O LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN O DE COFEPRIS

18



(Handwritten signatures and scribbles)



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

			CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	DEL PAPEL FILTRO Y LAS LANCETAS. ¿ES ESTO CORRECTO?	DONDE SE ESPECIQUE QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO
13	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA. SUBNUMERAL 19	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	NUMERAL: 3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA SUBNUMERAL 19 DICE: ... ASÍ COMO COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS CORRESPONDIENTES. PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE LOS INSUMOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, SE DEBE INCLUIR COMO PARTE DE LA PROPUESTA EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014. ¿ES ESTO CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
14	ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA. SUBNUMERAL 22	1 SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE PRUEBAS DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL DE 6 ANALITOS (HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO, HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA, GALACTOSEMIA, FENILCETONURIA, DEFICIENCIA DE GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA, Y FIBROSIS QUÍSTICA)	NUMERAL: 3, C. DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA SUBNUMERAL 22 DICE: COMO MÍNIMO 4 CARTAS DE RECOMENDACIÓN A FAVOR DEL LICITANTE, EMITIDAS POR CLIENTES DEL SECTOR SALUD.... PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA Y NO BENEFICIAR A UN LICITANTE EN PARTICULAR, SE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS DE RECOMENDACIÓN DE CLIENTES DEL SECTOR PRIVADO O BIEN 4 CONTRATOS EN DONDE SE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA QUE SE TIENE PRESTANDO SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, ESTO SIN QUE SEA UNA LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS LICITANTES. DADO QUE LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR, COMO MÍNIMO 4 CARTAS DE RECOMENDACIÓN A FAVOR DEL LICITANTE, EMITIDAS POR CLIENTES DEL SECTOR SALUD PÚBLICO O PRIVADO, EN PAPEL MEMBRETADO DE ÉSTOS, MEDIANTE LAS CUALES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, MISMAS QUE LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE EVENTO.



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

				INSTITUCIONES COMO PEMEX, ISSSTE Y OTROS PROHIBEN LA EMISION DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y/O ENCUESTAS DE SATISFACCION A PROVEEDORES, POR LO ANTERIOR ESTE REQUERIMIENTO CONTRAVIEN LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SALUD. ¿SE ACEPTA?	
15	TAMIZAJE PLUS, S.A. DE C.V.	PUNTO: 1.2.3 PÁRRAFO: 6 PÁG. 7	ÚNICA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, SE DEBERÁ CONTAR CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS CON CAPACIDAD MÁXIMA PARA LA EVALUACIÓN DE 6 (SEIS) MARCADORES: TSH, 17OHP, IRT, G6PD, GALACTOSA TOTAL, Y FENILALANINA; UTILIZANDO COMO LECTURA FINAL FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA Y, PARA LOS MARCADORES DE MAYOR INCIDENCIA (TSH, 17-OHP, ITR) LA LECTURA FINAL FLUORESCENCIA EN TIEMPO RESUELTO?	PODRÁ OFERTAR LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA AUTOMATIZADA O DE TIEMPO RESUELTO PARA LECTURA FINAL DE LOS SEIS ANALITOS SOLICITADOS.

GENERALES

1. Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se precisa que las Partes de las Propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designa la Convocante y los Licitantes presentes, serán únicamente las que se contengan en el formato de propuesta Técnica y el Formato de Oferta Económica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.

Después de dar lectura a las preguntas y sus respectivas respuestas se dio oportunidad a los licitantes presentes para que realizaran las repreguntas que considerarán pertinentes, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 08 de Abril del 2021 a las 10:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente y no recibirán proposiciones después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 10:50 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MA. ALICIA LEAL PÉREZ	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LIC. YADIRA FAZ CEDILLO	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (ÁREA USUARIA)	DR. NOÉ ENRIQUE PÉREZ ANGUIANO	



"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA (ÁREA USUARIA)	DRA. PATRICIA PÉREZ REYES	
REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA (ÁREA USUARIA)	DR. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ORTIZ	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	C. OSCAR JUÁREZ TORRES	



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

TAMIZAJE PLUS, S.A DE C.V.	C. RAÚL GREGORIO VILLANUEVA REYES	
----------------------------	--------------------------------------	---

