

**Servicios
de Salud O.P.D.**
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
No. LP-919044992-106-2020
"REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 horas del día 06 de febrero del 2020, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er piso del inmueble sito en Matamoros No. 520 Ote, Centro de esta ciudad se reunieron los Servidores Públicos, miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de **Tratados Presencial No. LP-919044992-106-2020** referente a la adquisición de **"REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la Licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, Lic. Ma Alicia Leal Pérez, representante de la Secretaría de Administración; **Miembros del Comité con Voz:** de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la C.P. Karina Laredo López; como área usuaria: el Q.C.B. José Guadalupe Garza Garza representante del Laboratorio Estatal; **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el Lic. *Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, y el C.P. Felipe Manuel Flores Martínez, representante de la Dirección de Contraloría Interna.


De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asistió el C. Iván Perseo Edmundo Campos Valazquez en calidad de observador.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-106-2020 PÁGINA-1 de 12

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

En uso de la palabra el **C.P. Aarón Serrato Araoz**, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistentes estando presentes: **Instrumentos y Equipos Falcón S.A de C.V.**, representada por el **C. José Francisco Martínez Pacheco**, y **DM LAB S.A. de C.V.**, representada por el **C. José Luis Paredes Méndez**.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS


No. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	1.1 OBJETO Y ALCANCE: Descripción completa de los reactivos y equipos a comodato objeto de esta licitación. PUNTO. 1.1.1. Solicitan Equipos con una antigüedad no mayor a 3 años.	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	Solicitamos amablemente a la convocante con el fin de proporcionar una mejor oferta nos permita ofertar equipos funcionales con tecnología de punta. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD YA QUE NO PRECISA QUE ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS OFERTARÍA, POR LO QUE SE PRECISA QUE SE REQUIEREN EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS.
2	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	1.2 Período y lugar de entrega de los reactivos y equipos. Punto. 1.2.1 Período de entrega. Solicitan para la entrega de los equipos el licitante contará con un plazo de 15 a 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	Debemos de considerar como plazo máximo para la entrega de los equipos 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION	SI, ES CORRECTA SU APRECIACION.
3	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	1.1 OBJETO Y ALCANCE: Descripción completa de los reactivos y equipos a comodato objeto de esta licitación. PUNTO. 1.1.16 Solicitan que el o los licitantes que resulte adjudicado para las partidas no. 1, 3, 4, 9 y 13 deberán entregar los viales para el programa de evaluación externa de calidad con un tiempo mínimo de anticipación de una semana a la dirección del laboratorio clínico que este inscrito	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	Debemos de entender que el programa de evaluación externa de la calidad solo será para las partidas 1.-Química clínica 3.- Hematología 4.- Examen de orina 9.-Coagulación y 13.- Microbiología	NO ES CORRECTA SU APRECIACION; DEBERÁ CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD SOLO PARA LAS PARTIDAS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Y 13.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRÁFICOS PRESENCIAL No. LP-9-2004-2-105-2020 PÁGINA-2 de 12

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


4	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	1.2. Período y lugar de entrega de los reactivos y equipos. Punto 1.2.3 Condiciones de Entrega: Inciso i: Solicitan Caducidad. La caducidad de los reactivos deberá ser de 1 año, como mínimo, contado a partir de la recepción en cada una de las Unidades Aplicativas de la Convocante, en caso de suministrar reactivos	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar reactivos con una caducidad de 6 meses con el compromiso de canjear aquellos reactivos que no se hayan consumido a la fecha de su caducidad. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
5	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: NUMERAL 17. Solicita alguno de los siguientes Certificados de calidad: ISO, FDA, CE, UL, TÜV. Para equipos y reactivos fabricados en México además, la documentación de buenas prácticas de fabricación	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar copia simple de los Certificados de calidad: ISO, FDA, CE, UL, TÜV. Para equipos y reactivos de importación ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD. RESERVANDOSE LA FACULTAD DE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD.
6	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	ANEXO IA. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO MENCIONAN: Las compañías ganadoras de las partidas licitadas, deberán proveer, para TODOS los Hospitales y los Centros de Salud sin excepción además del reactivo y la instrumentación analítica, un SISTEMA INFORMÁTICO que controle el flujo, análisis y reportes de la información que emiten los instrumentos de los laboratorios. El sistema deberá ser un sistema que permita la interfase con otros sistemas de los licitantes ganadores, de modo que constituya un único sistema para todo el laboratorio.	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	ESTAS PARTIDAS SON CONSIDERADAS COMO UN SOLO PAQUETE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES POR PARTIDA.
7	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	ANEXO IA. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. SISTEMA INFORMÁTICO MENCIONAN: Las compañías ganadoras de las partidas licitadas, deberán proveer, para TODOS los Hospitales y los Centros de Salud sin excepción además del reactivo y la instrumentación analítica, un SISTEMA INFORMÁTICO que controle el flujo, análisis y reportes de la información que emiten los instrumentos de los laboratorios. El sistema deberá ser un sistema que permita la interfase con otros sistemas de los licitantes ganadores, de modo que constituya un único sistema para todo el laboratorio.	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	¿QUÉ PROVEEDOR SERA EL ENCARGADO DE INSTALAR ESTE SISTEMA?	EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO CON EL MAYOR MONTO ECONÓMICO EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y EL O LOS DEMÁS LICITANTES DEBERÁN CUBIR EL COSTO PROPORCIONAL DEL SISTEMA DE ACUERDO A LAS PARTIDAS EN LAS QUE RESULTEN ADJUDICADOS

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRABAJOS PRESENCIAL No. LP-9190449-2020-PÁGINA 3 de 12

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


8	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO MENCIONAN EL GANADOR DEL PAQUETE DEBERÁ PROPORCIONAR, ADEMÁS DE LOS ANALIZADORES EN COMODATO LOS SIGUIENTES EQUIPOS	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare ¿ A qué paquete se está refiriendo?	NO APLICA EL TÉRMINO PAQUETE Y SE REFIERE A EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO CON UN MONTO ECONÓMICO MAYOR EN LA PRESENTE LICITACIÓN
9	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: Punto 11. Solicitan folletos en español de los Equipos en Comodato que describan cuando menos las características solicitadas en el Anexo 1a.	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita también presentar copias de las hojas del manual del equipo de los puntos a referenciar cuando en el catálogo no sea posible esto.	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
10	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: Punto 17. Solicitan documentación de buenas prácticas de fabricación.	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	En el punto 1.1.1 se menciona que las cantidades de pruebas de análisis, objeto del presente concurso corresponden a lo solicitado por las Unidades Aplicativas de la Convocante, dichas cantidades podrán variar. Pregunta: Es posible saber en términos de porcentaje cual es la variación máxima y/o mínima que tienen considerada?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
11	DM LAB S.A. DE C.V.	1.1.1	11 HEMOGLOBINA GLICOSILADA	En el punto 1.1.8 se menciona que el licitante ofertará en su propuesta técnica el número de reactivos, así como los controles de calidad necesarios para realizar cada una de las pruebas de laboratorio, de acuerdo a las cantidades anuales establecidas por la Unidad Hospitalaria. Pregunta: ¿El Control de Calidad al que se refieren es al Control de Calidad Interno? en caso de ser	NO ES POSIBLE DETERMINAR EL PORCENTAJE, PORQUE CADA UNIDAD APPLICATIVA ELABORA SU ORDEN DE ENVIO SEGUN SUS NECESIDADES.
12	DM LAB S.A. DE C.V.	1.1.8	11 HEMOGLOBINA GLICOSILADA	En el punto 1.1.8 se menciona que el licitante ofertará en su propuesta técnica el número de reactivos, así como los controles de calidad necesarios para realizar cada una de las pruebas de laboratorio, de acuerdo a las cantidades anuales establecidas por la Unidad Hospitalaria. Pregunta: ¿El Control de Calidad al que se refieren es al Control de Calidad Interno? en caso de ser	SÍ, SE REFIERE AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y DEBE SER DE LA MISMA MARCA, Y LOS CONTROLES DE CALIDAD SERÁ DE ACUERDO A LAS CANTIDADES SEMESTRALES ESTABLECIDAS POR LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRANSCENDENTES PRESENCIAL No. LP-919044992-106-2024 PÁGINA-4 de 12

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

				afirmativa la respuesta el Control de Calidad puede ser de la misma marca?	
13	DM LAB S.A. DE C.V.	1.2.1	11 HEMOGLOBINA GLICOSILADA	En el punto 1.2.1. Período de entrega se menciona que la entrega de reactivos y prestación del servicio se realizará del 21 de Febrero del 2020 al 30 de Junio del 2020. Pregunta: ¿La entrega será en una sola exhibición? En caso contrario es posible contar con un calendario de entregas para garantizar el abasto en tiempo y forma.	NO, LA ENTREGA SE REALIZARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS SERÁ DENTRO DE LOS 7 DÍAS NATURALES COMO SE SEÑALA EN EL PUNTO 1.2.1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN

DUDAS TÉCNICAS


No. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN PARTIDA 6. COMODATO REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES)	6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES)	Para poder asegurar resultados de buena calidad y evitar riesgo en el personal de laboratorio, es necesario que el equipo a proponer debe cumplir con este requisito solicitado. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 8.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II. SOLICITAN INCUBADORA PARA PLAQUETAS, con alarma audible y visual Intervalo de temperatura de 15 a 40° C	8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar incubadora de plaquetas, con alarma audible y visual con intervalo de temperatura de 22°C +/- 1°C. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA EN SU PREGUNTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRÁFICOS PRESIDENCIAL No. 18/2019/4992-106-2020 PÁGINA-5 de 12

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


<p>3</p> <p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1-A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 14.-AFERESIS SE CONTEMPLAN 2 TIPOS DE KITS PARA KIT AFERESIS DESECHABLE PARA LA COLECCIÓN DE PLAQUETAS Y PLASMA LEUCODEPLETADO Y CONCENTRADO ERITROCITARIO. KIT AFERESIS DESECHABLE PARA LA COLECCIÓN DE DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO EUCODEPLETADO Y PLASMA</p>	<p>14.- AFERESIS</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS CANTIDADES DE LOS DOS TIPOS DE KITS DE AFERESIS QUE ESTÁN CONTEMPLANDO PARA PODER REALIZAR NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.</p>	<p>NO ES POSIBLE DETERMINAR CANTIDADES DE KITS, YA QUE CADA UNIDAD APLICATIVA SOLICITARÁ LOS REACTIVOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.</p>
<p>4</p> <p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1-A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 14.-AFERESIS SOLICITAN: Sistema automatizado de aféresis portátil que permite la colección de plaquetas, plasma, concentrado eritrocitario o doble concentrado eritrocitario leucodepletado con <1X10⁶ leucocitos en una sola plataforma, flujo continuo unipunción y cerrado, software en español con sellador dieléctrico incorporado. Tiene una pantalla táctil, permite la colección de los componentes sanguíneos fuera de la centrifuga directamente en la bolsa de almacenamiento sin necesidad de trasvase manual, software escalable, peso ligero de 84 kg. Consta de 5 bombas (extracción, retorno, ACD, plaquetas y plasma), sensor de nivel de reservorio, detector de ACD y detector glóbulos rojos, sensor de presión de centrifuga y sensor de humedad, un porta casete que incorpora de manera integrada los cabezales de las bombas de carga automática, filtros, diafragmas de presión, sensores y depósito de retorno; además es la interfase de hardware para los sensores, válvulas y detector de glóbulos rojos. Control automatizado de anticoagulante. Mensajes de resolución de problemas ante situación de alerta y cuenta con sistema de seguridad para el donante</p>	<p>14.- AFERESIS</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR E EQUIPO DE AFERESIS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO DE AFERESIS LIVIANO Y PORTÁTIL, CON PROTOCOLOS DE RECOLECCION DE PLAQUETAS,HEMATIES Y PLASMA-----UNICA VEINPUNCION,MULTIPLES SENSORES DE AIRE,SENSOR DE PRESION DE VENA,CONTROL DE FLUJO AUTOMATICO Y MANUAL,PANTALLA GRANDE Y FACIL DE LER,LUCES DE FLUJO PERFECTAMENTE VISIBLE,LEUCORREDUCCION OPCIONAL CON TRES BOMBAS (EXTRACCION ,RETORNO, ACD, PLAQUETAS Y PLASMA),MONITORES DE PRESION,SENSOR OPTICO DE LINEA,DETECTOR DE AIRE DE LA LINEA DE ANTICOAGULANTE,DETECTOR DE AIRE DE LA LINEA DE SANGRE Y CON PESADORA ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-S-3044992-106/2020 PÁGINA-6 de 12

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ni.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


5	GRUPO TECNOLOGIA Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	1.1.OBJETO Y ALCANCE: Descripción completa de los reactivos y equipos a comodato objeto de esta licitación. 1.1.2.-El o los licitantes que resulten con adjudicación proporcionarán los equipos en comodato para realizar las pruebas de análisis clínicos, de acuerdo a su propuesta técnica presentada, la cual deberá ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1A de las presentes bases; dicha propuesta será evaluada por el Comité Técnico que designe la Convocante.	No Partida: 15 Descripción: TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. Clave: 807848130	SOLICITO A LA CONVOCANTE INDIQUE EL NUMERO DE GLUCOMETROS QUE SE DEBERAN ENTREGAR EN LA PARTIDA N° 15. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA?	LA CANTIDAD DE EQUIPOS SE DETERMINA POR CADA UNIDAD APLICATIVA, QUIENES SOLICITARAN LOS EQUIPOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, SE DEBERA CONSIDERAR UN APROXIMADO DE 100 A 120 EQUIPOS.
6	GRUPO TECNOLOGIA Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	1.1.OBJETO Y ALCANCE: Descripción completa de los reactivos y equipos a comodato objeto de esta licitación. 1.1.3.-El licitante proporcionará la capacitación y asesoría al personal que designen las Unidades Aplicativas de la Convocante, durante el tiempo que estimen conveniente dichas unidades, para el adecuado manejo de los equipos.	No Partida: 15 Descripción: TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. Clave: 807848130	PARA LA PARTIDA N° 15. LA CAPACITACIÓN SERA SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
7	GRUPO TECNOLOGIA Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	1.1.17.- Durante los primeros 15 días de la vigencia del contrato el o los licitantes que resulten adjudicados deberán presentar a la Convocante un programa calendarizado de capacitación en el uso de instrumentos y equipos. C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERA CONTENER: 12.- Carta compromiso de que proporcionará la capacitación y asesoría al personal que designen las Unidades Aplicativas de la Convocante durante el tiempo que estimen conveniente dichas unidades para el adecuado manejo de los equipos (Durante los primeros 15 días de la vigencia del contrato el o los licitantes que resulten adjudicados deberán presentar a la Convocante un programa calendarizado de capacitación en el uso de instrumentos y equipos)	No Partida: 15 Descripción: TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. Clave: 807848130	CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA N.º 15. EN CASO DE SER ADJUDICADA MI REPRESENTADA, EL CALENDARIO DE CAPACITACIÓN SERA PROPUESTO POR NUESTRA COMPAÑÍA O DEBERA SER ANTES REVISADO Y AUTORIZADO POR LOS RESPONSABLES DE ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES JURISDICCIONES Y HOSPITALES?	DEBERÁ SER PROPUESTO POR EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR.
8	GRUPO TECNOLOGIA Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	12.- Carta compromiso de que proporcionará la capacitación y asesoría al personal que designen las Unidades Aplicativas de la Convocante durante el tiempo que estimen conveniente dichas unidades para el adecuado manejo de los equipos (Durante los primeros 15 días de la vigencia del contrato el o los licitantes que resulten adjudicados deberán presentar a la Convocante un programa calendarizado de capacitación en el uso de instrumentos y equipos)	No Partida: 15 Descripción: TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. Clave: 807848130	EL PROGRAMA CALENDARIZADO DEBERA SER INCLUIDO EN LA CARTA SOLICITADA EN EL NUMERAL C, INCISO 12??	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRÁMITADOS PRESERVALES No. 07-21944897-106-2020 PÁGINA 7 de 12

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

9	GRUPO TECNOLOGIA Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: 12.- Carta compromiso de que proporcionará la capacitación y asesoría al personal que designen las Unidades Aplicativas de la Convocante durante el tiempo que estimen conveniente dichas unidades para el adecuado manejo de los equipos (Durante los primeros 15 días de la vigencia del contrato el o los licitantes que resulten adjudicados deberán presentar a la Convocante un programa calendarizado de capacitación en el uso de instrumentos y equipos)	No Partida: 15 Descripción: TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. Clave: 807848130	EL PROGRAMA CALENDARIZADO DEBERA SER INCLUIDO EN LA CARTA SOLICITADA EN EL NUMERAL C, INCISO 12??	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
10	GRUPO TECNOLOGIA Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: 13.- Carta donde detalle el Staff de Ingeniería, deberá incluir el nombre o nombres de las personas, Currículums, Diplomas y Certificados y teléfonos de urgencia, además de los nombres y teléfonos de las personas con los cuales se contactará la información para las solicitudes de abasto o devoluciones que hagan las unidades aplicativas, así como el domicilio, teléfono de la oficina, celular	No Partida: 15 Descripción: TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. Clave: 807848130	SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE SI ES NECESARIO PRESENTAR LA CARTA SOLICITADA EN EL INCISO C, NUMERAL 13 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PARA LA PARTIDA Nº 15?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
11	GRUPO TECNOLOGIA Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: 19 - Deberá presentar como mínimo cuatro cartas en original, emittidas clientes del sector salud, en papel membreado de éstos, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio de atención y surtimiento, mismas que la Convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento.	No Partida: 15 Descripción: TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. Clave: 807848130	SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE SI ES NECESARIO PRESENTAR LA CARTA SOLICITADA EN EL INCISO C, NUMERAL 19 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PARA LA PARTIDA Nº 15?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
12	GRUPO TECNOLOGIA Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	ANEXO 1A- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO 15. GLUCOMETRO	No Partida: 15 Descripción: TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. Clave: 807848130	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL NUMERO DE GLUCOMETROS REQUERIDOS PARA LA PARTIDA Nº 15?	LA CANTIDAD DE QUIPOS SE DETERMINA POR CADA UNIDAD APLICATIVA, QUIENES SOLICITARAN LOS EQUIPOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, SE DEBERÁ CONSIDERAR UN APROXIMADO DE 100 A 120 EQUIPOS.


Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas propuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas haciendo uso de la voz del representante de la compañía

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-106-2020 PÁGINA-8 de 12



**Servicios
de Salud O.P.D.**
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V. respecto a la respuesta de la pregunta número 3 administrativa, haciendo la precisión sobre el sentido de la respuesta otorgada, por lo que se procedió con la modificación de dicha respuesta en los términos en los que aparece en la presente acta.

GENERALES

1- Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el acto de presentación y apertura de propuestas, se precisa que las partes de las propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designe la convocante como por los licitantes presentes serán únicamente las que contengan el formato de propuesta técnica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 18 de Febrero del 2020 a las 12:00 hrs. en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la presente junta de aclaraciones, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal www.saludnl.gob.mx, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 11:17 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.


MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		FIRMA
NOMBRE		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRABAJOS PRESENCIAL No. LP-349044997-106-2020 TERCERA-9 de 12

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ LASTRA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MA. ALICIA LEAL PÉREZ	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTROLORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. KARINA LAREDO LÓPEZ	
REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (AREA USUARIA)	Q.C.B. JOSÉ GUADALUPE GARZA GARZA	


DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTROLORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. CP/919044992-106-2020067AG/NA-10 de 12

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

INVITADOS PERMANENTES

NOMBRE	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	

LICITANTES


NOMBRE	NOMBRE	FIRMA
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	C. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ PACHECO	
DM LAB, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ LUIS PAREDES MÉNDEZ	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL. No. LP-81904499-106-2020 PÁGINA 4-11 de 12

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ni.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

OBSERVADOR		
NOMBRE	FIRMA	
C. IVAN PERSEO EDMUNDO CAMPOS VELAZQUEZ		

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL. No. LP-9319044992-106-2020 PÁGINA-12 de 12

Matamoros SZO Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo