



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
No. LP-919044992-140-2021
EQUIPO MÉDICO**

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las *11:00* horas del día *11 de junio del 2021*, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-140-2021** referente a la adquisición de **Equipo Médico**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales, y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, de acuerdo a oficio signado el día de hoy, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo y la *Lic. Ma. Alicia Leal Pérez*, representante de la Secretaría de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la *C.P. Patricia Graciela Torres Gauna*, como **área usuaria**, el *Dr. Ernesto García Martínez*, representante de la Dirección de Hospitales y el *C. José Aurelio Hernández Corpus*, invitado de la Dirección de Hospitales, **Invitados Permanentes:** *Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme*, *jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén* y el *C.P. Felipe Manuel Flores Martínez*, representante del Órgano Interno de Control.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes, estando

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 1 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.,
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 81307000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

presentes: **Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.**, representada por la *C. Virginia Cardona Acosta, Fehlmex, S.A. de C.V.*, representada por el *C. Fernando Alberto Ibañez Meneses y Flowmed Services, S.A. de C.V.*, representada por el *C. Ricardo Cortés Paniagua.*

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	SIN REFERENCIA	1	ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS A OFERTAR Y POR LO TANTO EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES O CON LA TOLERANCIA DE +/- 10% NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	SIN REFERENCIA	1	SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE QUE DEN CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS DE REFERENCIA DE LA FICHA (DEL 1 AL 18.6), ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO SE REFERENCIE Y DEMUESTRE EN LOS CATÁLOGOS DEL FABRICANTES QUE LAS CARACTERÍSTICAS SON EQUIVALENTES O SUPERIORES.
3	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 2.- CONTROL ELECTRÓNICO	1	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CONTROL ELECTRÓNICO ALÁMBRICO PARA CONTROLAR TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA SE DARÁ CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DE BASES. FAVOR DE ACLARAR.	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
4	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 4.- CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL TIPO PEDAL.	1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE FRENO MEDIANTE EL CONTROL ALÁMBRICO DE MANO DEBIDO A QUE LA MESA ES TOTALMENTE ELÉCTRICA Y EL FRENO SE ACTIVA UNA VEZ QUE EL MÉDICO POSICIONA LA MESA EN EL LUGAR DESEADO VÍA EL CONTROL DE MANO ESTO NO LIMITA LAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LA MESA Y SI PERMITELA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 5.- LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y	1	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS ES ACEPTADA CON UNA TOLERANCIA DE ±10%, ESTO PARA NO DIRIGIRSE A MARCAS EN ESPECÍFICO YA QUE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ES DIFERENTE Y ASÍ SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 2 de 17

Matamoros S20 Ote.
Zona Centro. Monterrey, N.L.
C.P. 64000

tel.gob.mx
(81) 8130.7000

[Firmas manuscritas]
Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

		PIERNAS DE 210 [CM].			
6	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 12.- CABECERA DESMONTABLE Y CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE +/-45 GRADOS	1	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CABECERA DESMONTABLE CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE +45° / -50° QUE ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LA SOLICITADA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
7	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 17.1.- ELEVACIÓN Y DESCENSO EN EL RANGO DE 700 A 1030 [MM], CON RESPECTO AL PISO.	1	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ELEVACIÓN Y DESCENSO ES ACEPTADA CON UNA TOLERANCIA DE ±10%, ESTO PARA NO DIRIGIRSE A MARCAS EN ESPECÍFICO Y PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ES DIFERENTE Y DA CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
8	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 17.3.- TRENDELENBURG DE 40 GRADOS	1	PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR TRENDELENBURG DE 30° DEBIDO A QUE ES UNA CARACTERÍSTICA QUE NO AFECTA LA OPERACIÓN DE LA MESA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE EFECTÚAN EN ELLA. TAMPOCO PONE EN RIESGO AL PACIENTE Y ESTO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. LA FUNCIÓN TRENDELENBURG NOS GARANTIZA UN MAYOR ACCESO A LAS ESTRUCTURAS DEL ABDOMEN Y PELVIS PORQUE AL POSICIONAR AL PACIENTE, LA FUERZA DE GRAVEDAD MUEVA LOS ÓRGANOS INTERNOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL HACIA LA PARTE CEFÁLICA. ESTA FUNCIÓN OPTIMIZA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS GASTROINTESTINALES, ABDOMINALES Y PÉLVICOS.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL N°: LP-919044992-140-2021 PÁGINA 3 de 17

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ni.gob.jmx
 (81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

Gobierno del Estado de Nuevo León
 Servicios de Salud de Nuevo León
 Organismo Público Descentralizado
 Dirección Administrativa
 Subdirección de Recursos Materiales
 Departamento de Control de Insumos y Almacén

9	FEHLMEX, S.A. DE C.V. TRENDELEMBURG INVERSO DE 40 GRADOS	REFERENCIA: 17.4.-	1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR TRENDELEMBURG DE -30°, DEBIDO A QUE ES UNA CARACTERÍSTICA QUE NO AFECTA LA OPERACIÓN DE LA MESA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE EFECTÚAN EN ELA. TAMPOCO PONE EN RIESGO AL PACIENTE Y ESTO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. LA FUNCIÓN TRENDELEMBURG NOS GARANTIZA UN MAYOR ACCESO A LAS ESTRUCTURAS DEL ABDOMEN Y PELVIS PORQUE AL POSICIONAR AL PACIENTE, LA FUERZA DE GRAVEDAD MUEVA LOS ÓRGANOS INTERNOS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL HACIA LA PARTE CEFÁLICA. ESTA FUNCIÓN OPTIMIZA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS GASTROINTESTINALES, ABDOMINALES Y PÉLVICOS.
10	FEHLMEX, S.A. DE C.V. INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 30 GRADOS.	REFERENCIA: 17.5.-	1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE ±20°, DEBIDO A QUE ES UNA CARACTERÍSTICA QUE NO AFECTA LA OPERACIÓN DE LA MESA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE EFECTÚAN EN ELA. TAMPOCO PONE EN RIESGO AL PACIENTE Y ESTO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. LOS 30 GRADOS DE INCLINACIÓN LATERAL SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE SON NECESARIOS PARA DAR POSICIÓN AL PACIENTE DE ACUERDO A LO QUE EL PERSONAL CLÍNICO REQUIERA POR LA COMPLEJIDAD DE LAS CIRUGÍAS DE LA UNIDAD.
11	FEHLMEX, S.A. DE C.V. SIN REFERENCIA	SIN REFERENCIA	2	ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS A OFERTAR Y POR LO TANTO EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES O CON LA TOLERANCIA DE +/- 10% NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO SE REFERENCIE Y DEMUESTRE EN LOS CATÁLOGOS DEL FABRICANTES QUE LAS CARACTERÍSTICAS SON EQUIVALENTES O SUPERIORES Y EN MEDIDAS FÍSICAS ES TOLERABLE UN ± 10%.
12	FEHLMEX, S.A. DE C.V. SIN REFERENCIA	SIN REFERENCIA	2	SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE QUE DEN CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS DE REFERENCIA DE LA FICHA (1 AL 19.3), ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO SE REFERENCIE Y DEMUESTRE EN LOS CATÁLOGOS DEL FABRICANTES QUE LAS CARACTERÍSTICAS SON EQUIVALENTES O SUPERIORES.
13	FEHLMEX, S.A. DE C.V. ELECTRÓNICO	REFERENCIA: 2.- CONTROL	2	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CONTROL ELECTRÓNICO ALÁMBRICO PARA CONTROLAR TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 4 de 17

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ni.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

14	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 3.- CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA DE 320 [KG].	2	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA DE 250 [KG] YA QUE EN MÉXICO NO SE TIENEN PERSONAS CON ESE PESO	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA CONVOCANTE SE TIENE REFERENCIA Y EVIDENCIA DE ATENCIÓN A PACIENTES CON PESO SUPERIOR A 250 KG.
15	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 4.- CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL TIPO PEDAL.	2	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE FRENO MEDIANTE EL CONTROL ALÁMBRICO DE MANO, DEBIDO A QUE LA MESA ES TOTALMENTE ELÉCTRICA Y EL FRENO SE ACTIVA UNA VEZ QUE EL MÉDICO POSICIONA LA MESA EN EL LUGAR DESEADO VÍA EL CONTROL DE MANO, ESTO NO LIMITA LAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LA MESA Y SI PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
16	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 5.- LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 [CM].	2	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS ES ACEPTADA CON UNA TOLERANCIA DE ±10%, ESTO PARA NO DIRIGIRSE A MARCAS EN ESPECÍFICO YA QUE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ES DIFERENTE Y ASÍ SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
17	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 12.- CABECERA DESMONTABLE Y CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE +/-45 GRADOS	2	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CABECERA DESMONTABLE CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE +45° / -50° QUE ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LA SOLICITADA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 5 de 17

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

18	FEHLIMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 17.1.- ELEVACIÓN Y DESCENSO EN EL RANGO DE 700 A 1120 (MM), CON RESPECTO AL PISO.	2	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ELEVACIÓN Y DESCENSO ES ACEPTADA CON UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$, ESTO PARA NO DIRIGIRSE A MARCAS EN ESPECÍFICO Y PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ES DIFERENTE Y DA CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL. ¿SE ACEPTA? ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ELEVACIÓN Y DESCENSO ES ACEPTADA CON UNA TOLERANCIA DE $\pm 10\%$, ESTO PARA NO DIRIGIRSE A MARCAS EN ESPECÍFICO Y PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ES DIFERENTE Y DA CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO EN EL NUMERAL. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
19	FEHLIMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 17.3.- TRENDELENBURG DE 40 GRADOS.	2	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR TRENDELENBURG DE 30°, DEBIDO A QUE ES UNA CARACTERÍSTICA QUE NO AFECTA LA OPERACIÓN DE LA MESA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE EFECTÚAN EN ELLA. TAMPOCO PONE EN RIESGO AL PACIENTE Y ESTO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. LA FUNCIÓN TRENDELENBURG NOS GARANTIZA UN MAYOR RANGO DE POSICIONAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE TIBIA, YA QUE EN ESTE TIPO DE CIRUGÍAS, LA FLEXIÓN DE LA ARTICULACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA OBTENER UN POSICIONAMIENTO ÓPTIMO.
20	FEHLIMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 17.4.- TRENDELENBURG INVERSO DE 40 GRADOS	2	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR TRENDELENBURG DE -30°, DEBIDO A QUE ES UNA CARACTERÍSTICA QUE NO AFECTA LA OPERACIÓN DE LA MESA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE EFECTÚAN EN ELLA. TAMPOCO PONE EN RIESGO AL PACIENTE Y ESTO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. LA FUNCIÓN TRENDELENBURG INVERSO, NOS GARANTIZA UN MAYOR RANGO DE POSICIONAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE TIBIA, YA QUE EN ESTE TIPO DE CIRUGÍAS, LA FLEXIÓN DE LA ARTICULACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA OBTENER UN POSICIONAMIENTO ÓPTIMO.
21	FEHLIMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 17.5.- INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 30 GRADOS.	2	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE $\pm 20^\circ$, DEBIDO A QUE ES UNA CARACTERÍSTICA QUE NO AFECTA LA OPERACIÓN DE LA MESA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE EFECTÚAN EN ELLA. TAMPOCO PONE EN RIESGO AL PACIENTE Y ESTO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. LA FUNCIÓN TRENDELENBURG INVERSO, NOS GARANTIZA UN MAYOR RANGO DE POSICIONAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE TIBIA, YA QUE EN ESTE TIPO DE CIRUGÍAS, LA FLEXIÓN DE LA ARTICULACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA OBTENER UN POSICIONAMIENTO ÓPTIMO.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 6 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

22	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 19.1.- SISTEMA DE TRACCIÓN PARA MIEMBROS INFERIORES	2	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE ACCESORIOS SOLICITA PARA OFERTAR EN LA PROPUESTA Y PUEDA EXISTIR EQUIDAD EN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE TODOS LOS PARTICIPANTES.	FAVOR DE OFERTAR SET DE ACCESORIOS QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: SOPORTE PÉLVICO, BARRAS DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA, BOTAS DE TRACCIÓN TAMAÑO ADULTO, PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA DE MIEMBROS INFERIORES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.
23	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 19.2.- ACCESORIOS PARA CIRUGÍA DE RODILLA, TIBIA Y FÉMUR	2	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE ACCESORIOS EN ESPECÍFICO SOLICITA PARA OFERTAR EN LA PROPUESTA Y PUEDA EXISTIR EQUIDAD EN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE TODOS LOS PARTICIPANTES.	FAVOR DE OFERTAR SET DE ACCESORIOS QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE TIBIA, FÉMUR Y RODILLA, SOPORTE DE RODILLA, POSTE DE CONTRATIPO Y CORREA DE SUJECCIÓN DE PACIENTE, PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA DE RODILLA, TIBIA Y FÉMUR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.
24	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	SIN REFERENCIA	3	ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS A OFERTAR Y POR LO TANTO EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES O CON LA TOLERANCIA DE +/- 10% NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE REFERENCIA Y DEMUESTRE EN LOS CATÁLOGOS DEL FABRICANTES QUE LAS CARACTERÍSTICAS SON EQUIVALENTES O SUPERIORES.
25	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	SIN REFERENCIA	3	SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A CADA FABRICANTE QUE DEN CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS DE REFERENCIA DE LA FIGHA (1 AL 12), ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO SE REFERENCIA Y DEMUESTRE EN LOS CATÁLOGOS DEL FABRICANTES QUE LAS CARACTERÍSTICAS SON EQUIVALENTES O SUPERIORES.
26	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: A. DIÁMETRO DEL CABEZAL 620 MM	3	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR DIÁMETRO SUPERIOR AL ESPECIFICADO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN (PRECISADO POR EL REPRESENTANTE DEL LICITANTE EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES 628 mm)	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
27	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: 10. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA	3	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 160,000 LUXES QUE ES UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-913044992-140-2021 PÁGINA 7 de 17

Matamoros 520 Ote.
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ni.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

		MÁXIMA DE 120,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:			
28	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: A. ARREGLO DE 48 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 8 MÓDULOS	3	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR ARREGLO DE 96 BOMBILLAS BLANCAS LED EN ARREGLO DE 6 SECCIONES DE 16 LEDS CADA UNA Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, DEBIDO A QUE SON 48 BOMBILLAS EXTRAS PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR ALGÚN PROCEDIMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD EN CASO DE FALLA DE ALGUNA BOMBILLA. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
29	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: B. AJUSTE DE LA ILUMINACIÓN DE 40,000 A 120,000 LUXES	3	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR AJUSTE DE LA ILUMINACIÓN DE 40,000 A 160,000 LUXES NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES SUPERIOR A LA SOLICITADA PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL OPERADOR A LA HORA DE REALIZAR ALGÚN PROCEDIMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
30	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: D. TEMPERATURA DE COLOR 5,600 KELVIN	3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN EL RANGO DE 3500,4000,4500 Y 5000 GRADOS KELVIN, QUE NO AFECTA LA OPERACIÓN DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
31	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: E. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95	3	SE ENTIENDE QUE EL OFERTAR ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 96 NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN VISTA DEL +/-10% DE TOLERANCIA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
32	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: F. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 93	3	SE ENTIENDE QUE EL OFERTAR ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 98 NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN VISTA DE EL +/-10% DE TOLERANCIA, YA QUE SON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
33	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: G. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 20 CM	3	SE SOLICITA AMBLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 20 A 28 CM, ESTO AYUDANDO AL PERSONAL QUE USARÁ LA LÁMPARA, AL AMPLIAR EL CAMPO DE VISIBILIDAD UN 29% MÁS. ¿SE ACEPTA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 8 de 17

Matamoros 520 Ote.
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ni.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

34	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: H. PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN 1.3 M	3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA NO DIRIGIR LAS ESPECIFICACIONES A UNA MARCA EN ESPECÍFICO, NOS PERMITA OFERTAR PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 1 M, TENIENDO EN CUENTA QUE NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON EL DOBLE DE LEDS, ASÍ COMO DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN Y LUXES SOLICITADOS EN LA FICHA, LO CUAL COMPENSA ESTA PEQUEÑA VARIACIÓN EN PROFUNDIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE DEBE OFERTAR PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 1.3M, TENIENDO EN CUENTA QUE CON ESTO PODEMOS TENER UNA COLUMNA DE LUZ MÁYOR Y MÁS HOMOGÉNEA ADEMÁS DE UN RANGO DE ALTURA MAYOR EN LA LÁMPARA QUIRÚRGICA Y EVITAR GOLPES DENTRO DE LA SALA.
35	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: A. ARREGLO DE 66 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 11 MÓDULOS	3	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR ARREGLO DE 96 BOMBILLAS BLANCAS LED EN ARREGLO DE 6 SECCIONES DE 16 LEDS CADA UNA Y NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, DEBIDO A QUE SON 48 BOMBILLAS EXTRAS PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD A LA HORA DE REALIZAR ALGÚN PROCEDIMIENTO Y MAYOR SEGURIDAD EN CASO DE FALLA DE ALGUNA BOMBILLA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
36	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: D. TEMPERATURA DE COLOR 5,600 KELVIN	3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN EL RANGO DE 3500,4000,4500 Y 5000 GRADOS KELVIN, QUE NO AFECTA LA OPERACIÓN DE LA LÁMPARA. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
37	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: E. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95	3	SE ENTIENDE QUE EL OFERTAR ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 96 NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN VISTA DE EL +/-10% DE TOLERANCIA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
38	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: F. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 93	3	SE ENTIENDE QUE EL OFERTAR ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 98 NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN VISTA DE EL +/-10% DE TOLERANCIA, YA QUE SON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
39	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: G. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 20 CM	3	SE SOLICITA AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 20 A 28 CM, ESTO AYUDANDO AL PERSONAL QUE USARÁ LA LÁMPARA, AL AMPLIAR EL CAMPO DE VISIBILIDAD UN 29% MÁS. ¿SE ACEPTA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. 1P-919044992-140-2021 PÁGINA 9 de 17

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

tel.gob.mx
 (81) 8130 7000

Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

40	FEHIMEX, S.A. DE C.V.	REFERENCIA: H. PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN 1.3 M	3	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA NO DIRIGIR LAS ESPECIFICACIONES A UNA MARCA EN ESPECÍFICO, NOS PERMITA OFERTAR PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 1 M, TENIENDO EN CUENTA QUE NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON EL DOBLE DE LEDS, ASI COMO DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN Y LUXES SOLICITADOS EN LA FICHA, LO CUAL COMPENSA ESTA PEQUEÑA VARIACIÓN EN PROFUNDIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE DEBE OFERTAR PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 1.3M, TENIENDO EN CUENTA QUE CON ESTO PODEMOS TENER UNA COLUMNA DE LUZ MÁYOR Y MÁS HOMOGÉNEA ADEMÁS DE UN RANGO DE ALTURA MAYOR EN LA LÁMPARA QUIRÚRGICA Y EVITAR GOLPES DENTRO DE LA SALA.
41	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	2.3	4	CREENOS QUE EXISTE UN ERROR Y QUE LA TEMPERATURA DEBE DE SER DE 34 A 37 Y LA SOBRE TEMPERATURA DE 37.1 A 39, DE OTRA FORMA EL RANGO NORMAL Y LA SOBRE TEMPERATURA SE TRASLAPAN. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA TEMPERATURA DEBE DE SER DE 34 A 37 Y LA SOBRE TEMPERATURA DE 37.1 A 38
42	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	10.1	4	ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR DICHO PUNTO EL EQUIPO DEBE CONTAR CON FORMA DE EXPORTAR DATOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
43	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	11.4	4	EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA OFERTADA CUENTE CON PUERTAS PLÁSTICAS Y SISTEMA PARA EVITAR LA PERDIDA DE CALOR A TRAVÉS DE DICHAS PUERTAS Y POR TANTO NO REQUIERE EL USO DE MANGAS. ESTE PUNTO PUEDE SER OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN SU PREGUNTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
44	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	6	DADO QUE LA CEDULA DEL VENTILADOR NO CUENTA CON NUMERALES, PARA PODER PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA MÁS ACERTADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ASIGNAR UNA SECUENCIA NUMÉRICA, ¿FAVOR DE CONFIRMAR?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE DEBERÁ REFERENCIAR DE MANERA NUMERICA.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 10 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

45	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	DICE: "CON 3 CONECTORES PARA USB Y 1 CONECTOR ETHERNET TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE PUERTO USB PARA INTERCAMBIO DE DATOS E INTERCAMBIO DE CONFIGURACIONES DESDE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MEDIANTE PUERTO USB A TRAVÉS DE LECTOR SIM Y UNA TARJETA SIM" DADO LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS EN LA ACTUALIDAD Y APELANDO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE LOS PUERTOS USB SON CON LA INTENSIÓN DE CONEXIÓN DE PERIFÉRICOS O DESCARGA DE SOFTWARE O DESCARGA DE DATOS Y MIENTRAS QUE EL EQUIPO OERTADO CUMPLA CON PUERTOS USB DE CONEXIÓN SE CUMPLE LO SOLICITADO, FAVOR DE CONFIRMAR.	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
46	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	DICE: CON 3 CONECTORES PARA USB Y 1 CONECTOR ETHERNET TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE PUERTO USB PARA INTERCAMBIO DE DATOS E INTERCAMBIO DE CONFIGURACIONES DESDE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE MEDIANTE PUERTO USB A TRAVÉS DE LECTOR SIM Y UNA TARJETA SIM. DADO LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS EN LA ACTUALIDAD Y APELANDO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE LA TARJETA SIM A LA QUE HACE REFERENCIA, COMO LO SOLICITA ES USADO PARA LA ACTUALIZACIÓN, ENTENDEMOS QUE MIENTRAS EL EQUIPO OFERTADO CUMPLA CON LA FUNCIÓN Y/O CARACTERÍSTICA DE ACTUALIZACIÓN POR PUERTOS USB O SIMI O RS232 O RJ45 CUMPLIRÁ LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA, FAVOR DE CONFIRMAR.	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
47	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE LA VENTAJA CLÍNICA Y/O TECNOLOGÍA QUE ESTA FUNCIÓN OFRECE CON RESPECTO DE LAS DEMÁS TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO, FAVOR DE ACLARAR.	NO FUE NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR.
48	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	DICE: PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 95 CMH2O. SOLICITAMOS CONVOCANTE DADO LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS Y BASADO EN LITERATURA DIVERSA DEDICADA A VENTILACIÓN MECÁNICA, EXISTE INFORMACIÓN PARA PARÁMETROS DE VENTILACIÓN MECÁNICA EN PSV UN RANGO SUFICIENTE ES DE ENTRE 70 A 80 CMH2O, POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DICHS RANGOS, FAVOR DE CONFIRMAR.	NO SE ACEPTA. LOS RANGOS SOLICITADOS SON EN BASE A LA NECESIDAD DE LA CONVOCANTE, EN DONDE EXISTE EVIDENCIA QUE SE HAN LLEGADO A NECESITAR PARA EL CUIDADO DE LOS PACIENTES.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 11 de 17

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130-7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


49	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	6	DICE: VENTILACIÓN NO INVASIVA, RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN (BILEVEL, BIFÁSICO O DUOPAP O BI-VENT O BIPAP) Y VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV), CON GARANTÍA O LÍMITE DE VOLUMEN PARA CPAP, VENTILACIÓN ESPONTÁNEA O PRESIÓN SOPORTE O ASV. DEBEMOS ENTENDER PARE ESTE PUNTO QUE SOLICITA 2 NIVELES DE PRESIÓN PARA LOS DOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS TANTO PARA VENTILACIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA, LAS CUALES SON DOS HERRAMIENTAS DIFERENTES Y SE DEBERÁ DE REFERENCIAR DE MANERA INDEPENDIENTE. ¿ES CORRECTO?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
50	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	6	DICE: CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SOFTWARE CLÍNICO AUTOMATIZADO PARA EL DESTEJE DEL PACIENTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTARNO COMO UNA HERRAMIENTA FUTURO, SI NO COMO ESTÁNDAR LA INCLUSIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESTEJE COMO LO SON LAS HERRAMIENTAS P.01 Y PUNTOS DE INFLEXIÓN, Y MIP/NIF, YA QUE SE ENTENDE QUE ESTA INCLUSIÓN DE HERRAMIENTAS REPRESENTARÍA UN BENEFICIO AL ÁREA CLÍNICA, FAVOR DE CONFIRMAR.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
51	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	6	DICE: CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SOFTWARE CLÍNICO AUTOMATIZADO PARA EL DESTEJE DEL PACIENTE. DEBEMOS ENTENDER QUE EL VENTILADOR ADEMÁS DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESTEJE DEL PACIENTE DEBERÁ CONTAR TAMBIÉN CON LA HERRAMIENTA DE RECLUTABILIDAD PARA LA EVALUACIÓN DE LA MECÁNICA PULMONAR DEL PACIENTE. ES ESTO CORRECTO.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
52	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	6	DICE: CAPACIDAD A FUTURO DE MONITORIZAR CO2 EN EL FLUJO PRINCIPAL, ASÍ COMO EL DESPLIEGUE DE COMO MÍNIMO SUS VALORES NUMÉRICOS EN PANTALLA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. DEBEMOS ENTENDER QUE AL SOLICITAR MONITOREO DEL CO2 EL VENTILADOR DEBERÁ MOSTRAR LA GRÁFICA Y EL VALOR NUMÉRICO DEL PARÁMETRO, ASÍ COMO PODER CONECTAR O INSERTAR EL CABLE TRONCAL EN CUALQUIERA DE LOS 2 PUERTOS OFERTADOS SIN REQUERIR NINGÚN PUERTO EN ESPECÍFICO FAVOR DE CONFIRMAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 12 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

53	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	6	DICE: VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. ENTENDIENDO LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS EN EL MERCADO, SE TIENEN DIFERENTES NOMENCLATURAS Y TERMINOLOGÍAS PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR "VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR", ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
54	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	6	DICE: BATERÍA DE RESPALDO INTERNA O INTERCONSTRUIDA (DE LA MISMA MARCA), CON 120 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO, CON CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SUMINISTRO DE ENERGÍA CON FUNCIONAMIENTO DE HASTA 4 HORAS. DEBEMOS ENTENDER QUE, AL SOLICITAR UN VENTILADOR PARA SER UTILIZADO EN LA CABECERA DE LA CAMA DEL PACIENTE, CON QUE CUMPLA CON EL TIEMPO DE 120 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO, ES SUFICIENTE, YA QUE NO SERÁ UTILIZADO PARA TRASLADO DE PACIENTE. ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTARLO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
55	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	SIN NUMERAL	6	DICE: FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA ESTE PUNTO NOS INDIQUE SI REQUIERE FILTRO DE BACTERIAS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO U NEONATAL, ASÍ COMO LA CANTIDAD QUE REQUIERE DE CADA UNO DE ELLOS. FAVOR DE CONFIRMAR.	EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR 10 FILTROS DESECHABLES PARA PACIENTE ADULTO PEDIÁTRICO O SU EQUIVALENTE, DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA DE CADA FABRICANTE
56	DHB BIOMED CONSULTAT GROUP, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	6	PREGUNTA: Se solicita a la convocante, confirme que para temas de referenciación se podrá usar una numeración como "1.1.1.2,1.3 etc" y no será motivo de desechamiento. ¿Es correcto?	SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN.
57	DHB BIOMED CONSULTAT GROUP, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	6	Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen. PREGUNTA: Se solicita a la convocante aclare qué se podrá ofertar el modo ventilatorio de acuerdo a la nomenclatura de cada fabricante. ¿Es correcto?	SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN.

..... G E N E R A L E S

1.- En el anexo 1 para la Partida No. 6, clave 10900000450, Ventilador Terapia Respiratoria, la cantidad es 1.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919041992-140-2021 PÁGINA 13 de 17

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.,
 C.P. 64000

ni.gob.mx
 (81) 8130-7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

Gobierno del Estado de Nuevo León
 Servicios de Salud de Nuevo León
 Organismo Público Descentralizado
 Dirección Administrativa
 Subdirección de Recursos Materiales
 Departamento de Control de Insumos y Almacén

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, habiendo precisado el representante de Felmex, S.A. de C.V., que, respecto a la pregunta No. 26 el diámetro referido es de 628 mm y modificado la respuesta de acuerdo a lo señalado en la presente acta.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 22 de junio del 2021, a las 10:00 horas, en esta misma Sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluida la presente Junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta primera y única Junta de aclaraciones, siendo las 11:28 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.


MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 14 de 17

Matamoros S20 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo Leon



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MA. ALICIA LEAL PÉREZ	
--	----------------------------	--

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (COMO ÁREA USUARIA)	DR. ERNESTO GARCIA MARTINEZ	
INVITADO DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (COMO ÁREA USUARIA)	C. JOSÉ AURELIO HERNÁNDEZ CORPUS	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 15 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.,
C.P. 64000

ni.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

Gobierno del Estado de Nuevo León
Servicios de Salud de Nuevo León
Organismo Público descentralizado
Dirección Administrativa
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Control de Insumos y Almacén

INVITADOS PERMANENTES

	NOMBRE	FIRMA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	

LICITANTES

	NOMBRE	FIRMA
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	C. VIRGINIA CARDONA ACOSTA	
FEHLMEX, S.A. DE C.V.	C. FERNANDO ALBERTO IBÁÑEZ MENESES	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 16 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000



nl.gob.mx
(81) 8130.7000


Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.	C. RICARDO CORTÉS PANIAGUA	
--------------------------------	----------------------------	---





ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-140-2021 PÁGINA 17 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

 nl.gob.mx
 (81) 8130.7000




Nuevo León