

Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL LP-919044992-154-2021 “EQUIPO MÉDICO, 2ª VUELTA”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:30 horas del día 20 de Agosto del 2021, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-154-2021** referente a la Adquisición del **“EQUIPO MÉDICO, 2ª VUELTA”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, (en adelante el Reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el **C.P. Aarón Serrato Araoz**, Director Administrativo y Representante del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el **Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra**, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo y la Lic. Ma. Alicia Leal Pérez, Representante de la Secretaría de Administración; **Miembros del Comité con Voz:** la Representante de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, **C.P. Patricia Graciela Torres Gauna**, como **área usuaria:** el Q.F.B. **Leonel Alejandro Rojas Leija** como representante de la Dirección de Hospitales, **Invitados Permanentes**, **todos de este Organismo:** el **Lic. Fidel Moctezuma Carrillo**, Subdirector de Recursos Materiales, la Jefa del Departamento de Control de insumos y Almacén, **Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme** y el **C.P. Felipe Manuel Flores Martínez**, Representante del Titular del Órgano Interno de Control.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el **C.P. Aarón Serrato Araoz**, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente: **FEHLMEX, S.A. DE C.V.**, representada por el **C. Fernando Alberto Ibañez Meneses**.



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


Acto seguido se procedió a la lectura de las dudas presentadas por los licitantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DURFA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 1.2 "PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS MÉDICOS", INCISO 1.2.1 "PERIODO Y SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS" SUB-INCISO B) "EL PERIODO Y SUMINISTRO DEL EQUIPO MÉDICO SERÁ DEL 12 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021"	2	DADO QUE EL EQUIPO QUE OFERTAMOS ES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, Y EN ESTOS MOMENTOS LOS TIEMPOS EN LOS TRÁMITES DE IMPORTACIÓN A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL SARS-COV2 ESTÁN DEMORANDO MÁS DE LO NORMAL, PROPONEMOS NOS PERMITA ENTREGAR, INSTALAR, PONER EN MARCHA Y CAPACITAR EL BIEN OFERTADO COMO TIEMPO MÁXIMO 21 DE DICIEMBRE 2021.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. LA CONVOCANTE REQUIERE CONTAR CON LOS EQUIPOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

DUDAS TÉCNICAS

NO. DE PREGUNTA	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	SOLICITAMOS SE NOS ACLARE SI EL EQUIPO SOLICITADO LO QUIEREN DE GABINETE O EMPOTRABLE	SE REQUIERE UN EQUIPO EMPOTRABLE.
2	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	PUNTO 1 DICE "CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE 230 LTS PREGUNTA: SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ESTERILIZADOR DE 300 LTS CON ESTA CAPACIDAD SE APROVECHARÍAN MEJOR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS.	SÍ, PODRÁ OFERTAR CAPACIDAD DE 300 LTS SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
3	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	PUNTO 1.2 DICE "CAPACIDAD DE 6 UNIDADES ESTÉRILES" PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ES UN ERROR DE REDACCIÓN SOLICITAR "CAPACIDAD DE 6 UNIDADES ESTÉRILES". YA QUE LA CAPACIDAD MÁXIMA PARA UNA UNIDAD DE ESTA CAPACIDAD ES DE 3 UNIDADES ESTÉRILES, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR.	SÍ ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS CAPACIDAD DE 3 UNIDADES ESTÉRILES
4	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	PUNTO 1.1 Y PUNTO 2 PREGUNTA: DADA QUE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ES DIFERENTE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR LOS BIENES CON UN RANGO DE MEDIDAS SIGUIENTES PUNTO 1.1: MEDIDAS 44 X 70 X 97 CM PUNTO 2 : MEDIDAS 190 X 100 X 129 CM	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	PUNTO 3.3 DICE "CHAQUETA DE LA CÁMARA 321L" DADO QUE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ES DIFERENTE Y LOS AVANCES TECNOLÓGICOS SON CADA DÍA MÁS FRECUENTE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR CHAQUETA DE LA CÁMARA 316L.	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

6	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	<p>PUNTO 5.2 DICE: " SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA POR CADENA Y MOTOR " PREGUNTA: DADO QUE LA TECNOLOGIA VA AVANZANDO EN LOS ULTIMOS TIEMPOS Y LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE ES DIFERENTE , SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA POR MEDIO DE BANDA DENTADA, ESTO HACE QUE EL EQUIPO TENGA UNA APERTURA MAS EFICIENTE, RÁPIDA Y SILENCIOSA</p>	<p>SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, EN CUYO CASO DEBERAN DESGLOSAR EN LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DOS EQUIPOS INDEPENDIENTES CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PARA AMBOS EQUIPOS.</p>
7	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	<p>PUNTO 12 DICE "CON SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA INTEGRADO AL EQUIPO" PREGUNTA: DADO QUE LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE ES DIFERENTE Y LOS AVANCES TECNOLÓGICOS AVANZAN DIA CON DIA . SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO CON TECNOLOGIA DE SISTEMA OSMOSIS INVERSA EXTERNA ESTE SISTEMA PERMITE QUE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEAN MÁS RÁPIDOS, EFICIENTES Y ECONÓMICOS AL MOMENTO DE UN CONTRATEMPO EN EL EQUIPO</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SUGERENCIA, PARA LOS FABRICANTES NACIONALES SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO O ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O LAS NORMAS MEXICANAS Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICADO ISO 9001:2015 O ISO 13485, Y PARA EQUIPO FABRICADO EN EL EXTRANJERO: CERTIFICADO DE LA FDA O CE EN LOS BIENES QUE ASÍ LO REQUIERAN, CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DEL PAÍS DE ORIGEN, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, ASÍ COMO LA ISO 9001:2015 O ISO 13485 Y EL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS EN MÉXICO; SIN EMBARGO, PODRÁ INCLUIR LOS CERTIFICADOS QUE SOLICITA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES</p>
8	FEHLMEY, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	<p>REFERENCIA: SIN REFERENCIA PREGUNTA: LOS ESTERILIZADORES SON EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN Y QUE ESTOS DEBEN DE ESTAR REGULADOS POR UNA NORMA NACIONAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y DISEÑO DE LOS RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y EN SU DEFECTO QUE NO HAYA ALGUNA NORMA QUE REGULE ESTOS EQUIPOS SE DEBE BASAR EN NORMAS EXTRANJERAS CON ACUERDO EN LAASSP ARTICULO 21 INCISO VII, POR ENDE, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS DE FABRICACIÓN NACIONAL CUENTEN CON CERTIFICADO ASME O EQUIVALENTE VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE Y COMPROBABLE VIA WEB, PARA EVITAR USOS FRAUDULENTOS DE CERTIFICADOS NO AUTÉNTICOS Y ADEMÁS DE PRESENTAR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS SOLICITADAS EN PROTECCIÓN AL USUARIO DEL EQUIPO Y EVITAN CON ELLO LESIONES O ACCIDENTES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO, PODRÁ INCLUIR LOS CERTIFICADOS QUE REEFERE EN SU PREGUNTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES</p>
9	FEHLMEY, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	<p>REFERENCIA: SIN REFERENCIA PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA TENER CERTEZA EN LOS MATERIALES DE LOS EQUIPOS, SE PRESENTE UN CERTIFICADO DE MATERIAL PARA CONSTATAR QUE LA CÁMARA, CAMISA Y PUERTA ESTÉN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE 316L EN DONDE EL FABRICANTE ACREDITE DOCUMENTAL MENTE DICHOS MATERIALES Y QUE CUMPLA CON ASME O PED</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTAR EQUIPO DE DIMENSIONES MENORES, SIEMPRE Y CUANDO LA CAPACIDAD MÍNIMA SEA DE 250 LITS.</p>
10	FEHLMEY, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	<p>REFERENCIA: 2.- DIMENSIONES EXTERNAS: 183 X 80 X 130 CM (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SE PERMITA OFERTAR MEDIDAS DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA LAS MEDIDAS PUESTAS POR LA CONVOCANTE EN LA FICHA TECNICA Y SE DE CUMPLIMIENTO AL VOLUMEN DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?</p>	<p>PÁGINA 3 de 7</p>


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. IP-919044992-154-2021



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

11	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	REFERENCIA: 3-2.- PUERTA 316L, AISLADO CON LANA MINERAL BAJA EN CLORO Y PROTEGIDA CON PANELES FRONTALES DE ACERO INOXIDABLE. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE INCLUIR UN AISLAMIENTO TÉCNICO DE ESPUMA DE MELANINA BASOTEC DE SOMIM DE ESPESOR PARA RECUBRIR LA CÁMARA Y AISLARLA DE LAS ALTAS TEMPERATURAS, ADEMÁS DE CUBRIR DICHO AISLANTE CON UNA CUBIERTA DE LÁMINA DE ALUMINIO, CON LO QUE SE GARANTIZA LA SEGURIDAD DEL OPERADOR DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN SU PREGUNTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
12	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	REFERENCIA: 3-3.- CHAQUETA DE LA CÁMARA 321L PREGUNTA: SE SOLICITA PERMITAN OFERTAR CHAQUETA DE LA CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE 316L, ESTO NO AFECTA LA CALIDAD, FUNCIONAMIENTO O DURABILIDAD DE LA CHAQUETA YA QUE ES RESISTENTE A LA CORROSIÓN FRENTE A DIVERSOS QUÍMICOS AGRESIVOS, ÁCIDOS Y ATMÓSFERA SALINA, CON ESTO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y NO SE ENFOCA A UNA MARCA EN ESPECÍFICO. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
13	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	REFERENCIA: 3-5.- JUNTA HERMÉTICA DE SILICONA REDONDA Y CIRCUNFERENCIAL. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR JUNTA HERMÉTICA DE SILICONA CUADRADA, DEBIDO A QUE UNA FORMA CUADRADA PERMITE APROVECHAR MEJOR LA CÁMARA AL MOMENTO DE CADA CICLO. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
14	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	REFERENCIA: 3-6.- FILTRO DE AIRE INTEGRADO QUE IMPIDA LA ENTRADA DE PARTICULAS A LA CÁMARA, MAYORES A 0.21MM PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR FILTRO DE AIRE DE 0.01 MICRONES PARA LA ENTRADA DE AIRE LIBRE DE PARTICULAS NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
15	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	REFERENCIA: 5-2.- SISTEMA DE APERTURA DE PUERTA POR CADENA Y MOTOR. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y NO ENFOCARSE EN UN SISTEMA O MARCA EN ESPECÍFICO SE ACEPTE OFERTAR SISTEMA DE APERTURA MEDIANTE PISTÓN NEUMÁTICO VERTICALMENTE DE CON CIERRE AUTOMÁTICO. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
16	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	REFERENCIA: 7.1.1.- TECNOLOGÍA TFT CON RESOLUCIÓN VGA 480 X 640, CON UN TAMAÑO DE 86.4MM X 115.2MM CON ILUMINACIÓN LED, RESOLUCIÓN DE COLOR A 24 BIT. PREGUNTA: SE PIDE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN CON UN TAMAÑO DE 7", YA QUE ESTE TAMAÑO NO AFECTA LAS FUNCIONES NI LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
17	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2	REFERENCIA: 8.1.- IMPRESORA TÉRMICA. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEBIDO A QUE LA IMPRESIÓN TÉCNICA POR LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS, INCLUIDAS LA LUZ LOS DATOS CON EL TIEMPO TIENDEN A BORRARSE, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR IMPRESORA POR MATRIZ DE PUNTOS PARA EVITAR LA PERDIDA DE DATOS. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

GENERALES

1. De conformidad al Artículo 22, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, los licitantes deberán incluir en su propuesta técnica un documento en el que manifiesten estar plenamente conscientes de la prevención y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción.
2. Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se precisa que las Partes de las Propuestas que será suscritas tanto por los Servidores Públicos que designa la Convocante y los Licitantes presentes, serán únicamente las que se contengan en el formato de propuesta Técnica y el Formato de Oferta Económica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.


Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y los generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formulara las preguntas que estimaran convenientes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 02 de Septiembre del 2021 a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos Y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 14:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 10:48 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	



Servicios de Salud O.P.D.


GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MA. ALICIA LEAL PÉREZ	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (ÁREA USUARIA)	Q.F.B. LEONEL ALEJANDRO ROJAS LEJIA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	
REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
	FEHLMEX, S.A. DE C.V.	
	C. FERNANDO ALBERTO IBAÑEZ MENESES	