



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
LP-919044992-163-2020
"SUMINISTRO DE OSTEOSÍNTESIS, ENDOPRÓTESIS Y ARTROSCOPIA"

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 30 de diciembre del 2020, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-163-2020 referente a la contratación de "Suministro de Osteosíntesis, Endoprótesis y Artroscopia", de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. *Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** como representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la C.P. *Patricia Graciela Torres Gauna*, **como área usuaria:** la Dra. Belinda Ortegón Díaz, representante de la Dirección de Hospitales, el Dr. *Joel Garza Cantú*, representante del Hospital Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda" y el Dr. Marco Antonio Ascacio Solís, representante del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el Lic. *Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales; la Lic. *Leyla Esthela Montalván Tueme*, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el C.P. *Héctor Martínez Guerra*, representante del Órgano Interno de Control.



Servicios de Salud O.P.D.
Nuevo León Siempre Avanzando

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *C.P. Aaron Serrato Aroz*, en su carácter de Director Administrativo y representante del presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presentes: **ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.**, representada por la *C. María de la Luz López Hernández*.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por el licitante **MEDEQ ASESORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**, las cuales son las siguientes:

DUDAS TÉCNICAS:

| PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PARTIDA Y DESCRIPCION | PREGUNTA | RESPUESTA |
|----------|----------------------------|---|--|---|
| 1 | ANEXO 1-A | RENGLON 5 ALAMBRE GUIA PARA TORNILLO CANULADO DE 1.5 MM DE DIAMETRO, PARA PASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. PIEZA. | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE ¿SI ES POSIBLE UTILIZAR ALAMBRE GUIA DE 1.1MM X 38MM PARA TORNILLO CANULADO? | SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ OFERTAR ALAMBRE GUIA PARA TORNILLO CANULADO DE 1.1 MM A 1.5 MM DE DIAMETRO, PARA PASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR |
| 2 | ANEXO 1-A | RENGLON 35 PLACA ANGLULADA DE 90 A 150 GRADOS DE 3 A 6 ORIFICIOS CON TORNILLOS DESLIZANTES DE 2.7MM A 3.5MM DE DIAMETRO DE 20MM A 70MM DE LONGITUD PEDIATRICA E INTERMEDIA (PLACAS DHS) | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE ¿SI ES POSIBLE SUSTITUIR POR PLACA PEDIATRICA DE 3.4 Y 4.5 MM DE DIAMETRO DE TORNILLO, DE 100, 110, 120 Y 150 GRADOS, DE 3,5 Y 7 ORIFICIOS, QUE CUMPLEN CON EL OBJETIVO DE LA PLACA DESCRITA EN EL RENGION 35, ¿CON EL COMPROMISO DE CAPACITAR A LOS USUARIOS? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO. |
| 3 | ANEXO 1-A | RENGLON 36 PLACAS CON CABEZA EN FORMA DE COBRA Y CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA. NUMERO DE ORIFICIOS: DE 8 A 10. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SI ES POSIBLE SUSTITUIR LA PLACA TIPO COBRA POR PLACA LCP PARA FEMUR DISTAL DE 5 A 13 ORIFICIOS Y FEMUR PROXIMAL DE 2 A 16 | SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES Y, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE ASIGNARÁ NUEVO NÚMERO DE CLAVE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO |


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-163-2020



DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

| | | | |
|----|-----------|--|--|
| | | ORIFICIOS CON TORNILLOS DE 4.5 MM, YA QUE EL RENGLON 36 ES UNA PLACA EN PROCESO DE OBSOLENCIA. | SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ OFERTAR CLAVE 0607530060 PUNTA DESECHABLE PARA MENISCO DE 2.5 MM A 5.5 MM DE DIÁMETRO. DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, PIEZA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES |
| 4 | ANEXO 1-A | RENGLON 46 PUNTA DESECHABLE PARA MENISCO DE 5.5 MM DE DIÁMETRO. DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. PIEZA. | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE ¿SI ES POSIBLE UTILIZAR PUNTA DESECHABLE PARA MENISCO DE 5.2MM? |
| 5 | ANEXO 1-A | RENGLON 56 SISTEMA PARA REPARACION DE MANGO ROTADOR, TIPO ANCLA O TORNILLO BIODEGRADABLE TIPO SACACORCHOS, MONTADO EN PIEZA DE MANO Y SUTURAS 5.0 MM DE DIÁMETRO Y DE 15 MM A 20 MM DE LONGITUD. PIEZA. | ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR ANCLA BIODEGRADABLE DE 5.5 MM CON LONGITUD DE 16MM? |
| 6 | ANEXO 1-A | RENGLON 61 SISTEMA DE FIJACION DEL REBORDE GLENOIDEO, CON CABEZA DE 3.0 MM A 5.0 MM DE DIÁMETRO Y DE 20 MM A 30 MM DE LONGITUD, CANULADO, BIODEGRADABLE. PIEZA. | ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR ANCLA BIODEGRADABLE DE 3.0 POR 13 MM DE LONGITUD? |
| 7 | ANEXO 1-A | RENGLON 72 TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACION DE TITANIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACION DEL INIERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE. DIÁMETRO: 7 MM A 8 MM LONGITUD: 25 MM | ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 23MM EN DIÁMETROS DE 7.8,9,10 Y 11 MM? |
| 8 | ANEXO 1-A | RENGLON 74 TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACION DE TITANIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACION DEL INIERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, CON ROSCA NO CORTANTE. DIÁMETRO: 9 MM A 10 MM LONGITUD: 20 MM | ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 23MM EN DIÁMETROS DE 7.8,9,10 Y 11 MM? |
| 9 | ANEXO 1-A | RENGLON 75 TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, EN ALEACION DE TITANIO O BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACION DEL INIERTO EN LA PLASTIA | ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TORNILLO DE 23MM EN DIÁMETROS DE 7,8,9,10 Y 11 MM? |
| 10 | ANEXO 1-A | RENGLON 115 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO CANULADO PARA FEMUR DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 9 MM, 10 MM, 11 MM, O 12 | ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TITANIO? |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-163-2020



SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

| | | | |
|----|--|--|---|
| | MM, (4) PERNOS PARA CLAVO DE FEMUR BLOQUEADO 5.0 MM/5.5 MM. DIAM | | |
| 11 | ANEXO 1-A RENGLON 116 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO CANULADO PARA TIBIA DE ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 9 MM, 10 MM, 11 MM, O 12 MM,, PERNOS PARA CLAVO DE TIBIA BLOQUEADO 4.5 MM | ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TITANIO? | SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES |
| 12 | ANEXO 1-A RENGLON 117 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO CANULADO PARA HUMERO DE ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 7 MM O 9 MM, PERNOS PARA CLAVO DE HUMERO BLOQUEADO 4.00 DD DIAM | ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TITANIO? | SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES |
| 13 | ANEXO 1-A RENGLON 118 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO DE RECONSTRUCCION PARA FEMUR DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 10 MM O 11 MM, PERNOS PARA CLAVO BLOQUEADO DE RECONSTRUCCION FEMUR 5.0 MM DIAM | ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES POSIBLE UTILIZAR TITANIO? | SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES |
| 14 | ANEXO 1-A RENGLON 130 SET DE PLACAS ESPECIALES DE SOSTEN LATERAL PARA TIBIA IZQUIERDA O DERECHA DE 5 A 12 ORIFICIOS, DE DOBLE ANGUACION DE 4 A 6 ORIFICIOS EN EL VASTAGO. PARA 1" DE 3 A 8 ORIFICIOS EN EL VASTAGO, DE ANGULO RECTO DE 4 A 6 ORIFICIOS, PLACA EN "R" DE 3 A 5 ORIFICIOS, ARQUEADA DE 6 A 14 ORIFICIOS | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SUSTITUIR LA CLAVE 5049952117 DEL RENGLON 130 POR LA CLAVE 060.425.3146 DEL CUADRO BASICO PLACA PARA TIBIA DISTAL DERECHA O IZQUIERDA, NÚMERO DE ORIFICIOS DE 7 A 14, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES |

GENERALES

1. Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se precisa que las Partes de las Propuestas que será suscritas tanto por los Servidores Públicos que designa la Convocante y los Licitantes presentes, serán únicamente las que se contengan en el formato de propuesta Técnica y el Formato de Oferta Económica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales se dio oportunidad al licitante presente para que formulara las repreguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones se llevará a cabo el día 07 de enero del 2021 a las 14:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta propositiones que se reciban después de la hora programada.



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León, Siempre Avanzando

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto se da por terminado el presente evento siendo las 12:10 horas de la fecha indicada el inicio de esta acta, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

| MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO | | |
|--|--------------------------------------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES | C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ | |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA | LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA | |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-91904992-163-2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACEN

| MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ | | |
|--|-------------------------------------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA | |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (ÁREA USUARIA) | DRA. BELINDA ORTEGÓN DÍAZ | |
| REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA) | DR. MARCO ANTONIO ASCACIO SOLÍS | |
| REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" (ÁREA USUARIA) | DR. JOEL GARZA CANTÚ | |

DELANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León | Siempre Avanzando

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

| INVITADOS PERMANENTES | | |
|---|------------------------------------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES | LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO | |
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN | LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME | |
| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | C.P. HÉCTOR MARTÍNEZ GUERRA | |

| LICITANTE | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------|
| | NOMBRE | FIRMA |
| ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | C. MARÍA DE LA LUZ LÓPEZ HERNÁNDEZ | |