

**Servicios  
de Salud O.P.D.**  
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL**

**No. LP-919044992-147-2021**

**REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS A COMODATO**

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 10:00 horas del día 30 de Julio del 2021, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-147-2021** referente a la adquisición de **Reactivos para la Determinación de Análisis Clínicos y Equipos a Comodato**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el **C.P. Aarón Serrato Aroz**, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el **Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra**, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, la **Lic. Ma. Alicia Leal Pérez**, representante de la Secretaría de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** como representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la **C.P. Patricia Graciela Torres Gauna**, como área usuaria, el **Q.C.B. José Guadalupe Garza Garza**, representante del **Laboratorio Estatal, Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el **Lic. Fidel Mactezuma Carrillo**, Subdirector de Recursos Materiales, la Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén, **Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme** y el **C.P. Felipe Manuel Flores Martínez**, representante del Órgano Interno de Control.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.


ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 1 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

ml.gob.mx  
(81) 8130.7000

**Nuevo León**

Siempre Ascendiendo



**Servicios de Salud O.P.D.**  
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**  
**SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN**  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

En uso de la palabra el C.P. *Aarón Serrato Aroz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistentes de licitantes, estando presentes: Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V., representada por el C. José Francisco Martínez Pacheco.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

**DUDAS ADMINISTRATIVAS:**


NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.	PUNTO C NUMERAL 17	17.-ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO, ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN.	ENTENDEMOS QUE POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN DE PUBLICA INTERNACIONAL, Y PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, SE PUEDE PRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ACREDITADO COMO TUV, BSI, DEKRA, SGS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.	PUNTO C NUMERAL 24	EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 5.2.Y 5.3 DE LAS "REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE DE 2010, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA, UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE: 1.-LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ANEXOS 9 Y 9-A SOLO APLICARÁN PARA AQUELLOS PRODUCTOS CUYA FABRICACIÓN CUENTE CON UN % DE CONTENIDO NACIONAL Y/O CUYO ORIGEN ES NACIONAL, Y PARA AQUELLOS PRODUCTOS CUYA FABRICACIÓN ES 100 % EXTRANJERA Y POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL EL ANEXO 9-B ES EL QUE DEBEMOS ENTREGAR EN NUESTRA PROPUESTA SIENDO OPCIONAL EL ANEXO 9 Y 9A. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? ¿SE ACEPTA?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 9, 9-A O 9-B SEGÚN CORRESPONDA AL ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS POR CADA LICITANTE. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 5.2.Y 5.3 DE LAS "REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. 1P-919044992-147-2021 PÁGINA 2 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**  
**SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN**  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


		<p>BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONFORME AL FORMATO DEL "ANEXO 9", O CON LAS REGLAS DE ORIGEN CORRESPONDIENTES A LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, CITADOS EN EL NUMERAL 1.1, UTILIZANDO EL FORMATO DEL ANEXO "9-A". II.- LOS BIENES IMPORTADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DEL TRATADO QUE CORRESPONDA, CONFORME AL FORMATO DEL ANEXO "9-B"</p>	<p>LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE DE 2010, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA, UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE: I.-LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ</p>
--	--	---	--

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 3 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo



**Servicios de Salud O.P.D.**  
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

				<p>COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONFORME AL FORMATO DEL "ANEXO 9", O CON LAS REGLAS DE ORIGEN CORRESPONDIENTES A LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, CITADOS EN EL NUMERAL 1, UTILIZANDO EL FORMATO DEL ANEXO "9-A", II.- LOS BIENES IMPORTADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO</p>
--	--	--	--	--


ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 4 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

ni.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo

*[Handwritten signatures and marks]*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**  
**SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN**  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

3	<p>IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.</p> <p>1.1. <u>OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS EN COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.</u></p>	<p>1.1.1. <u>OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS A COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. PUNTO. 1.1.1. SOLICITAN EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS.</u></p>	<p>1.1.1.1. <u>EN EL ANEXO 1 DE ESTAS BASES, SE DESCRIBEN LAS PRUEBAS PARA LAS QUE SE REQUIEREN LOS REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DE LA CONVOCANTE.</u></p>	<p>SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE Y CONSIDERANDO LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PODEMOS OFERTAR EQUIPOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A CINCO AÑOS. ¿SE ACEPTA?</p> <p>TRATADO QUE CORRESPONDA, CONFORME AL FORMATO DEL ANEXO "9-B".</p> <p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE DEBERÁN OFERTAR Y ENTREGAR EQUIPOS EN COMODATO CON UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 3 AÑOS.</p> <p>SI SE ACEPTA QUE SE OFERTE TECNOLOGÍA DE PUNTA PERO DEBERÁ CUMPLIR CON ENTREGAR EQUIPOS EN COMODATO CON UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 3 AÑOS.</p>
4	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.1.2. <u>PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. PUNTO. 1.2.1 PERIODO DE ENTREGA. SOLICITAN PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EL LICITANTE CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 A 30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO</u></p>	<p>1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA MEJOR OFERTA NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS FUNCIONALES CON TECNOLOGIA DE PUNTA. ¿SE ACEPTA?</p> <p>DEBEMOS DE CONSIDERAR COMO PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS 30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación</p> <p>SI, EL PLAZO MÁXIMO OSCILA DE 15 A 30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.</p>
5	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2. <u>PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. PUNTO 1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA: INCISO I: SOLICITAN CADUCIDAD. LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE 1 AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR REACTIVOS CON MENOR</u></p>	<p>1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR REACTIVOS CON UNA CADUCIDAD DE 6 MESES CON EL COMPROMISO DE CANIAR AQUELLOS REACTIVOS QUE NO SE HAYAN CONSUMIDO A LA FECHA DE SU CADUCIDAD. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.</p>
6	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2. <u>PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. PUNTO 1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA: INCISO I: SOLICITAN CADUCIDAD. LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE 1 AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR REACTIVOS CON MENOR</u></p>	<p>1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR REACTIVOS CON UNA CADUCIDAD DE 6 MESES CON EL COMPROMISO DE CANIAR AQUELLOS REACTIVOS QUE NO SE HAYAN CONSUMIDO A LA FECHA DE SU CADUCIDAD. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.</p>


ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 5 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo

*[Handwritten signatures and initials]*




	<p>CADUCIDAD A LA ESTABLECIDA, SE PODRÁN DEVOLVER LOS MISMOS A JUICIO Y RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD APLICATIVA.</p> <p>3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: NUMERAL 17. SOLICITA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN</p>	<p>1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS DE IMPORTACIÓN ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.</p>
<p>7</p> <p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. SOLICITAN QUE: EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO CON UN MONTO ECONÓMICO MAYOR EN LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ EL ENCARGADO DE INSTALAR, ADEMÁS, DE LOS ANALIZADORES EN COMODATO, LOS SIGUIENTES EQUIPOS: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL: 11 CPU, 11 MONITOR, 5 IMPRESORAS DE RESULTADOS, 4 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, 6 IMPRESORAS DE ETIQUETAS, 2 CENTRIFUGAS DE 48 TUBOS, 2 CONTADORES DE CÉLULAS DIGITALES, 2 AGITADORES DE TUBOS, 1 SERVIDOR Y 1 SWITCH, 1 REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS. HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA": 14 CPU, 14 MONITOR, 7 IMPRESORAS DE RESULTADOS, 5 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, 7 IMPRESORAS DE ETIQUETAS, 3 CENTRIFUGAS DE 48 TUBOS, 2 CONTADORES DE CÉLULAS DIGITALES, 2 AGITADORES DE TUBOS, 1 SERVIDOR (NUEVO), 1 SWITCH, 2 AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD</p>	<p>1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>DEBEMOS DE ENTENDER QUE ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION</p>	<p>SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ELIMINA DICHA MENCIÓN</p>
<p>8</p> <p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. SOLICITAN QUE: EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO CON UN MONTO ECONÓMICO MAYOR EN LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ EL ENCARGADO DE INSTALAR, ADEMÁS, DE LOS ANALIZADORES EN COMODATO, LOS SIGUIENTES EQUIPOS: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL: 11 CPU, 11 MONITOR, 5 IMPRESORAS DE RESULTADOS, 4 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, 6 IMPRESORAS DE ETIQUETAS, 2 CENTRIFUGAS DE 48 TUBOS, 2 CONTADORES DE CÉLULAS DIGITALES, 2 AGITADORES DE TUBOS, 1 SERVIDOR Y 1 SWITCH, 1 REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS. HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA": 14 CPU, 14 MONITOR, 7 IMPRESORAS DE RESULTADOS, 5 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, 7 IMPRESORAS DE ETIQUETAS, 3 CENTRIFUGAS DE 48 TUBOS, 2 CONTADORES DE CÉLULAS DIGITALES, 2 AGITADORES DE TUBOS, 1 SERVIDOR (NUEVO), 1 SWITCH, 2 AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD</p>	<p>1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>DEBEMOS DE ENTENDER QUE ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION</p>	<p>SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ELIMINA DICHA MENCIÓN</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 6 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

ni.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo




DE 1 1/2 TONELADA Y 1 AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS, 1 REFRIGERADO 2 PUERTAS. HOSPITAL GENERAL DE DR. ARROYO: 4 CPU, 4 MONITORES, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS, 2 AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADAS, 3 NO BREAK, 1 REGULADORES DE VOLTAJE. CONTADOR DE CÉLULAS DIGITAL. 1 AGITADOR DE TUBOS. HOSPITAL GENERAL DE GALEANA: 4 CPU, 4 MONITORES, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA, 2 NO BREAK Y 2 REGULADORES DE VOLTAJE. HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS: 4 CPU, 4 MONITORES, 2 IMPRESORAS DE RESULTADOS, 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS, 1 CENTRIFUGA 24 TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA, 2 NO BREAK, 2 REGULADORES DE VOLTAJE. HOSPITAL GENERAL DE LINARES: 4 CPU, 4 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 2 AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA, 3 NO BREAK, 1 ACONDICIONADOR DE CORRIENTE. HOSPITAL GENERAL VIRGINIA AYALA DE GARZA: 4 CPU, 4 MONITOR, 3 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS, 2 CENTRIFUGAS DE 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, 1 NO BREAK. UN AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TON. HOSPITAL GENERAL DE CERRILLO: 3 CPU, 3 MONITOR, 3

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 7 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

ni.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo



<p>IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 2 AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS 1 ACONDICIONADOR DE CORRIENTE, 1 AGITADOR DE TUBOS, HOSPITAL GENERAL TIERRA Y LIBERTAD: 1 CPU, 1 MONITOR, 2 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 1 ACONDICIONADOR DE CORRIENTE, 1 AGITADOR DE TUBOS, HOSPITAL GENERAL DE JUAREZ: 1 CPU, 1 MONITOR, 2 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 1 ACONDICIONADOR DE CORRIENTE, 1 AGITADOR DE TUBOS, HOSPITAL GENERAL DE SABINAS : 1 CPU, 1 MONITOR, 2 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 1 ACONDICIONADOR DE CORRIENTE, 1 AGITADOR DE TUBOS, UNEME PEDIÁTRICA: 2 CPU, 2 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 2 REGULADOR DE VOLTAJE, 2 NO BREAK, 2 CENTRIFUGA DE 12 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1½ TONELADAS, UNEME ESCOBEDO: 1 CPU, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 IMPRESORAS TÉRMICA, 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS, 2 REGULADOR DE VOLTAJE, 2 NO BREAK, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, UNEME PESQUERA: 1 CPU, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 IMPRESORAS TÉRMICA, 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS, 2 REGULADOR DE VOLTAJE, 2 NO BREAK, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, UNEME GALEANA: 1 CPU, 1</p>			
---	--	--	--

ACTO DE JUNTA DE AGLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 8 de 17


Matamoros 520 Ote.,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

nl.gob.mx  
(81) 8130.7000



**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

*[Firmas manuscritas]*




<p>MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 IMPRESORAS TÉRMICA, 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS, 2 REGULADOR DE VOLTAJE, 2 NO BREAK, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, HOSPITAL PSIQUIATRICO: 1 CPU, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, 1 CENTRIFUGA DE 12 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS, JURISDICCION SANITARIA # 1-C.S.U. NUEVA MORELOS: 5 CPU, 5 MONITORES, 3 IMPRESORAS DE RESULTADOS, 1 IMPRESORAS TÉRMICAS, 1 NO BREAK, 2 REGULADOR DE VOLTAJE, 2 CENTRIFUGAS DE 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 2 AIRE ACONDICIONADO DE 1 ½ TONELADAS.-C.S.U. GRANJA SANITARIA: 2 CPU, 2 MONITOR, 1 IMPRESORA, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, 1 NO BREAK, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS.-C.S.U. PLUTARCO ELIAS CALLES: 2CPU, 2 MONITOR, 2 IMPRESORA DE RESULTADOS, 2 REGULADOR DE VOLTAJE, 2 NO BREAK, 1 CENTRIFUGA DE 48 TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 2 AIRE ACONDICIONADO DE 1 ½ TONELADAS, 1 AGITADOR DE TUBOS.-C.S.U. SAN BERNABÉ: 2 CPU, 2 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, NO BREAK, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, JURISDICCION SANITARIA # 2-C.S.U. TERMINAL: 3 CPU, 3 MONITOR, 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 2 AIRE ACONDICIONADO DE 1 ½ TONELADAS, 1 NO BREAK, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 2 REGULADORES, 2 AGITADORES DE TUBOS.-C.S.U. ENCINAS: 1 CPU, 1</p>		
--	--	--

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 9 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo




<p>MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS.-C.S.U. HIDALGO: 1 CPU, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, 2 REGULADORES DE VOLTAJE.- JURISDICCIÓN SANITARIA # 3-C.S.U. ARTURO B. DE LA GARZA: 3 CPU, 3 MONITOR, 1 IMPRESORA DE ETIQUETAS, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 1 AGITADORES DE TUBOS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1½ TONELADAS, 1 NO BREAK, 2 REGULADORES.-C.S.U. PIO X: 1 CPU, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 2 REGULADORES DE VOLTAJE.-C.S.U. LA FAMA: 1 CPU, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE MUESTRAS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS Y 2 REGULADORES DE VOLTAJE.-C.S.U. EL FRAILE: 1 CPU, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA DE 12 TUBOS, 1 AGITADOR DE MUESTRAS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS, 1 REGULADOR DE VOLTAJE.- JURISDICCIÓN SANITARIA # 4.- C.S.U. INSURGENTES: 5 CPU, 5 MONITORES, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 2 IMPRESORA DE ETIQUETAS, 2 NO BREAK, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, 1 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, 1 CENTRIFUGA DE 48 TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 1 AGITADOR DE TUBOS, 3 AIRES ACONDICIONADO: 2 DE 1 TONELADA Y 1 DE 1½ TONELADAS.- JURISDICCIÓN SANITARIA # 5-C.S.R. ANÁHUAC: 1 CPU, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA</p>		
---	--	--

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 10 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo




	<p>DE RESULTADOS, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, 1 NO BREAK, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 1 AGITADOR DE TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS.-C.S.R. VILLALDAMA: 1 CPU, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, 1 NO BREAK, 1 AGITADOR DE TUBOS, CENTRIFUGA DE 12 TUBOS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1 ½ TONELADAS.-C.S.R. AGUALLEGUAS: 1 CPU, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, 1 NO BREAK, 1 AGITADOR DE TUBOS, 1 CONTADOR DE CÉLULAS, CENTRIFUGA DE 12 TUBOS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1 ½ TONELADAS.-C.S.R. LAMPAZOS: 1 CPU, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, 1 NO BREAK, 1 AGITADOR DE TUBOS, CENTRIFUGA DE 12 TUBOS. JURISDICCIÓN SANITARIA # 6-C.S.U. CADEREYTA: 2 CPU, 2 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA DE 48 TUBOS, 2 AGITADOR DE MUESTRAS, 2 AIRE ACONDICIONADO DE 1 ½ TONELADAS, 1 NO BREAK, 1 REGULADOR DE VOLTAJE.-C.S.U. MARÍN: 1CPU, 1 MONITOR, 2 REGULADORES DE VOLTAJE, CENTRIFUGA DE 12 TUBOS, 1 AGITADOR DE MUESTRAS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADAS.-C.S.U. CHINA: 1 CPU, 1 MONITOR, 2 REGULADORES, CENTRIFUGA DE 12 TUBOS, 1 AGITADOR DE MUESTRAS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1TONELADAS. JURISDICCIÓN SANITARIA # 7-C.S.U. ALLENDE: 2 CPU, 2 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 2 AGITADOR DE MUESTRAS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1 ½ TONELADAS, 1 NO BREAK, 1 REGULADOR DE</p>		
--	---	--	--

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 11 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130.7000



	<p>VOLTAJE, 1 CONTADOR DE CÉLULAS-SHOCK TRAUMA, 2 CPU, 2 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 CENTRIFUGA DE 24 TUBOS, 2 AGITADOR DE MUESTRAS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1 ½ TONELADAS, 1 NO BREAK, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, JURISDICCION SANITARIA # 8C.S. LA ASCENSION, 1 CPU, 1 MONITOR, 1 IMPRESORA DE RESULTADOS, 1 REGULADOR DE VOLTAJE, 1 NO BREAK, 1 AGITADOR DE TUBOS, CENTRIFUGA DE 12 TUBOS, 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADAS.</p>			
<p>9</p>	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.</p>	<p>RESPONSABLES Y DEBERÁN CUBRIR EL COSTO DE DICHO SISTEMA DE ACUERDO AL MONTO ECONÓMICO PROPORCIONAL DE CADA PARTIDA ADJUDICADA. EL SISTEMA INFORMÁTICO SE DEBERÁ INSTALAR EN TODOS LOS HOSPITALES Y LOS CENTROS DE SALUD SIN EXCEPCIÓN. DEBE DE CONTROLAR EL FLUJO, ANÁLISIS Y REPORTES DE LA INFORMACIÓN QUE EMITEN LOS INSTRUMENTOS DE LOS LABORATORIOS. EL SISTEMA DEBERÁ SER UN SISTEMA QUE PERMITA LA INTERFASE CON OTROS SISTEMAS DE LOS LICITANTES GANADORES, DE MODO QUE CONSTITUYA UN ÚNICO SISTEMA PARA TODO EL LABORATORIO.</p>	<p>1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>SI, ES CORRECTA SU APRECIACION. SE ELIMINA DICHA MENCION</p>
<p>10</p>	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS</p>	<p>3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE</p>	<p>1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. IP-919044992-147-2021 PÁGINA 12 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 81307000

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo



FALCÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: PUNTO 11. SOLICITAN FOLLETOS EN ESPAÑOL DE LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE DESCRIBAN CUANDO MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1A.	GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	MANUAL DEL EQUIPO DE LOS PUNTOS A REFERENCIAR CUANDO EN EL CATÁLOGO NO SEA POSIBLE ESTO. ¿SE ACEPTA?	LOS DEMÁS LICITANTES
11 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESSENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: PUNTO 17. SOLICITAN DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN.	1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	ESTO SOLO APLICA PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.


**DUDAS TÉCNICAS:**

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.	<del>ANEXO 1-A PARTIDA 1</del>	<del>REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) QUINTA VIÑETA-QUINTO RENGLÓN SOLICITAN DETECCIÓN Y CORRECCION DE INTERFERENCIAS (COÁGULOS Y MEDICAMENTOS INTERFERENTES)</del>	<del>¿DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA OPERACIÓN DEBERÁ SER SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO Y DE FORMA AUTOMÁTICA?</del>	<del>SÍ ES CORRECTA SU APRECIACION</del>
2	IL DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.	ANEXO 1 A PARTIDA 2	REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) QUINCEAVA VIÑETA QUINTO RENGLÓN SOLICITAN DETECCIÓN Y CORRECCION DE INTERFERENCIAS (COÁGULOS Y MEDICAMENTOS INTERFERENTES)	¿DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA OPERACIÓN DEBERÁ SER SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO Y DE FORMA AUTOMÁTICA?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACION
3	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO PARTIDA 6. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) SOLICITAN: QUE INTEGRE EN UN SOLO CARTUCHO MULTIPRUEBAS REACTIVOS, CALIBRADORES, BIOSENSORES, GASES, AGUIJA TOMA MUESTRA,	2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES)	PARA PODER ASEGURAR RESULTADOS DE BUENA CALIDAD Y EVITAR RIESGO EN EL PERSONAL DE LABORATORIO, ES NECESARIO QUE EL EQUIPO A PROPONER DEBE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 13 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 81307000



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

4	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	PARA SU FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO BOLSA DE DESECHOS.  ANEXO 1-A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 3.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II. SOLICITAN INCUBADORA PARA PLAQUETAS, CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL INTERVALO DE TEMP. DE 15 A 40° C	3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INCUBADORA DE PLAQUETAS, CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INTERVALO DE TEMP. DE 22°C +/- 1°C. ¿SE ACEPTA?	BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.  SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA EN SU PREGUNTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
---	---	--	--	--	--

..... G E N E R A L E S .....

1.-Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se precisa que las Partes de las Propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designa la Convocante y los Licitantes presentes, serán únicamente las que se contengan en el formato de propuesta Técnica y el Formato de Oferta Económica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.


2.- La Convocante se compromete a erogar como mínimo el 60% del monto adjudicado.

3.- De conformidad al Artículo 22, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, los licitantes deberán incluir en su propuesta técnica un documento en el que manifiesten estar plenamente conscientes de la prevención y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las repreguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 14 de 17





Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 9 de Agosto del 2021, a las 10:00 horas, en esta misma Sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido la presente junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.


No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 10:29 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

**MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO**

	NOMBRE	FIRMA
<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES</b>	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
<b>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA</b>	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
<b>REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	LIC. MA. ALICIA LEAL PÉREZ	

**Nuevo León**

Siempre Ascendiendo



**Servicios de Salud O.P.D.**  
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ**

	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. PATRICIA TORRES GAUNA	
REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (ÁREA USUARIA)	Q.C.B. JOSÉ GUADALUPE GARZA GARZA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**INVITADOS PERMANENTES**

	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 16 de 17


Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**  
 Siempre Ascendiendo

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signatures)*



**Servicios de Salud O.P.D.**  
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	
---	------------------------------------	--

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ PACHECO	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-147-2021 PÁGINA 17 de 17

Matamoros 520 Ote.,  
 Zona Centro, Monterrey, N.L.  
 C.P. 64000

nl.gob.mx  
 (81) 8130.7000

**Nuevo León**

Siempre Ascendiendo